



20/03/25

לכבוד:

כלל המציעים

## קול קורא 23065 המכון לתרפיה תאית איכילוב

1. סעיף 2.1 לנספח ו' עודכן לנוסח שלהלן:

"במתקן ישנו חדר מקררים המכיל 2 מקפיאים בטמפרטורה של -80, מקפיא בטמפרטורה של -20 ו-2 מקררים בטמפרטורה של 4 מעלות סלציוס. לרשות ברת הרשות יועמדו שטחי אחסנה בהתאמה ובהלימה להיקף הפעילות ותקופת השכירות, כפי שיסוכם בין הצדדים ובהתאם למצאי."

2. סעיף 3 לנספח ו' עודכן לנוסח שלהלן:

"המרכז הרפואי יספק CO2 לכל האינקובטורים בחדרים הנקיים."

3. התווסף סעיף 1.7 לנספח ו', שזהו נוסחו:

"בר הרשות יישא בתשלום הנזק הנגרם עבור שימוש רשלני בציוד המרכז הרפואי."

4. נמוחק סעיף 2.3 לנספח ו'

5. להלן התייחסות לשאלות שנשאלו:

| מס"ד | מס"ד בטבלת מענה לשאלות ההבהרה | השאלה   | תשובה                                   |
|------|-------------------------------|---|---|
| 1    | 4 מוסף ו'                     | אנחנו צריכים שהצנטריפוגה תהיה מחוברת ל-UPS. הצורך הזה נובע מניסיון מר לצערנו (חיבור לגנרטור לא מספיק אם נפילת החשמל מתרחשת במהלך עבודתה של הצנטריפוגה. נפילת החשמל מביאה להפסקת העבודה של המכשיר ולצורך בפעולה חוזרת מה שיכול להביא לחריגה בתהליך הייצור ואף בפסילה של אצווה). נבקש להוסיף התייחסות בסעיף זה: "תיבחן העברה של מכשירים לחיבור UPS או גנרטור על פי צורך בר הרשות. במידה וההעברה כרוכה בעלות מסוימת ויוסכם על ידי הצדדים לבצעה, בר הרשות יישא בעלות זו". | מקובל.<br>ראה העדכון בס"ק 1.8 לנספח ו', |

| תשובה                          | השאלה  | מס'ד<br>בטבלת<br>מענה<br>לשאלות<br>ההבהרה | מס'ד |
|--------------------------------|--|---|------|
| ראה לעניין זה תוספת של ס"ק 2.2 | להלן דרישות האחסון שלנו (הדרישה היא לשטח אחסון בפועל, לא כולל מדף קרנטינה, אלא אם צויין אחרת). נודה לעדכון התנאים בהתאם בקול קורא. במידה ולא מעודכן בקול קורא, היכן/מתי אפשר לסגור את פרטים אלה כך שיהלמו באופן ספציפי לדרישות שלנו? | 6<br>מוסף ו'                              | 2    |

**בכבוד רב,  
יורם הלוי  
מנהל יחידת מכרזים**