

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	23/03/25

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1109927575	CLARITY 23KHZ HANDPIECE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	צמל יעקובסון
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512788373
מספר ספק בשיבא	5548
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ √ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$77,100 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

12 במרץ 2025
מספרנו: הני"ר 0070-2025
תיק:

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: חדר ניתוח מרכזי-כירורגיה –

חוו"ד לרכישת ידית למערכת Ultrasonic Tissue Ablation מתוצרת INTEGRA.

בחדר ניתוח קיימות שלוש מערכות מדגם 9 CUSA EXCEL תוצרת חברת INTEGRA, המשמשות בניתוחי כבד ונירוכירורגיה להסרת רקמה באמצעות אנרגיית אולטרסאונד בתדר נמוך. כל מערכת כוללת קונסולה, עגלה, פדל הפעלה וציוד קצה ייעודי – ידיות בתדרים שונים (Handpieces).

הידיות המצויות בשימוש:

- 3 יחידות Handpiece 23 kHz המשמשות לניתוחי כבד
- 4 יחידות Handpiece 36 kHz המשמשות לניתוחים נירוכירורגים

עבור המערכות הני"ל נדרשת רכישה של ידית חדשה מסוג Handpiece 23 kHz.

היות ומדובר בידית ייעודית עבור המערכת מתוצרת INTEGRA, יש לראות ביצרן זה באמצעות נציגות המקומית חברת "צמל", ספק בלעדי לרכישה. למען הספק ספק, לא ניתן לשלב במערכות הקיימות ציוד קצה מתוצרת יצרן אחר.

בברכה,
מיטל ויסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: גב' לירון דניאלי