

10.04.2025

הלה שלום רב. להלן מספר שאלות בנוגע למכרז 12599061 -

1. האם קיים אומדן כמותי או תקציבי למכרז זה? ככל וכן, אנא ציינו איזו כמות שנתית ביה"ח מתכוון לרכוש לכלל הדגמים או לפחות הערכה תקציבית.
תשובה: לא ניתן להגיש הערכה תקציבית או אומדן כמותי. הזמנות יתבצעו בהתאם לצורך.

2. בסעיף ד' במכרז רשום "הפריט יהיה חדש, לא מחודש והשימוש בו יהיה חד פעמי ולא ממוחזר" אנא הבהירי האם הכוונה היא לרכישת מכשירים חד פעמיים או רב פעמיים.
תשובה:

מכשירים רב פעמיים בלבד.

3. רשום במכרז שנדרשים 4 מכשירים להדגמה. האם מדובר ב- 4 יחידות של אותו מק"ט, או 4 מק"טים שונים? כמו כן, האם ישנם דגמים מועדפים להתנסות?

תשובה:

4 מקטים שונים. כרגע נדרש להדגמה 4 מכשירים (2,3,4,5) לניתוחים אורתופדיים ונוירוכירורגיים.

4. רשום שניתן להוסיף פריטים נוספים אחרים מקטגוריות אחרות. אבקש הבהרה בנושא. בקטלוג המכשירים הכירורגיים של שיאון מדיקל יש מעל 1000 פריטים שונים. אילו קטגוריות של מכשירים רלוונטיות להגשה במכרז זה?

תשובה:

אין צורך להגיש פריטים נוספים.

5. בסעיף 10 ביקשתם שנציין נפח ומשקל. לאיזו כמות מכל פריט תבקשו לדעת נפח ומשקל? האם תבקשו טבלה ובה נפח ומשקל עבור כ"א מהדגמים? או באופן כללי לפריט זה?

תשובה:

אין צורך.

6. סעיף 10 - היעד ממנו יש לאסוף את הטובין – שיאון מספקת את הצידוד ישירות לבית החולים. האם לרשום את כתובת המפעל או לציין שהטובין יסופקו לביה"ח?

תשובה:

הטובין יסופק לבית החולים למחסן ולמחלקה שיצינו בעת קבלת הזמנה.