

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	01/04/25

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1190128224	FIZE DISPOSABLE ONLY 10 UNITS
1	1095097259	CONSOLE ASSEMBLY

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	פיזו מדיקל
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	514606342
מספר ספק בשיבא	170916
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ √ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	93,280 שח' + מע"מ

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

23 במרץ 2025
מספרנו: הני"ר/2025-0084
תיק: 1220

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: ת"ע 2025/ט.נ. כללי – חו"ד לרכישת מכשיר ניטור תפוקת שתן משדר.

אושרה רכישת המכשיר הנדון בכמות של 8 יח' המחליף מדידה ורישום ידני של נתוני תפוקת שתן.

נדרשת מערכת מדידה וניטור רציף של תפוקת שתן (Urine output), הצגה דיגיטלית בזמן אמת ושידור נתונים לגיליון חולה ממחושב (קמיליון, מטוויזן).

לחברת FIZEMEDICAL (יצרן ישראלי), מערכת FIZE kUO המורכבת מקונסולה הניתנת לתלייה ע"ג מיטת מטופל וקיטים מתכלים. הקונסולה מופעלת ע"י חיבור לרשת החשמל וכן כוללת סוללת גיבוי המספיקה לעבודה של 4 שעות. לכל קיט חיבור לקטטר סטנדרטי, סט צנרת, סנסור ושקית.

למכשיר צג מובנה מאפשר הצגה גדולה וברורה של כמות הנוזל הנמדד ביחידות ML בטווח של 0-2000 ובדיק של 3%. נתונים הניתנים להצגה הינם כמות כוללת ב-6 שעות אחרונות, ממוצע לשעה וכן גרף של כמויות נמדדות פר שעה. כמו כן, קיימת אפשרות להגדרת התרעות בהתאם לדרישת משתמש.

למכשיר תג RFID המאפשר לאגור נתונים לפי פירטי מטופל למשך 12 שעות. שידור הנתונים לתיק חולה מתבצע ע"י חיבור לרשת ה-WIFI של בית החולים.

הדגם הני"ל קיים בפריסה של כ-120 יח' במוסדות רפואיים בארץ, כולל קישוריות למערכות ניהול מידע רפואי. המכשיר הובא להתנסות קלינית במחלקת ט.נ. כללי ונמצא ע"י דר' ערן סגל עונה לכל שדרש.

בסקירת שוק שבוצעה, לא נמצאו חלופות מאושרות רגולטורית לשימוש מוסדי לצורך ביצוע המדידה הדיגיטלית הני"ל. לאור זאת, יש לראות בחברת FIZEMEDICAL ספק בלעדי לרכישה זו.

בברכה
מיטל ביסטרי-נסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' ערן סגל
גבי דניאל סבו
גבי גלית כחלון