

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	03/04/25

מדינת ישראל  \_\_\_\_\_ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095094348	BACTEC MGIT 960

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חווי"ד מצ"ב מאליה רפאלוב סמיה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	בקטלאב דיאגנוסטיקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511563744
מספר ספק בשיבא	1291
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$109,450 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

31 במרץ 2025  
מספרנו: הני"ר/2025-0092  
תיק: 8002

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: תוכנית עבודה אגף המעבדות 2025 / מיקרוביולוגיה –  
חו"ד לרכישת מכשיר לבדיקת מיקובקטריה(שחפת).

אושרה רכישה של מכשיר לבדיקת מיקובקטריה(שחפת) למעבדת מיקרוביולוגיה בכמות 1 יח'.  
מדובר באינקובטור ייעודי להדגרת מבחנות לזיהוי צמיחה של חיידקים מסוג מיקובקטריות (שחפת ומיקובקטריות  
שאינן שחפת).

להלן התכונות הנדרשות מהמכשור:

- מכיל 960 מבחנות לעבודה במקביל.
- מכשיר אוטומטי לחלוטין.
- מאפשר לאתר קומפלקס שחפת ומוטציות הקשורות לעמידות של ריפאמפיצין ו- איזוניאזיד(תרופות נגד שחפת)  
בבדיקה אחת.
- יכולת לבצע מעקב לטווח ארוך של חולי שחפת ומחקר לדפוסי רגישות.

התקבלה הצעת מחיר לדגם MGIT 960 תוצרת חברת Becton המשווק ע"י חברת "בקטלאב דיאגנוסטיקה", אשר  
נמצא מתאים לדרישות הצוות.

מערכת זו מדגיירה מבחנות ייחודיות אליהן מוכנסות דגימות ראשוניות מחולים לאחר עיבוד ראשוני. צמיחת  
החיידקים מזוהה בשיטות כימיות מבוססות אורכי גל ייעודיים אשר מספקות ניטור אוטומטי לחלוטין ורציף עבור  
מיקובקטריות.

הובהר ע"י הצוות כי הנתונים מנוהלים באמצעות תוכנה לניהול פלטפורמות מעבדתיות מתוצרת Becton המצויה  
במעבדת מיקרוביולוגיה ומשותפת ל-3 מכשירים. פעילות העיבוד ופענוח הנתונים הינה חיונית להליכי העבודה  
במעבדה.

היות ומערכת ניהול זו מתוצרת Becton מותאמת לעבודה אך ורק עם מערכות המיוצרות על ידם לא ניתן לרכוש  
מכשיר לבדיקת מיקובקטריה מיצרן אחר זולת חב' Becton.

לאור הנימוקים לעיל, יש לראות ביצרן Becton באמצעות נציגותו בארץ חברת " בקטלאב דיאגנוסטיקה ", ספק  
בלעדי לרכישה, ולממשה בהתאם להצעה שהוגשה ע"י החברה.

בברכה,  
אליה רמאלוב סמייה  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

העתק: דר' עמית שרון