



**מדינת ישראל – מרכז רפואי צפון
לשכה משפטית**

מכרז 1/2025

**לשדרוג מערכת הזנה ושימור קריאוגנית
ביחידה להפריה חוץ גופית**

תשובות לשאלות הבהרה - 7.5.25

**יש לחתום בתחתית כל עמוד ולצרף המסמך
להצעה שתוגש**

סידורי	עמוד	סעיף	השאלה/ הערה	תשובת גרשון
1.	7	4.6.4	אין אישור כזה. נא לבטל את הסעיף ולרשום שמורשים למכור את הצובר.	קיים אישור כזה ואין כל בעיה לקבלו מהיצרן בפניה מתאימה.
2.	7	4.6.5	אין אישור כזה של היצרן- נא לבטל ולרשום שהספק יתן תמיכה טכנית ולא היצרן.	מקובל.
3.	10	6.4.2	פרק הזמן תלוי באישור מדידות סופי ופרק הזמן לייצור וייבוא הצנרת. נא לשנות בהתאם.	מועד הספקת כלל המערכת ותנאי ההספקה מוגדרים בסעיף 8.2 של המפרט הטכני.
4.	17	8.5	נבקש לקצר את התקופה הנוספת בשורה השנייה ל-30 ימים. חצי שנה זו תקופה ארוכה מאוד לחייב מציעים להצעתם.	התקופה מקוצרת ל-90 ימים
5.	23	11.2.1.3	נבקש כי תבהירו בדיוק באילו תקנים נדרשים המציעים לעמוד.	התקנים והמפרטים הנדרשים מצוינים בסעיף 4.5 ו-4.6 של תנאי המכרז (עמ' 6 ו-7).
6.	31	2	נא הבהירו את כוונתכם בסעיף זה שכן אין בטבלה עמודה המסומנת "למילוי על ידי המציע".	הכוונה לעמודה בטבלה בהמשך שכותרתה "מחיר ליח".
7.	31-32	סעיף 2 בטבלה	נבקש להחריג את הבקשה לזיכוי. אין לנו צורך בצובר הקיים או לחילופין לתת לנו לקבוע את מחיר הזיכוי בהתאם לטיבו וגילו.	הבקשה נדחית
8.	32	סעיף 2 בטבלה	מה היחס בין שורה זו בטבלה לסעיף 13.3 בעמוד 16 למפרט שם מצוין כי על החברה הזוכה לזכות את המזמין בסכום מינימום של 80 אלף ש"ח בגין רכישת הצובר ואילו בטבלה נראה כי עלינו לתמחר את עלות השירות שהינו פירוק ופינוי הצובר. נבקש להבהיר מה נדרש בסעיף 2 ואת היחס בין סעיף זה לסעיף 13.3 למפרט וכאמור לתת הצעה לזיכוי ללא מינימום/ מקסימום. לא נוכל לזכות במחיר של 80,000!!!	הבקשה נדחית
9.	32	סעיף 3 בטבלה	נבקש לתת הצעת מחיר לברזים חדשים. יצרן הברזים לא תומך בבקשה שלכם כמו גם עלות שיפוץ	כל יצרן ברזים, ובמיוחד יצרן ברזים אלו, מספקים ח"ח לברזים שהם מיצרים.

<p>תהייה יקרה יותר מקניית ברזים חדשים.</p>				<p>אנו מבקשים לקבל אישור מיצרן הברזים – חברת Herose שאין באפשרותם לספק את קרבי הברז הרלבנטי (דגם 01305-0400-0016 בקוטר 1/2" NPTF). אם אמנם התשובה תהיה שלילית, ניתן להציע ברז חדש במקום הברז הישן.</p>
<p>נבקש כי בסעיף זה התמחור יתבצע על בסיס תקופת ההשאלה הרלוונטית ולא כמצוין.</p>	<p>סעיף 4 בטבלה</p>	<p>31</p>	<p>10.</p>	<p>ניתן לתמחר מחיר סעיף זה בהתבסס על מועד הספקת המערכת כנדרש בסעיף 8.2 למפרט הטכני. הצורך במיכלים אלו ידרש רק בזמן פירוק הצנרת הישנה והחלפתה בצנרת החדשה. במצב זה ידרשו 2 מקררי השימור להיות מוזנים בחנקן נוזלי באמצעות 2 טרמוסים בנפח 230 ליטר כ"א. סביר שפרק הזמן המקסימלי שידרש יהיה שבוע. יש לתמחר סעיף זה לשבוע ימים. במידה וידרש פרק זמן נוסף, מעבר לשבוע ימים, ישולם את החלק היחסי שיתווסף.</p>
<p>מערכת זו אינה בסקופ שלנו. הנ"ל יעשה ע"י המזמין ישירות מול יצרן/ משווק המערכת.</p>	<p>סעיף 7 בטבלה</p>	<p>31</p>	<p>11.</p>	<p>מוסכם – פריט זה יבוטל. מצורף כתב כמויות חדש.</p>
<p>מערכת זו אינה בסקופ שלנו. הנ"ל יעשה ע"י המזמין ישירות מול יצרן/ משווק המערכת. בקר מקרר מספק את כל השידורים הנדרשים למערכת בקרה.</p>	<p>סעיף 8 בטבלה</p>	<p>31</p>	<p>12.</p>	<p>מוסכם – פריט זה יבוטל. מצורף כתב כמויות חדש.</p>
<p>הנ"ל לא בסקופ שלנו. כל הפעולות הזזה והתקנת מד חמצן – באחריות המזמין אל מול נותן אחריות למכשיר זה.</p>	<p>סעיף 9 בטבלה</p>	<p>31</p>	<p>13.</p>	<p>מוסכם – פריט זה יבוטל. מצורף כתב כמויות חדש.</p>
<p>נבקש להציע צובר 2000 לי המיוצר בציכיה ולא צובר 1500 המיוצר ב-USA- המחירים יהיו זהים. לחילופין נבקש לבדוק את האפשרות להתקין צובר 1500 לא חדש שחזר מלקוח אחר (לא מובטח- רק במידה ויש פנוי בנק' הזמן הספציפית) תמורת הוזלה. נוכל להבטיח תקינות ולתת אחריות.</p>	<p>סעיף 10 בטבלה</p>	<p>31</p>	<p>14.</p>	<p>מוכנים לקבלת הצעת מחיר לצובר 2000 ליטר <u>כולל כל התוספות</u> אך מבקשים הצעת מחיר לצובר 1500 ליטר. שני הצוברים חייבים להיות חדשים משנת יצור 2025. יש לציין מפרט ברור של צובר 2000 ליטר הכולל את קוטרו וגובהו הכולל.</p>

מאושר	נבקש לעדכן סעיף זה אחת לשנה בהתאם למחירון החלקים של היצרן אם מקסימום עליה של 5% שנתית.	סעיף 11 בטבלה	31	.15
מאושר	שעות עבודה נכללים מראש לפרויקט מהסוג הנ"ל כחלק מעלויות כוללות ולא ניתנים מראש לתמחור.	סעיף 12-13 בטבלה	31	.16
המכרז כולל הספקת צובר, צנרת ומכללים נוספים שחלקם עשוי לדרוש החזקה (עלפי סעיף 11 של כתב הכמויות). לפוריה ניתנת האפשרות לחתום על חוזה החזקה של מרכיבי המערכת (לאחר תום תקופת האחריות) עלפי המחיר שיוצע, או לבחור בפניה פרטנית לכל מקרה שידרש, עלפי הצעת מחיר מצד הספק.	נא הבהירו מה הכוונה במילים "ככל שהמכרז הרפואי יחליט על כך".	2.1	38	.17
הבקשה נדחית.	נבקש כי כל שינוי בתקופת ההתקשרות יחייב את קבלת אישור הספק, מראש ובכתב.	2.2	38	.18
מקובל.	נבקש למחוק את המילים "וכן מימוש הזכות להאריך את ההתקשרות" הואיל ולא מצוינת זכות להארכת ההתקשרות.	2.2	38	.19
מקובל.	נבקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "או בקשר עימם".	4.1	38	.20
מקובל.	בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים "או שגילוי נדרש על פי כל דין".	4.2.2	38	.21
מקובל.	נבקש למחוק סעיף זה ולהבהיר כי הספק יתחייב כי עובדיו מחויבים בסודיות ברמה אשר מחמירה לפחות כמו רמת הסודיות הנדרשת בהסכם זה. אין זה סביר לדרוש כי עובדי הספק יתחייבו בהתחייבות חוזית במישרין כלפי המזמין.	6.3	39	.22
הבקשה נדחית	נבקש להבהיר כי תוצרי העבודה אשר הוכנו על ידי הספק יהיו בבעלות הספק שכן לא ניתן לעשות הפרדה בין המסמכים הסטנדרטיים של הספק למסמכים שייצר עבור המזמין. בהקשר זה ניתן לציין כי הספק ייתן למזמין	7.3	39	.23

	רישיון שימוש בחומרים אלה למטרת ההתקשרות.			
הבקשה נדחית	לחילופין, נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה לא יחול על תוצרים המבוססים על המסמכים הגנריים שהספק עושה בהם שימוש במהלך העסקים הרגיל.	7.3	39	.24
הבקשה נדחית	נבקש למחוק את הסעיף.	7.5	40	.25
מקובל	נבקש להבהיר כי המזמין יתנהל לעניין זה בסבירות וינמק את עמדתו.	8.3	40	.26
הבקשה נדחית	נבקש כי חבות השיפוי תחול בכפוף לקבלת פסק דין חלוט.	9.1.4	41	.27
הבקשה נדחית. התשלום יהיה בסוף הביצוע.	נא הבהירו כיצד תשולם התמורה ביחס לפירוט העבודות אשר הספק נדרש לבצע בהתאם לטופס הצעת המחיר. אנו מבקשים כי הספק יוציא 2 חשבוניות לפי אבני הדרך הבאים: א. 25% מהערך הכולל לאחר אישור תוואי המדידות הסופי וזאת כנגד התכנון, המדידות ואישור התוואי ע"י היצרן. ב. 75% נותרים בתום הפרוייקט ומסירתו למזמין. נבקש שתנאי התשלום יהיו שוטף +30 לפרוייקט זה מכיוון שמדובר בהוצאה קפיטלית גדולה של הספק.	10	41	.28
סעיף 10.3.2 מבוטל. נספח ד' הושמט.	נא צרפו את נספח ד' אשר הושמט ממסמכי המכרז. ככל ומצוין שם אחרת נבקש כי בכל מקרה ההצמדה תהיה למדד הידוע במועד הגשת ההצעות לעומת מועד הפקת החשבונית.	10.3.2	41	.29
הבקשה נדחית.	נבקש להבהיר כי על אף האמור בסעיף זה ככל ומחיר היצרן לטובין הרלוונטיים יתעדכן בין הגשת ההצעות למועד אספקת הטובין כך התמורה לספק תתעדכן בהתאם.	10.4.1	41	.30

הבקשה נדחית.	נבקש כי הסעיף יתוקן כך שהצדדים יישאו בעלויות הנוספות באופן שווה.	10.4.2	41	.31
הבקשה נדחית	לחילופין, נבקש לתקן הסעיף - לאור תקופת ההסכם הארוכה אין זה סביר לחייב את הספק באותם מחירים לתקופה זו, וזאת בין היתר לאור תנאי השוק המשתנים ושינויי מחירי החלקים של היצרן. אי לכך נבקש כי יתאפשר לספק לעדכן את התעריפים מעת לעת ובתדירות שלא תעלה על אחת לשנה בהתאם למחירון הספק בהתייחסות לסעיף 11 בהצעה.	10.4.3 חדש	41	.32
הבקשה נדחית.	נבקש כי הסעיף יתוקן כך שהצדדים יישאו בעלויות הנוספות באופן שווה.	11.5	42	.33
הבקשה נדחית.	כאמור נבקש שתנאי התשלום לפרויקט זה יהיו ש+30	11.8	42	.34
הבקשה נדחית.	נבקש להבהיר כי על כי אף האמור לעיל הספק בכל מקרה לא יהיה אחראי בגין נזקים עקיפים, תוצאתיים, אובדן רווחים וכיוב' בקשר עם אספקת הציוד או הסכם זה שיגרמו ללקוח או לצדדים שלישיים.	12.1	42	.35
הבקשה נדחית.	נבקש להחליף את המילה "ושהאחריות" בשורה הרביעית במילים "ו/ או שהאחריות".	12.2	42	.36
הבקשה נדחית.	בנוסף לאמור לעיל, נבקש להבהיר כי הפטור בסעיף זה לא יחול ביחס לנזק שנגרם בשל הפרה של הסכם ההתקשרות מצד המזמין ו/או רשלנות מצד המזמין ו/או נזק שיגרם בשל אי-תקינות הגלילים אשר בבעלות המזמין.	12.2	42	.37
הבקשה נדחית.	נבקש להחליף את המילה "הספק" בשורה הראשונה במילה "הצדדים".	12.3	42	.38
הבקשה נדחית.	נבקש כי האמור בסעיף זה הינו בכפוף לסעיף 21 ביחס לשימוש בקבלני משנה.	14.1	44	.39

הבקשה נדחית.	נבקש לתקן הסעיף כך שהעברת הזכויות והחובות תתאפשר רק בהסכמת הספק. הצעת הספק ניתנה למזמין על בסיס המפרט שהמזמין פירט ועל פי נתוני המערכת במרכז הרפואי. לא סביר שהספק ייתן הצעה למכרז זה וימצא עמו בהתקשרויות נוספות עם גופים שהוא כלל לא ידע עליהם.	14.2	44	.40
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את הסעיף. בהמשך הסעיף ישנם סעיפי הפרה רבים ומגוונים וביטול חוזה "מכל סיבה" אינה מקובלת בהינתן האפשרויות הרבות העומדות בפני המזמין. כמו כן, ביטול מטעמי נוחות אינו סביר בהתקשרות מסוג זה, אשר מבוססת על הליכי שדרוג מערכת ותחזוקתה.	15.1	44	.41
ההתקשרות מאושרת תקציבית	נא הבהירו מה הסטטוס התקציבי להתקשרות זו. מה יקרה אם במהלך עבודות השדרוג יגמר התקציב? נבקש שההתקשרות תתקיים רק כל עוד יש תקציב למימוש מלוא הפעולות הנדרשות להקמת ושדרוג המערכת.	15.2	44	.42
הבקשה נדחית.	נבקש להחליף את הספרה "7" בספרה "14".	16.1.2.1	45	.43
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק הסעיף.	16.1.2.2	45	.44
הבקשה נדחית.	נבקש לתקן הסעיף – כך שביטול ההסכם לא יהיה מידי ויותנה במסירת הודעה מראש ובכתב של 30 ימים שבמהלכם לא תוקנה ההפרה הרלוונטית.	16.2.1	45	.45
הבקשה נדחית.	נבקש כי ככל והמזמין מעוניין לבצע קיזוז או ניכוי בהתאם לסעיף זה, יהיה עליו למסור הודעה מראש בת 7 ימים שבמהלכם לא תוקנה ההפרה הרלוונטית.	16.2.4	46	.46
מקובל	נבקש כי מימוש פיצויים יותנה במתן הודעה מוקדמת ואפשרות ריפוי ולא כמצוין.	16.2.5.3	46	.47
מקובל	נבקש כי בטרם פניה לספק חלופי תינתן לספק התראה בכתב	16.2.6.1	46	.48

	ואפשרות תיקון ובכל מקרה כי רכישת הטובין החלופיים תעשה במחירי שוק.			
הבקשה נדחית.	נבקש להבהיר כי לא יראו זאת כהפרת הסכם בכל מקרה בו הספק לא יעמוד בהתחייבויותיו בשל נסיבות שאינן בשליטתו. לצורך כך יראו ב"נסיבות שאינן בשליטתו" עיכובים שנגרמו בהוראות המזמין, עיכובים שנגרמו בשל מעשה או מחדל של המזמין או מי מטעמו, עיכובים שנגרמו בשל מעשה או מחדל של או במקרה של כוח עליון. לצורך כך יראו ב"כוח עליון" כשריפה, התפוצצות, אסונות טבע, שביתות, השבתות, מלחמה, מצב חירום בטחוני ו/או בריאותי, סגר, הפסקה בפעילות הנמלים, גיוס מילואים נרחב, צווים ממשלתיים או עירוניים בדבר הפסקת עבודות, חוסר יכולת להוביל עקב סגירת כבישים ודרכים חילופיות, חוסר בסולר לרכבים ומיכליות, הפסקות חשמל, וכיו"ב, חוסר ממושך בחומרי גלם או עיכובים שיחולו כתוצאה מעיכוב הגעת ציוד שהוזמן ו/או יוזמן, התערבות ממשלתית כלשהי (צווים, הפקעות או חקיקה עתידית או שינוי חקיקה קיימת) וכל סיבה אחרת שאיננה תחת שליטת הספק לרבות כל סיבה אחרת אשר הופכת את אספקת הגזים לבלתי אפשרית.	16.2.6.2 חדש	46	.49
מקובל	נבקש כי האמור בסעיף זה הינו בכפוף לכך שבכל מקרה לא יוטל כפל פיצוי על הספק באותו אירוע.	17	47	.50
מקובל	נבקש למחוק נספח זה לאור הערתנו לעיל ביחס להחתמת עובדי הספק על הסכמי סודיות.	נספח ג'	49	.51
מפרט מקצועי				
מוכנים לקבלת הצעת מחיר לצובר 2000 ליטר כולל כל התוספות אך מבקשים הצעת מחיר לצובר 1500	כאמור נבקש להציע צובר 2000 לי' המיוצר בצ'כיה ולא צובר 1500 המיוצר ב-USA- המחירים יהיו זהים.	1	3	.52

ליטר. שני הצוברים חייבים להיות חדשים משנת יצור 2025.	לחילופין נבקש לבדוק את האפשרות להתקין צובר 1500 לא חדש שחזר מלקוח אחר (לא מובטח- רק במידה ויש פנוי בנק' הזמן הספציפית) תמורת הוולה. נוכל להבטיח תקינות ולתת אחריות.			
רצ"ב – תרשים 150278. נספח מס' 1 מופיע בעמ' 19 למפרט הטכני. רצ"ב : כל המפרטים המפורטים בנספח זה.	לא סופק תרשים 150278, לא נמסר נספח מס' 1	2	3	.53
רצ"ב – תרשים 1019911. נספח מס' 1 מופיע בעמ' 19 למפרט הטכני. רצ"ב : כל המפרטים המפורטים בנספח זה.	לא סופק תרשים 1019911, לא נמסר נספח מס' 1	2	3	.54 מ
מקובל	נבקש להבהיר שהמזמין אחראי לפינוי המערכת הישנה שפורקה.	2	3	.55
מקובל	ביחס לאמור בפסקה החמישית נבקשכם כי תדאגו לגישה נוחה לספק לשם ביצוע העבודות במלואן.	2	3	.56
כל יצרן ברזים, ובמיוחד יצרן ברזים אלו, מספקים ח"ח לברזים שהם מיצרים. ח"ח תמיד יהיו זולים מברז חדש והחלפת קרבי הברזים מאד פשוטה וקלה. אנו מבקשים לקבל אישור מיצרן הברזים – חברת Herose שאין באפשרותם לספק את קרבי הברז הרלבנטי (דגם 01305-0400-0016 בקוטר 1/2" NPTF). אם אמנם התשובה תהיה שלילית, אז ניתן להציע ברז חדש במקום הברז הישן.	לגבי שיפוץ הברזים הקיימים- נבקש לתת הצעת מחיר לברזים חדשים. יצרן הברזים לא תומך בבקשה שלכם כמו גם עלות שיפוץ תהיה יקרה יותר מקניית ברזים חדשים.	א3	4	.57
הבקשה נדחית	נבקש להבהיר שהטרייד אין יעשה רק בהסכמת הספק להצעת המחיר שיתן.	ב3	4	.58
מקובל	ביחס להבטחת מלאי החנקן נבקש להדגיש שבאחריות המזמין לדאוג להזמנת מילוי התרמוסים בכדי לשמור על מלאי תקין. כמו גם ניתוק מכליים זמניים, ניודם וחיבורם למקררים באחריות בית החולים!	ה3	4	.59

הבקשה נדחית.	מכיוון שהני"ל הערכה בלבד נבקש כאמור לפצל את החשבונות ל2 כפי שהוסבר בשאלה 28 ולעדכן את הצעת המחיר וההזמנה לאחר שלב א' כשיש נתונים סופיים וזה ביחס ישיר למחיר שיש בהצעה (עדכון כמויות לרוב).	13	5	.60
רצ"ב – שני התרשימים.	לא נמסרו תרשימים	13	5	.61
לא מקובל. רצ"ב – תרשים העמדת המקררים באוטוקד. באחריות הספק הזוכה לאשר את המידות. אין כאן כל דרישה לביצוע תרשים חדש אלא רק לאשר את תרשים העמדת המקררים ומידות החדר, קודם לביצוע השיפוץ, על מנת להבטיח שמידות החדר יאפשרו העמדה של 4 מקררי שימור כמתוכנן.	נבקשם להוסיף את אישור עבודה זו לתמחור המופיע בהצעת המחיר	3.2	5	.62
מאושר.	נבקשם להבהיר כי המזמין יהיה אחראי לכל ההיתרים שידרשו לבניית הקיר המפריד המתואר בסעיף זה.	3.2	5	.63
ראו התייחסותנו בשאלה 58 לעיל.	נבקש להבהיר שכאמור סכום הזיכוי וכדאיות – בהתאם לחישוב רמת הפחת ובהתאם להצעתנו	3.3	5	.64
מאושר.	נבקשם להבהיר ביחס לאמור בפסקה האחרונה המזמין יהיה אחראי לכל ההיתרים שידרשו לבניית הגדר הייעודית והמדרגות המתוארות בסעיף זה.	3.3	5	.65
לא תידרש ולא תאושר כל פעילות לאחר השעה 19:00.	נבקש כי תהיה תוספת תמורה לעבודות בשעות לא מקובלות בשיעור של 300 ₪ + מע"מ לשעת עבודה אחרי 19:00	4.3	6	.66
מאושר – ראו נספח 4 למפרט הטכני.	לטובת הני"ל נצטרך שיתוף פעולה של צוות בית החולים ולהישמע להוראות הבטיחות שניתן מראש.	4.4	6	.67
מאושר.	נבקש שעותק אחד יהיה קשיח (ניירת) וה2 הנותרים בקבצי מדיה דיגיטלית.	4.5	6	.68
הבקשה נדחית. הספק יהיה רשאי להביע עמדתו בפני המפקח.	נבקש להבהיר כי כל מחלוקת תידון בתום לב ותיפטר בהסכמת הצדדים.	5.4	6	.69

הבקשה נדחית	כאמור נבקש לשנות לשוטף +30 ולשתי פעימות כפי שהוסבר בשאלות הקודמות.	5.6	6	.70
מקובל	נבקש להבהיר כי אחריות החברה הזוכה תהיה back to back לאחריות הסטנדרטית של היצרן.	6 (1 ו-2)	7	.71
מקובל	נבקש להבהיר כי תוספת התשלום המתואר כאן תיקבע בהסכמת הצדדים.	8.1.5	8	.72
הבקשה נדחית. באם יהיה צורך בהארכה, הספק יהיה רשאי לפנות בבקשה מתאימה, אשר תיבחן	נבקש לשנות לתוך 5 חודשים ממועד אישור התוואי ע"י המזמין.	8.2 א.	8	.73
הבקשה נדחית. באם יהיה צורך בהארכה, הספק יהיה רשאי לפנות בבקשה מתאימה, אשר תיבחן	נבקש לשנות במקום יום עד יומיים לתוך זמן סביר לביצוע ההתקנה.	8.2 א.	8	.74
הבקשה נדחית. באם יהיה צורך בהארכה, הספק יהיה רשאי לפנות בבקשה מתאימה, אשר תיבחן	נבקש לשנות לתוך 5 חודשים ממועד קבלת ההזמנה ורק לאחר השלמת המאצרה וקבלת כל אישורי הקונסטרוקציה הנדרשים.	8.2 ב.	8	.75
כל יצרן ברזים, ובמיוחד יצרן ברזים אלו, מספקים ח"ח לברזים שהם מיצרים. ח"ח תמיד יהיו זולים מברז חדש והחלפת קרבי הברזים מאד פשוטה וקלה. אנו מבקשים לקבל אישור מיצרן הברזים – חברת Herose שאין באפשרותם לספק את קרבי הברז הרלבנטי (דגם 01305-0400-0016 בקוטר NPTF 1/2"). אם אמנם התשובה תהיה שלילית, אז ניתן יהיה להציע ברז חדש במקום הברז הישן.	כאמור- לגבי שיפוץ הברזים הקיימים- נבקש לתת הצעת מחיר לברזים חדשים. יצרן הברזים לא תומך בבקשה שלכם כמו גם עלות שיפוץ תהייה יקרה יותר מקניית ברזים חדשים.	12.2	10	.76
הבקשה נדחית.	כאמור- נבקש להבהיר שכאמור סכום הזיכוי וכדאיות – בהתאם לחישוב רמת הפחת ובהתאם להצעתנו	13.3	12	.77
מוסכם – פריט זה יבוטל. כתב כמויות מעודכן מצורף בנפרד.	מערכת זו אינה בסקופ שלנו. הנ"ל יעשה ע"י המזמין ישירות מול חברת אפקון או פלקון. בקר מקרר מספק את כל השידורים הנדרשים למערכת בקרה.	14 א.	12	.78
מוסכם – פריט זה יבוטל. כתב כמויות מעודכן מצורף בנפרד.	כאמור הנ"ל לא בסקופ שלנו כל הפעולות הזוה והתקנת מד חמצן –	15.1	13	.79

	באחריות המזמין אל מול נותן אחריות למכשיר זה.			
מוסכם – פריט זה יבוטל. כתב כמויות מעודכן מצורף בנפרד.	**** אינה אחראית על התקנות תשתיות נוספות מסוג זה כולל התרעות שלא הוגדר את האופן והשפעתו. המזמין צריך לדואג להתקנת מייבש אוויר במידת הצורך.	15.2	13	.80
מאושר, אך בהתאמה מלאה למופיע בסעיף 16 למפרט הטכני.	מפרטים הטכניים של הצנרת, בטיחות הסביבה, אמינות ואחזקת המערכת- ע"פ ובהתאם לנהלים וסטנדרטיים של היצרן	16	13	.81
דרישת האחריות המצוינת בסעיף זה הינה זו המוענקת ע"י יצרן הצנרת והצובר – לבדיקת הספק הזוכה ואישורו.	נבקש להבהיר כי אחריות החברה הזוכה תהיה back to back לאחריות הסטנדרטית של היצרן.	22	22	.82