

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	26/05/25

קרון מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1099010670	.SENSOR SPO2 ADULT REUS
9	1099010654	CABLE 3M PRESSURE F/ADULT
13	1095081741	AVALON CL BASESTATION
2	1095075560	AVALON PATIENT MODULE
1	1095061966	MONITOR FETAL AVALON FM30
11	1040033391	SEISMIC POLYMOUNT 48.3CM CHANNEL
10	1040033383	REMOTE EVENT MARKER FOR AVALON FM30/50
8	1040033375	M4557B EASY CARE CUFF 1 HOSE LARGE ADULT
5	1040027179	EASY CARE CUFF 1 HOSE SMALL ADULT
6	1040027161	EASY CARE CUFF 1 HOSE ADULT
7	1040027153	EASY CARE CUFF 1 HOSE ADULT XL
12	1040021487	AVALON FM20/30-FLUSH WALL MOUNT
4	1040019572	M1943AL SPO2 8-PIN D-SUB ADAPTER CABLE 3M

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

עפ"י חו"ד מצ"ב מאליה רפאלוב סמייה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן \_\_\_\_\_ לא X \_\_\_\_\_  
 סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_ X טובין

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$74,168 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

2/..

- 2 -

### נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

#### נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

עפ"י חו"ד מצ"ב מאליה רפאלוב סמייה

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

אליה רפאלוב סמייה	מהנדסת ביו-רפואית	שם בעל הסמכות המקצועית
	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

26 במאי 2025  
מספרנו: הני"ר/2025-0153  
תיק: 5-1120

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: תוכנית הצטיידות 2025/חדר לידה –  
חוו"ד לרכישת מוניטור למיילדות ולניטור עוברי (Fetal Monitor).

אושרה רכישה של המכשיר הנדון לחדר לידה בכמות 2 יח'.

מוניטור מיילדות מאפשר ניטור חיצוני ופנימי של עובר יחיד ושל תאומים כאשר ניתן לנטר לחץ תוך רחמי (IUP), לחץ דם לא חודרני וסטורציה של היולדת (האם).

המכשיר הקיים בשימוש בית החולים הינו דגם FM30 תוצרת חברת PHILIPS המצוי בכמות כוללת של כ-30 מכשירים.

רצ"ב הצעת מחיר חברת "מדטכניקה" לדגם FM30 תוצרת חברת PHILIPS אותה יש לממש. ההצעה כוללת את המרכיבים העיקריים הבאים:

HR+NIBP ליוולדת, x2 מתמרי US לניטור פנימי וחיצוני של עובר יחיד ותאומים, מתמר TOCO, מתאם חיבור ל-ECG+Direct+כבל DECG Reusable, זרוע תלייה ע"ג קיר.

המכשור מהסוג הנ"ל בחדרי לידה מבוסס על תוצרת PHILIPS ומותאם לאביזרים וסט מתכלים המסופק באופן קבוע, ולכן על מנת לשמור על פרוצדורת עבודה אחידה מומלץ לבצע את הרכישה מאותו היצרן – קרי PHILIPS. אחידות זו תבטיח רציפות מיטבית בכל הקשור לתפעול המכשירים וכן לצורך מתן שירות ותחזוקה שוטפת.

מדובר במכשיר שחייב להיות Heavy Duty לנוכח פעילותו הרצופה למשך שנים. למוניטור מתוצרת PHILIPS הוכחות של שנים על יכולת פעילות איכותית.

לנוכח האמור לעיל, יש לראות ביצרן PHILIPS באמצעות נציגתו בארץ חברת "מדטכניקה", ספק בלעדי לרכישה ולממשה בהתאם להצעה שהוגשה ע"י החברה.

בברכה,

אליה רמאלוב סמייה  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: גב' דפנה אביב  
מרי מיכאל תורגימן