

8.7.25

שאלות הבהרה למכרז 12599150 פרטי חבישה משנית

מס"ד	הפריט	השאלה	תשובה
1		חסר כמויות	מצ"ב
2		האם ניתן לקבל דוגמאות של הפריטים?	נמצא אצלי בחדר דוגמאות של הפריטים, ניתן לראות לצלם ולהחזיר
3	3015357072	דרישות סף למכרז חבישות משניות ע"י מחלקת זיהומים של ביה"ח	מצ"ב נספח א
4	3500001438	מבקש לקבל יותר נתונים	אורך מקלון, 15 ס"מ, כאשר בראש המקלון, יש צמר גפן, ארוז סטרילי.
5	3500001362	חסר מידות:	רוחב 19 מ"מ, אורך 50 מטר מתאים לעבודה עם קיטור
6	3500004358	מה מכיל הפריט?	מספר רכיבים: Chloraprepe לחיטוי מוצא הכבל (הנמצא בשימוש לחיטוי מוצא וריד מרכזי) חבישת 2% chlorhexidine להחלפה שבועית קיבוע בטוח למינעת תזוזת הכבל שאינו גורם לגירוי בעור Warp,csr Gauza Glove' surgical Warp,csr Prep pad, alcohol 2ply Glove exam Catheter securement device Chg, dressing Applicator prep

מספר רכיבים : Chloraprepe לחיטוי מוצא הכבל (הנמצא בשימוש לחיטוי מוצא וריד מרכזי) חבישת 2% chlorhexidine להחלפה שבועית קיבוע בטוח למינעת תזוזת הכבל שאינו גורם לגירוי בעור Warp,csr Gauza Dressing 4*5in adhesive Applicator prep Warp,csr Prep pad, alcohol 2ply Glove' surgical Catheter securement device Sponge drain 6ply 2/pk Glove exam	מה מכיל הפריט?	3500004366	7
פריט 3500000141 מבוטל במכרז זה הפריט יירכש במסגרת המכרז הקודם 12499222.	הפריט מופיע גם במכרז קודם 12499222,	3500000141	8
פריט 3500001438 מבוטל במכרז זה הפריט יירכש במסגרת המכרז הקודם 12499222.	הפריט מופיע גם במכרז קודם 12499222,	3500001438	9
פריט 3015357072 מבוטל במכרז זה הפריט יירכש במסגרת המכרז הקודם 12499222.	הפריט מופיע גם במכרז קודם 12499222,	3015357072	10
נמצא אצלי בחדר דוגמאות של הפריטים , ניתן לראות לצלם ולהחזיר	היכן החתך בכל מוצר? 3500001289 3500001297 3500001305	3500001289 3500001297 3500001305	11

הפריט לא נרכש מ 2021 ולכן
הפריט מבוטל במכרז

3500001289 האם ניתן לקבל דוגמא

12

נוסח הערבות- נוסח סטנדרטי
של הבנק לא צמוד מדד.

מה נוסח הערבות? סטנדרטית? נא
לפרוט
עמוד 2 במרכז סעיף 5

בכבוד רב
יוחאי ניצן
א. רכש משקי

נספח א

מצ"ב דרישות סף למכרז עבור חבישות משניות שונות: (בבקשה לצרף אסמכתאות לכל אחד מהסעיפים)

1. יש להמציא אישור אמ"ר תקף
2. שימוש ייעודי: חבישה מיועדת לשימוש כחבישה משנית לקיבוע יציב והגנה על צנתרים פריפריים ומרכזיים.
3. המוצר יהיה עשוי מחומרים היפו אלרגניים, נושמים ואינם גורמים לגירוי העור.
4. המוצר בעל יכולת ספיגה גבוהה
5. המוצר נצמד לעור אך ניתן להסרה ללא פגיעה בעור המטופל
6. אריזה סטרילית חד פעמית וארוזה הרמטית.
7. תוקף המוצר לפחות 12 חודשים בעת האספקה.
8. המוצר נמצא בשימוש בבתי חולים בארץ או בחו"ל.
9. חבישה בלתי חדירה לנוזלים
10. מחסום מפני מחוללים. עדיפות תינתן למוצר בעל תכונה אנטי מיקרוביאלית מוכחת.

11. זמן החלפת החבישה (חבישת צנתר מרכזי בשימוש עד 7 ימים)

12. אינדיקציות לשימוש

13. פירוט החומר הפעיל (חבישת CHG)

14. תיעוד על מניעת CLABSI (חבישת CHG)