



19 אוגוסט 2025

לכל המציעים

הנדון: מכרז מסגרת מס' 2291/2025 לאספקת מקפואים מעבדתיים ומקררי תרופות כולל שירות תחזוקה וציוד נלווה

הודעה מס' 2 – תשובות לשאלות ובקשות להבהרות

1. בהמשך למסמכי המכרז מתאריך 15.7.2025, מצ"ב הבהרות למסמכי המכרז שבנדון.
2. לתשומת ליבכם, המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 28.8.2025 בשעה 12:00, שאר תנאי ההליך נשארים ללא שינוי (כולל תוקף ערבות ההגשה ללא שינוי).
3. הינכם נדרשים לאשר קבלתה של הודעה זו באמצעות הטופס המצורף כנספת א' ולהחזירו חתום במייל חוזר לכתובת: j_maman@rmc.gov.il.
4. להבהרות נוספות ניתן לפנות לח"מ בטלפון: 04-7771216.
5. מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה ויש לצרפו, כשהוא חתום, למסמכי ההצעה.

בברכה,

יעקב ישראל ממון
עורך מכרזים והתקשרויות
רמב"ם – הקריה הרפואית לבריאות האדם

נספח א

לכבוד:

המרכז הרפואי רמב"ם – מחלקת רכש

לידי: יעקב ישראל ממן

אימייל: j_maman@rmc.gov.il

שלום רב,

הנדון: מכרז מסגרת מס' 2291/2025 לאספקת מקפואים מעבדתיים ומקררי תרופות כולל שירות תחזוקה וציוד נלווה

הריני לאשר קבלת הודעה מס' 2 מיום 19 אוגוסט 2025 וכל החומר המצורף המפורט בהודעה זו.

שם פרטי	שם משפחה	שם החברה

חותמת חברה	חתימה



הנדון: מכרז מסגרת מס' 2291/2025 לאספקת מקפואים מעבדתיים ומקררי תרופות כולל שירות תחזוקה וציוד נלווה

מס"ד	עמוד/נספח	מספר סעיף	פירוט השאלה / בקשת ההבהרה	תשובה
הבהרת המזמין:				
- מדובר במכרז מסגרת, כאשר <u>תחילה</u> ייבחרו כספקי מסגרת מציעים אשר עומדים בתנאי הסף ובתנאי המכרז. <u>לאחר מכן</u>, המזמין יפנה לספקי המסגרת בפניות פרטניות מעת לעת, לצורך קבלת הצעות מחיר לאספקת מקפואים מעבדתיים ומקררי תרופות לרבות שירות, תחזוקה וציוד נלווה. לכל פנייה פרטנית יצורפו כתב כמויות, מפרט ומועדי אספקה. המזמין רשאי לבצע פניות פרטניות אחת לשנה עבור הרכש השוטף, וכן רשאי לבצע תיחור מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו ולצרכיו. לפיכך, מובהר בזאת כי <u>כתב הכמויות שצורף למכרז הוא לצורך הדוגמה בלבד ולא נדרש למלא בו מחירים</u>. - הבחירה בספק/בספקים זוכים בפניות הפרטניות תהיה בהתאם למכרז זה על כל נספחיו.				
1	עמוד 6 / מפרט מקררים ומקפואים	1.2	מניסיוננו אין צורך באישור אמ"ר ליחידות קירור והקפאה. האם זה תנאי הכרחי מבחינתכם?	אין שינוי.
2	6	מפרט מקררים סעיף 2.1	מקררי/מקפואי תרופות עד 1,400 ל' אינם נדרשים באישור אמ"ר אלא בנוהל 126 ואישור וולדציה ע"פ התקן בכל 5-5 שנים. מבקשים אישור להגיש מקררים עד ל-1,400 ליטרים שאינם נדרשים באישור אמ"ר אך עומדים בתקנים הנדרשים ע"פ משרד הבריאות.	אין שינוי
3	נספח ד', עמוד 15 + נספח ז', עמוד 24, סעיף 13	(ד') 34 (ז') 13	בנספח ד' סעיף 34 אנחנו מתבקשים להציע מחירים בש"ח, ובנספח ז' סעיף 13, מדובר על המרה לש"ח של הצעה שניתנה במט"ח, לפי השער היציג הידוע במועד ההגשה. אי לכך, אנחנו מבקשים לאפשר הגשת הצעה במט"ח לפי התנאים הנ"ל.	מקובל. סעיף 34 לנספח ד' יעודכן ויוסח כלהלן: "המחירים שיינקבו בהצעה שתינתן במענה לפנייה הפרטנית יירשמו לפני מע"מ".
4	נספח ז', עמוד 23	שאלה כללית אודות הפנייה הפרטנית	לאחר קבלת פנייה פרטנית מהמזמין, אנחנו מבקשים שתהיה אפשרות לפנות למזמין, לפני הגשת ההצעה, בכל שאלה או בירור אשר יעלה מתוך המפרט הטכני הנדרש לציוד המבוקש בפנייה הפרטנית.	נא ראו סעיף 17 לנספח ז'.
5	מפרט טכני (נספח ג'), עמוד 5	סעיף 3.5	הדרישה אינה ברורה. האם הכוונה לדו"חות וולידציה מלאים עבור אב טיפוס כנדרש בנוהל 126 של משרד הבריאות, או להליך בדיקה פרטני שנמשך שעות רבות (עד יממה או יותר לכל מכשיר) ומבוצע באתר ההתקנה בזמן ההתקנה והפעלה ראשונה, עם מסמכי פרוטוקול IQ-OQ-PQ	כנדרש בנוהל 126 של משרד הבריאות.



	מיוחדים אשר ניתן לרכוש מהיצרן עבור כל מכשיר שנבדק?			
6	מפרט טכני (נספח ג'), עמוד 5	סעיף 3.8	לרוב דגמי המקפואים העמוקים אין אפשרות להתקין תאורה בתא שתהיה עמידה לטמפרטורות הנמוכות שבתא. אנחנו מבקשים שתאורה למקפואים לא תהיה דרישת חובה במכרז.	אין שינוי.
7	מפרט טכני (נספח ג'), עמוד 5	סעיף 3.10	ברוב המקפואים הפרמצבטיים קיימות שיטות מתוחכמות ומוכחות לשמירה על אחידות טמפרטורה גבוהה מאוד בתוך התא, שאינן מצריכות שימוש במערכות לפיזור אוויר. אנחנו מבקשים שתהיה דרישה למערכת פיזור אוויר רק עבור מקררים.	אין שינוי.
8	מפרט טכני (נספח ג'), עמוד 5	סעיף 3.11	בזמן הגשת מסמכי המכרז 2291/2025, האם יש צורך למלא נתונים טכניים בטבלה של המפרט הטכני לדוגמה המצורף למכרז?	לא נדרש, זו רק דוגמה בשלב זה.
9	מפרט טכני (נספח ג'), עמוד 7	סעיף 7	הדרישה במפרט הטכני לדוגמה הינה למקפוא 86 מ"צ, אך במקפואים אלו אין מערכת זרימת אוויר מאולצת בתא הקירור. אנחנו מבקשים לבטל דרישה זאת.	אין שינוי. בכל פנייה פרטנית יוגדר הצורך.
10	מפרט טכני (נספח ג'), עמוד 9	סעיף 4.1.3	ספרות הפעלה מפורטת באנגלית מסופקת עבור כל מקרר/מקפוא. אנחנו מבקשים לאשר שהספרות תהיה בשפה האנגלית.	אין שינוי.
11	מפרט טכני (נספח ג'), עמוד 9	סעיף 4.2.4	ספרות החזקה מפורטת באנגלית מסופקת עבור כל מקרר/מקפוא. אנחנו מבקשים לאשר שהספרות תהיה בשפה האנגלית.	אין שינוי.
12	מפרט טכני (נספח ג'), עמוד 11	סעיף 6.1.10	שעות העבודה שלנו לקבלה וטיפול בקריאת תקלה ולתמיכה טלפונית הינן בימי א' עד ה', בין השעות 7:30 ל-18:00, לא כולל חגים.	מקובל.
13	37	טופס 2	אנו מבקשים להגיש את ערבות ההגשה כערבות דיגיטלית.	לא מקובל.
14	-	-	מבקשים הבהרה על זמני אספקה מבוקשים.	בכל פנייה פרטנית יצוין מועד האספקה הנדרש, עבור הפנייה הספיציפית שתישלח למציעים.
15	3	מפרט מקררים סעיף 4.1	מבקשים לדעת האם ישנה אפשרות להתמודד רק על חלק מהציוד המבוקש.	בהתאם לאמור בפנייה הפרטנית שתישלח.
16	23	נספח ז'	מבקשים הבהרה - ע"פ מסמך זה לא נדרש להגיש הצעת מחיר במסמכים אלו. האם הצעת מחיר אינה נדרשת כלל במעמד הגשת מכרז זה?	נא ראו את הבהרת המזמין בתחילתה של טבלה זו.