

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	ביה"ח תל השומר
יחידה מזמינה:	מדור רכש מעבדות
תאריך:	21.07.2025

_____ **מדינת ישראל** _____ **קרון מחקרים**

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
רכישת רדיומטרים לתיקוף מכשירי בילרובין	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ **X** _____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	רניום בע"מ (2201)
מספר הספק	511642449
(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	
ספק זה הינו:	_____ X _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	4,000,000 ש"ח
תקופת ההתקשרות	שנתיים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **נימוקים והערות נוספות:**

רכישת: רדיומטרים לתיקוף מכשירי בילירובין, בהתאם לנימוק ספק יחיד של הגורם המקצועי - רצ"ב.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

נעמה שמש	מדור רכש מעבדות	נעמה שמש- קיטרו
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית



אגף מעבדות
בימוק "ספק יחיד"

שם הפריט/ים: מכשיר לניטור גזים בדם כולל בילירובין והמטוקריט מדגם Radiometer-ABL90

לפי הצעת מחיר מס': חברה: Rhenium תאריך: 10/10/2024

סכום כולל מע"מ: ₪ 4,000,000 סעיף תקציבי: מכינה

אנו מבקשים להכיר בסוכן הנ"ל ספק יחיד לצורך רכישת הפריטים לעיל מהנימוקים הבאים:

☐ ספק יחיד ואין בלתו.

☒ ספק יחיד העונה על כל הצרכים (פרט שמות הספקים הפוטנציאליים, ונמק על אלו צרכים ספציפיים עונה הפריט שאין לו מענה אצל הספקים האחרים).

☐ ספק יחיד, לחומרים/ציוד מתכלה היחידים המתאימים למכשיר זה (פרט שם המכשיר והיצרן).

☐ רכישה במסגרת עסקת ראגנטים עפ"י מכרז פומבי/סגור מ"צ

☐ אחידות מערכת (פרט הצרכנים הנוספים בבי"ח לפריט זה ומדוע חשובה האחידות).

☐ אחידות שיטת הבדיקה (פרט באיזה בדיקה מדובר ומדוע חשובה האחידות).

☐ אחר (פרט).

פירוט הנימוקים המקצועיים:

מכשיר Radiometer-ABL90 שבנדון מיועד לביצוע בדיקות בילירובין והמטוקריט גאונטליים בסמוך למיטת המטופל (POCT), במחלקות ילודים ופגים, ובמרפאת צהבת ילדים. נבחנו מכשירים מתחרים (טבלה-1), ונמצא שמכשיר Radiometer-ABL90 הוא היחיד העונה על כל הצרכים, הן אנליטית והן תפעולית, מהנימוקים המתוארים בטבלה-1 דלהלן:

טבלה-1:

POCT			LAB	נפח דיגום
Werfen-GEM-Premier-5000	Siemens-RP500	Radiometer-ABL90	שיטה ידנית נוכחית	
150µL	140µL	75µL	(70x2) 140µL	
✓	×	✓	×	קבלת תוצאה מיידיית ליד מיטת המטופל
✓	✓	✓	×	בקרת איכות אוטומטית
✓	×	✓	✓	הצגת תוצאות רלוונטיות בלבד למשתמש
✓	✓	✓	×	העברת תוצאות דיגיטלית לתיק רפואי
×	✓	✓	×	חיבור לתוכנת תאג' הפועלת "בסביבה בטוחה" והמאפשרת צפייה ושלטה מרחוק
×	×	✓	✓	גבול מדידה תחתון של בדיקת בילירובין
(2.0 mg/dl)	(2.0 mg/dl)	(0.2 mg/dl)	(0.2 mg/dl)	המטוקריט מדוד (לא מחושב)
✓	×	✓	✓	מידת ההתאמה למחלקת פגים - אפשרות למדידת קריאטינין ואוראה
×	×	✓	×	



כמו כן יצוין כי התמיכה האפליקטיבית ושירות הטכני ע"י חברת רניוס הם אצלנו בצמרת הדירוג.

 ד"ר דורון דולמן מנהל המעבדה העל-אוסטומטית המרכז הרפואי ע"ש שיבא ת"א	77771	מגה-לאב	25.02.2024
חתימת מנהל המעבדה	קוד מעבדה	שם המעבדה	תאריך

* לתשומת לב המעבדה: נא לציין בהצעת המחיר המצ"ב את מק"ט תה"ש של כל אחד מהפריטים

– להזמנת כימיקלים בלבד –

אישור הנהלת אגף מעבדות

מאשר ☒ לא מאשר ☐

נימוקים:

תאריך: 25.7.25 פרטי המאשר: ד"ר דן רובינסון חתימה: 
ד"ר דן רובינסון
מנהל אגף המעבדות
סגן יו"ר דש"ח המחקר
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא