

תאריך שאלה	שם העסק	מספר העסק	סוג העסק	שם מורשה	תד מורשה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה
21-07-2025 16:23	סיאט - ביודיאגנוסטיקה בע"מ	512845256	חברה בע"מ	שלמה ביטרמן	054759550	1094002011 SET VOLUSET 150 ML FLOAT VALVE LATEX FREE W/LUER LOC 1.8M100000 בית החולים מתמש כיום (בשנים האחרונות) בבירטות בטיחותיות עם 2 פתחי הזרקה ללא מחט וחומר שהוא HEHP Free .	הצעת מחיר	סעיף 10	לא מצויין במכרז אך עד היום הספקים שזכו ספקו לנו DEHP FREE ולכן אלא הדישות
21-07-2025 16:56	סיאט - ביודיאגנוסטיקה בע"מ	512845256	חברה בע"מ	שלמה ביטרמן	054759550	free (כפי שנעשה כיום) ? 18911-1094002011 SET VOLUSET 150 ML FLOAT VALVE LATEX FREE W/LUER LOC 1.8M 100000 בית החולים מתמש כיום (בשנים האחרונות) בבירטות בטיחותיות עם 2	הצעת מחיר	הצעת מ- 10	כן
21-07-2025 17:17	סיאט - ביודיאגנוסטיקה בע"מ	512845256	חברה בע"מ	שלמה ביטרמן	054759550	האם צריך להציע סטים מקוריים או אפשר סטים מקבילים של יצרנים אחרים?	הצעת מחיר	הצעת מח 10	כן
03-08-2025 14:54	אי סי טי מדיקל בע"מ	512336066	חברה בע"מ	ג'ורג' סעדה	059469684	נבקש הבהרה מה ההבדל בין מקט 1031886799 למקט 1094486636 ? למיטב נסיונו רוב השוק משתמ בסט עם AIR VENT . מבקשים להבין האם הכמות הגדולה היא אכן לסט עירווי ללא AIR VENT ולא ההפך.	שאלה כללית	שאלה כללית	אפשר סטים מקבילים
07-08-2025 10:50	דין ציוד רפואי בע"מ	512649054	חברה בע"מ	ליאור יעקב כהן	039070263	נבקש לקבל כמות שנתית משוערת עבור מקט 1190127572 , שכן לכל שאר המקטים יש כמות משוערת מלבד מקט זה.	הצעת מחיר	קובץ אקסל	מקט 1094486636 צורכים 140,000 בשנה עם AIR VENT מקט 1031886799 צורכים 260,000 בשנה ללא AIR VENT
07-08-2025 10:51	דין ציוד רפואי בע"מ	512649054	חברה בע"מ	ליאור יעקב כהן	039070263	נבקש לקבל דוגמא מכל מקט הקיים בקובץ הצעת המחיר ונדרש למכרז שלום רב על איזה כמויות מדובר	הצעת מחיר	קובץ אקסל	כמות שנתית משוערת 12,000 שנתי
07-08-2025 10:51	דין ציוד רפואי בע"מ	512649054	חברה בע"מ	ליאור יעקב כהן	039070263	נבקש לקבל דוגמא מכל מקט הקיים בקובץ הצעת המחיר ונדרש למכרז שלום רב על איזה כמויות מדובר	הצעת מחיר	קובץ אקסל	אין בעיה לקבל דוגמאות מהמחסן הלוגסטי
07-08-2025 13:58	מימד מדיקל בע"מ	511948705	חברה בע"מ	ציון חקיקיאן	065566895	?	4000604881	?	לא מובן איזה מקט