

CSSD

הנדון: אישור ספק יחיד למי חמצן למערכת עיקור STERRAD

1. בית החולים יש מערכת עיקור במי חמצן תוצרת חברת ASP שמשווקת ע"י בארץ חברת דובר
2. לצורך ביצוע פעולת העיקור נדרשות קסטות ייעודיות שמכילות מי חמצן.
3. קסטות המי החמצן מותאמות ומאושרות לדגם המעקר במבנה ובהרכב שלהם.
4. מכיוון שכך חברת דובר היא ספק יחיד ממנו בית החולים נדרש לרכוש את הקסטות של מי החמצן לצורך הפעלת המעקר.
5. בברכה,

עוז כהן, מנהל אספקה סטרילית
בי"ח איכילוב