

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	27/07/25

_____ X מדינת ישראל קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095098117	ECHOSENS SH FIBROSCAN 530 + M

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מאת מיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	טרדיס גת בע"מ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	557222965
מספר ספק בשיבא	1612
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	30,000 יורו + מע"מ

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:**

עפ"י חו"ד מצ"ב מאת מיטל ביסטרי-פסח

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מהנדסת ביו-רפואית	מיטל ביסטרי-פסח
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

24 ביולי 2025
מספרנו: הני"ר/2025-0226
תיק: 5006

לכבוד
גבי קצ'רינסקי ורד
מח' רכש

הנדון: פנימית ו' / מחקר – חו"ד לרכישת מכשיר למדידת אלסטוגרפיה לבדיקות כבד.

1. נדרשת רכישה של מכשיר הנדון בכמות 1 יח' לצורך מחקר מתקציב יתרת עיזבון.
2. מדובר במערכת מבוססת מדידת אלסטוגרפיה וטכנולוגיית אולטרסאונד המשמשת לבדיקת רמת קשיחות הכבד לצורכי אבחון מצבי פיברוזיס, שחמת וכבד שומני.
3. התקבלה הצעת חברת "טרדיס גת" לרכישת דגם FIBROSCAN 530 תוצרת ECHOSENS, הכוללת קונסולה ופרוב מסוג M+, המתאים לעומק מדידה של 25-70 מ"מ (מטופלים בעלי מבנה גוף סטנדרטי).
4. ייחודיות הדגם הנ"ל הינה בהיותו מכשור ייעודי לאבחון כבד שומני או צלקתי, המספק בדיקה פשוטה ומהירה המפיקה תוצאה אובייקטיבית, עם תלות נמוכה במיומנות של איש הצוות המתפעל.
5. ההצעה הינה למכשיר משומש במצב תקין, בעלות המתכנסת לתקציב המוגבל הקיים עבור המחקר. לא קיימות חלופות התאמות את המגבלה התקציבית.
6. לנוכח הנימוקים המפורטים בסעיפים 4 ו-5, יש לראות בחברת "טרדיס גת" ספק יחיד לרכישה זו.

בברכה,
מיטל בן-סריר-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: פרופ' אילן בן-צבי
מהנדס רפאל ג'רסי
מר מיקי יעקבלב