

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

|               |          |
|---------------|----------|
| משרד:         | הבריאות  |
| יחידה מזמינה: |          |
| תאריך:        | 29/07/25 |

\_\_\_\_\_ **X** מדינת ישראל קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

| מס' | מק"ט       | תיאור פריט                        |
|-----|------------|-----------------------------------|
| 1   | 1095091427 | VIDEOCOLONOSCOPE CF-HQ1100DL W/BS |
|     |            |                                   |

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

|                                   |
|-----------------------------------|
| עפ"י חו"ד מצ"ב מאליה רפאלוב סמייה |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא **X**

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| שם הספק:                 | מדטכניקה                       |
| מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה | 520036195                      |
| מספר ספק בשיבא           | 1773                           |
| ספק זה הינו:             | _____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות:   | 39,646 יורו+מע"מ               |
| תקופת ההתקשרות           | 24 חודשים                      |

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה ).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים :**

[illegible]

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

|                        |                           |       |
|------------------------|---------------------------|-------|
| אליה רפאלוב סמייה      | מהנדסת ביו-רפואית         |       |
| שם בעל הסמכות המקצועית | תפקיד בעל הסמכות המקצועית | חתימה |

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

27 ביולי 2025  
מספרנו: הנ"ר/2025-0229  
תיק: 1130-6

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: מכון גסטרו – חו"ד לרכישת וידאו-קולונוסקופ תוצרת OLYMPUS.

מכשיר וידאו-קולונוסקופ דגם CF-H180AL (מס"ד 2601747) מתוצרת OLYMPUS, נשלח לתיקון והובהר ע"י נציגת היצרן, חברת "מדטכניקה" כי עלות השמשת המכשיר גבוהה ולפיכך אין כדאיות כלכלית לביצוע התיקון.

המכשיר המדובר הינו חלק ממערכת קיימת המאפשרת ביצוע קולונוסקופיה אבחונית וטיפולית, תוך צפייה בזמן אמת, תיעוד וזיהוי מדויק של ממצאים פתולוגיים במעי הגס ובמקטע הסופי של מעי הדק.

רצ"ב הצעת החברה לרכישת הדגם המחליף, CF-HQ1100DL בעסקת טרייד-אין, אותה יש לממש.

המכשיר מהסוג הנ"ל במכון גסטרו מבוסס על תוצרת OLYMPUS ומתחבר למרכיבים נוספים מתוצרת OLYMPUS, ולכן לא ניתן לרכוש וידאו-קולונוסקופ מיצרן אחר זולת חב' OLYMPUS. לפיכך ניתן לראות ביצרן זה ובנציגתו המקומית חברת "מדטכניקה" ספק יחיד לרכישה זו.

בברכה,  
אליה רנאלוב סמייה  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' עידן לוי  
מר' יוגב קציר  
גב' צדוק חופית