



03.11.25

לכבוד :

כלל המציעים

מכרז פומבי מס': 255299 לאספקת סטים מנועיים וקונסולות
אורטופדיים לניתוחי עצמות קטנות

1. מסמכי המכרז עודכנו נוכח התשובות לשאלות ההבהרה.
2. יש להגיש הצעתכם ע"ג מסמכי המכרז המעודכנים.
3. להלן תשובות לשאלות הבהרה:

מס'ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1.	נספח א'	18.3	נבקש להבהיר כי תיקון כאמור לא יעשה ללא הסכמת המציע.	הסעיף יוותר ללא שינוי
2.	נספח א	24.3	נבקש להבהיר ולתקן כמסומן במודגש: "המציע נושא בכל האחריות, בכפוף להיקף אחריותו החוקית על פי דין, לכל נזק ישיר שייגרם למרת"א ו/או לכל גורם שהוא בקשר עם המכשירים לבדיקה ו/או אספקתם לבדיקה ו/או השימוש בהן במסגרת שלב זה ולאחריו.....ובכלל זאת למסור להם כל ציוד ו/או מסמך, אשר יידרש על ידם באופן סביר." המחיקה של המילה "לאחריו" מתבקשת בסעיף זה שכן ככל שהמציע יזכה, נושא האחריות מפורט בסעיפים אחרים העוסקים בהיקף אחריותו. ההבהרה בנוגע להיקף האחריות מתבקשת שכן אין זה סביר להטיל על מציע במכרז אחריות לנזק עקיף ו/או בהיקף שעלול להתפרש כעולה על היקף אחריותו החוקית עפ"י דיני מדינת ישראל.	הסעיף יוותר ללא שינוי
3.	נספח א	26	נבקש להוסיף אפשרות למציע להודיע על סיום תוקף הצעתו בחלוף זמן הארכה סביר של תוקף	הסעיף יעודכן לנוסח הבא: " הצעות המציעים תעמודנה בתוקף 6

			ההצעות. הדרישה בסעיף ולפיה ביה"ח יכול להאריך את המועדים ללא מגבלת זמן וכפועל יוצא מכך לחייב את המציע להשאיר את הצעתו בתוקף ללא מגבלת זמן, אינה סבירה.	חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. מרת"א יהא רשאי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם לתקופה נוספת, אחת או יותר, ובלבד והארכות אלה תהיינה לפרקי זמן סבירים, ובמקרה זה יהיה כל מציע חייב להאריך את תוקף הצעתו בהתאם."
4.	נספח א	43.1.1.5	בשים לב לכך שהגורמים הממליצים עסוקים ביותר ויתכנו מקרים של חוסר זמינות שאינו בשליטת המציעים, נבקש כי במקרה ומרת"א לא יצליח ליצור קשר, מכל סיבה שהיא, עם הממליץ, לאחר מספר ניסיונות, מרת"א יעדכן את המציע בטרם ינקד אותו בניקוד 0 על מנת לאפשר למציע לקשר בין מרת"א לבין הממליץ.	הסעיף יוותר ללא שינוי
5.	נספחים א' + ב' - חלק 2 (הצעת מחיר + תנאים מיוחדים)	סעיפים 41.2 (נראה שנפלה טעות וצ"ל 43.2) ו- 41.3 (נראה שנפלה טעות וצ"ל 43.3) ו- 41.4 (נראה שנפלה טעות וצ"ל 43.4) וסעיף 80 (סעיף 16 לנספח ב - (חלק 2)	לפי תנאי המכרז יש להגיש הצעות עבור 2 מכשירים שונים, סט מנועי אורטופדי לניתוחי עצמות קטנות וקונסולה אורטופדית לניתוחי עצמות קטנות. כך שהצעות שיזכו לניקוד איכות מזערי נמוך מ- 85% לפחות יפסלו. בנוסף, לאחר מתן ציון האיכות וציון המחיר יקבע מרת"א את הציון הסופי המשוקלל. ואולם, לפי תנאי המכרז, מרת"א רשאי לבחור בהצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוהה ביותר לפי פריט בודד או לפי המכלול. משכך, נודה להבהרתכם שבכל מקרה ההשוואה תיערך רק או בין הציון המשוקלל עבור המכלול (דהיינו, 2 המכשירים) ככל שכלל המציעים הגישו הצעות עבור 2 המכשירים וככל שחלק מהמציעים נפסלו בגין מכשיר אחד מבין השניים שהוגשו, שההשוואה תיערך לפי פריט בודד.	הסעיף יוותר ללא שינוי
6.	נספח א	50 + 51	נבקש להוסיף בסיפא של כל אחד מהסעיפים הנ"ל	הסעיף יוותר ללא שינוי

	"והכל לצורכי בחינת הצעתו במכרז בלבד ובכפוף לכך שאין בדרישת מרת"א כדי לחייב את המציע לגלות מידע המהווה סוד מסחרי ו/או שהינו חסוי עפ"י דין ו/או שהמציע מנוע מלגלותו בעקבות התחייבות חוזית של המציע כלפי צד ג'."			
הסעיף יוותר ללא שינוי	המדובר בדרישה מאוד גורפת ועל פניה בלתי סבירה בשים לב לכך שאצל הרשויות יש גם מידע הכפוף לחובת הסודיות ובמיוחד כשהמדובר בבקשה לרכוש ציוד רפואי שאותו מרת"א יכול לבדוק. נבקשכם למחוק סעיף זה ולחילופין להבהיר ולפרט מאילו רשויות מרת"א מבקשת לאסוף מידע כאמור וכן להבהיר כי המציע יהא רשאי לסרב לחתום על המסמך שיתבקש לחתום עליו ובמקרה כאמור תתבטל הצעתו.	54	נספח א	7.
אומדן פנימי של היקף ההתקשרות	נבקש להבהיר מהו האומדן וכן להבהיר שהאמור הינו מבלי לגרוע מזכות המציע שלא להגיש הצעה משופרת.	57	נספח א	8.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקשכם להבהיר שהכוונה בביצוע ניסויים אינה ביצוע ניסוי קליני חדש עבור המכרז אלא הצגת תוצאות ניסויים קליניים שכבר בוצעו ביחס לצידוד.	70.3	נספח א	9.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוסיף בסיפא "ככל שקיימים בידי המציע".	70.4	נספח א	10.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי האמור הינו בכפוף לכך שתיקונים, הבהרות, שינויים ותוספות כאמור ישלחו למציעים לפני מועד הגשת ההצעות במכרז.	79	נספח א	11.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כמסומן במודגש: "המציע יישא באחריות, בכפוף להיקף אחריותו החוקית עפ"י דין, לכל נזק ישיר.....".	102	נספח א	12.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי במקרה	106	נספח א	13.

	כאמור מרת"א יאפשר למציע להעלות טענות בפני וועדת המכרזים בטרם קבלת החלטה סופית בדבר הגילוי וכן, במקרה של החלטה לגלות את המידע, יאפשר למציע שהות סבירה לפנות לבית המשפט המוסמך, בהתאם לעניין ובטרם גילוי המידע כאמור.			
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוסיף לאחר המילים "על המציע להצהיר, כי" את המילים "למיטב ידיעתו". המציעים הינם מפיצי המוצרים ולא היצרנים ומשכך יכולים לעניין זה רק להסתמך על הידע שברשותם מהיצרן.	109	נספח א	14.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי חובת השיפוי תהא בהתאם לתנאי שיפוי מקובלים: (א) בכפוף להיקף אחריותו החוקית של המציע עפ"י דיני מדינת ישראל ומוגבלת לסכום שבו תחוייב מרת"א בפסק דין חלוט לטובת הצד השלישי; וכן (ב) בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: מרת"א העבירה לספק העתק מכל תביעה, טענה ו/או דרישה בעניין הנדרש בגינו שיפוי והמצוי לשיטתה באחריותו של הספק וזאת מייד בסמוך לקבלתם; מרת"א תשתף פעולה באופן סביר עם הספק ולא תודה באחריות ו/או בחבות ו/או תתפשר ו/או תסכים לפסיקה על דרך הפשרה ו/או לקיום בוררות ללא הסכמת הספק מראש ובכתב; מרת"א תאפשר לספק להתגונן מפני התביעה ולנהל את ההגנה על חשבונו; ניתן פסק דין חלוט נגד מרת"א.	111	נספח א	15.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי במקרה כאמור הזוכה המקורי יהא רשאי להותיר בידיו	112	נספח א	16.

	העתק לתיעוד כל הפעולות שכבר בוצעו על ידו, תוך התחייבות לשמירת סודיות, שהרי שמירת העתק כאמור מתחייבת עפ"י דין לרבות כחלק מהמעקב אחר שיווק.			
17.	נספח א	114 + 113	נבקש להבהיר שמרת"א לא תסרב להעברה/הסבה וכל פעולה כאמור בסעיף, אלא מנימוקים סבירים.	הסעיף יוותר ללא שינוי
18.	נספח א	115	נבקש להבהיר כי במקרה שבו המציע אינו ארגון מל"ח הגם שהגיש בקשה לעניין זה, אך הנפקת האישור התעכבה לאור עיכוב ארוך בבחינת הבקשות, האספקה בשעת חירום תיעשה ככל שניתן ובכפוף להנחיות פיקוד העורף וקבלת ההרשאות הדרושות עפ"י דין.	הסעיף יוותר ללא שינוי
19.	נספח ב' – חלק 1	7	ההתחייבות הגורפת לחידוש כפי שנוסחה אינה ישימה באשר חידוש האישורים וההיתרים נתון בידי הגורמים הרגולטוריים המוסמכים ועל כן נבקש להבהיר כי ההתחייבות הינה בכפוף לכך שבמועד הנדרש לחידוש האישורים וההיתרים, לא תהיה מניעה רגולטורית או אחרת שאינה בשליטת המציע שלא יאפשרו חידוש האישורים.	הסעיף יוותר ללא שינוי
20.	נספח ב' – חלק 1	12	נבקש להוסיף אפשרות למציע להודיע על סיום תוקף הצעתו בחלוף זמן הארכה סביר של תוקף ההצעות. הדרישה בסעיף ולפיה ביה"ח יכול להאריך את המועדים ללא מגבלת זמן וכפועל יוצא מכך לחייב את המציע להשאיר את הצעתו בתוקף ללא מגבלת זמן, אינה סבירה.	הסעיף יעודכן לנוסח הבא: "הננו מצהירים, כי הצעתנו היא הצעה בלתי חוזרת וידוע לנו כי גם אם לא נוכרז כספק זוכה במכרז, הצעתנו תעמוד בתוקף לכל עניין ודבר למשך פרק הזמן הקבוע בתנאי המכרז לעניין תוקף ההצעות, ולמרת"א גם הזכות להאריך מועד זה בכפוף להוראות מכרז זה."
21.	נספח ב – חלק 1	19	• נבקש להוסיף לאחר המילים "הננו מצהירים, כי" את המילים	הסעיף יוותר ללא שינוי

	"למיטב ידיעתנו ". המציעים הינם מפיצי המוצרים ולא היצרנים ומשכך יכולים, לעניין קניין רוחני (להבדיל מזכות הפצתם כמפיץ מורשה מטעם היצרן) רק להסתמך על הידע שברשותם מהיצרן.			
	• נבקש להבהיר כי חובת השיפוי תהא בהתאם לתנאי שיפוי מקובלים: (א) בכפוף להיקף אחריותו החוקית של המציע עפ"י דיני מדינת ישראל ומוגבלת לסכום שבו תחוייב מרת"א בפסק דין חלוט לטובת הצד השלישי; וכן (ב) בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: מרת"א העבירה לספק העתק מכל תביעה, טענה ו/או דרישה בעניין הנדרש בגינו שיפוי והמצוי לשיטתה באחריותו של הספק וזאת מייד בסמוך לקבלתם; מרת"א תשתף פעולה באופן סביר עם הספק ולא תודה באחריות ו/או בחבות ו/או תתפשר ו/או תסכים לפסיקה על דרך הפשרה ו/או לקיום בוררות ללא הסכמת הספק			

	מראש ובכתב; מרת"א תאפשר לספק להתגונן מפני התביעה ולנהל את ההגנה על חשבונו; ניתן פסק דין חלוט נגד מרת"א.			
הסעיף יוותר ללא שינוי	שאלה לחידוד האם יש לתת 2 הצעות מחיר אחת עם מחיר לכל מרכיב בסט ואחת למחיר אחד לסט מלא?	21	נספח ב' – חלק 2	22.
כלל המתכלים הדרושים לניתוחי כף יד, כף רגל וכתף	נבקשכם לספק אפיון של רשימת המתכלים הדרושה לכם עבור כל אחד מהמכשירים.	24	נספח ב' – חלק 2	23.
הסעיף יוותר ללא שינוי	המנגנון המוצע של השוואה בין ההצעות לפי השער היציג הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות המפורסם ע"י בנק ישראל בעוד התשלום בפועל לספק במטבע ישראלי לפי שער החליפין הידוע במועד אחר, שהינו מועד הגשת החשבונית, אינו מביא בחשבון את האפשרות שבפועל מרת"א ישלם יותר במועד האספקה בשים לב לשינויים אפשריים בשער המט"ח, ועומד בסתירה ואף חותר תחת "עקרון השוויון" העומד בבסיס דיני המכרזים. ויובהר: לפי המנגנון המוצע, מעת שנבחר הזוכה, היה והצעתו ננקבה במט"ח, המחיר שישולם לו בפועל לא יהיה המחיר בש"ח ששימש כבסיס להשוואת ההצעות אלא יהיה בהתאם להמרת הסכום במט"ח בהתאם לשער החליפין הידוע במועד הפקת החשבונית! על כן, בפועל, אם במועד הקובע להגשת הצעות שער המט"ח היה נמוך וכפועל יוצא מכך המחיר שהוצע לאחר המרתו לש"ח היה נמוך יותר מההצעה המתחרה בש"ח	1+2	נספח ב' – חלק 2 – תנאים מיוחדים	24.

	(ולצורך העניין גם במטבע זר אחר), הרי שקיימת אפשרות שההצעה במט"ח תזכה בהיותה הזולה ביותר בש"ח לפי שער ההמרה במועד הקובע להגשת ההצעות. ואולם, ככל שלאחר היום הקובע להגשת הצעות שער המט"ח נשוא ההצעה הזוכה יעלה, הזוכה יקבל בפועל את התשלום לפי שער החליפין הגבוה ועל כן קיימת אפשרות ממשית שהצעתו של ה"זוכה" תהא למעשה היקרה ביותר בפועל (עקב שינוי מאוחר בשער ההמרה ביום הוצאת החשבונית). לצערנו, לא מצאנו בתנאי המכרז הסבר כיצד תובא בחשבון עובדה מהותית זו במדדים לשקלול ההצעות. ככל שעובדה זו לא תובא בחשבון, אין מנוס מהמסקנה שמופר עקרון השוויון הבסיסי בדיני המכרזים ובנוסף, שקיים סיכוי ממשי שמרת"א ישלם בפועל יותר מהסכום שהיווה את בסיס ההשוואה ואת הבסיס לבחירת הזוכה במכרז. נבקשם להבהיר כיצד בכוונתכם ליישב עיוות זה שעל פניו מנוגד להיגיון ולעקרון השוויון.			
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי האמור הינו בכפוף לסבירות ההוצאות ורק ביחס להפרש במחיר.	7	נספח ב - חלק 2 תנאים מיוחדים	25.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי במקרה שבו המציע אינו ארגון מל"ח הגם שהגיש בקשה לעניין זה והאישור טרם הונפק לאור עיכוב ארוך בבחינת הבקשות, האספקה בשעת חירום תיעשה ככל שניתן ובכפוף להנחיות פיקוד העורף וקבלת ההרשאות הדרושות עפ"י דין.	8	נספח ב - חלק 2 תנאים מיוחדים	26.
הסעיף יוותר ללא שינוי הכוונה למנוע בצורת	דומה שנפלה טעות במפרט שכן ההצעות		נספח ג'	27.

			התבקשו עבור 2 מכשירים שונים : 1. סט מנועי אורטופדי לניתוחי עצמות קטנות כולל אחריות מלאה וכוללת למכשור על כל רכיביו ועבודות הקשורות בהפעלתו..... 2. קונסולה אורטופדית לניתוחי עצמות קטנות כולל אחריות מלאה וכוללת למכשור על כל רכיביו ועבודות הקשורות בהפעלתו..... על כן לא ברור לנו למה הכוונה בסעיף 1 לנספח ג' "מנועים מופעלים חשמלי ע"י קונסולה עם כבל" ובסעיף 2 "קונסולה כולל פדל" נבקשם לפצל את המפרט כך שינתן מפרט ברור ונפרד עבור כל אחד משני המכשירים השונים שבגינם התבקשה ההצעה במכרז וביחס לכל אחד משני המכשירים לפרט את רשימת האטצ'מנטים. כן נבקש לפרט את רשימת המתכלים המבוקשים עבור כל מכשיר ולהבהיר כי הצעת המחיר אינה כוללת את התשלום עבור המתכלים שישולם ע"י מרת"א בנוסף ובנפרד.		
28.	נספח ג'	ג'	מנוע בצורת עיפרון זה שם כללי. אבקש פירוט לאיזה סוג מנוע עיפרון מתכוונים. אם מדובר במנוע מסוג מיקרו דריל, אז קיימת טעות סופר והכוונה היא RPM ולא CPM		הסעיף יעודכן לנוסח הבא: "מנוע בצורת עיפרון בעל מהירות 40000 RPM לפחות"
29.	נספח ג'	יב'	מה זה מאריך חלול לדרייל ?		הסעיף יעודכן לנוסח הבא: "מאריך חלול ל- K WIRE"
30.	נספח ג'	יב'	מאריך חלול לדרייל. מה הכוונה? פירוט לגבי		הסעיף יעודכן לנוסח הבא: "מאריך חלול ל- K

			הפעולה הנדרשת? ייעוד? תיאור הפריט. וכדומה .	WIRE"
31.	נספח ג'	יג'	האם הכוונה ל-9 כבלים באופן כללי ?	חיובי
32.	נספח ד' – התחייבות המציע	1.2+1.4+1.5	- נבקש להבהיר כי זמינות מלאים הינה בכפוף לכך שלא תהיה כל מניעה רגולטורית ו/או פעולת בטיחות מטעם היצרן ו/או back orders (שכפי שעדכן משרד הבריאות, מהווים כיום בעיה עולמית בכלל השווקים) ו/או כח עליון שימנעו מהספק לעמוד בהתחייבותו זו. - כמו כן נבקש להבהיר כי במקרה שבו המציע אינו ארגון מל"ח הגם שהגיש בקשה לעניין זה והאישור טרם הונפק לאור עיכוב ארוך בבחינת הבקשות, האספקה בשעת חירום תיעשה ככל שניתן ובכפוף להנחיות פיקוד העורף וקבלת ההרשאות הדרושות עפ"י דין.	הסעיף יוותר ללא שינוי
33.	נספח ד' – התחייבות המציע	1.7 + סעיף 10.8 לנספח "ה"	נבקש לבטל דרישה זו. המדובר בכלי כוח הנמכרים בהתאם לאישור משרד הבריאות עם ספר ההפעלה וספר השירות של היצרן בשפה האנגלית, כמקובל לכל הציוד הרפואי המיובא לישראל ומיועד למשתמש המקצועי. היצרן אינו מספק את המסמכים הללו בעברית ואין סבירות בדרישת	סעיף 1.7 יעודכן לנוסח הבא : "לצרף/לספק הוראות הפעלה והוראות תחזוקה למשתמש (ניקוי וחיטוי)."

	תרגום מקומי של המסמך הנ"ל לעברית שכן המדובר במכשיר המיועד להפעלת הצוות המקצועי אשר בקיא בשפה האנגלית			
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש למחוק "לרבות בדיקה שהנהלים והחומרים בשימוש בית החולים מתאימים למנועים המוצעים". כל המידע הרלבנטי מצוי בהוראות השימוש מטעם היצרן. הספקים אינם יועצים לענייני נהלים פנימיים של בתי החולים בכל הנוגע לביצוע הוראות השימוש בצידוד הרפואי שנרכש על ידי בית החולים. זו חובה של המוסד הרפואי לכתוב נוהל שיישם את הוראות התחזוקה כפי שהן מפורטות בהנחיות הכתובות של היצרן.	1.9	נספח ד' – התחייבות המציע	34.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש למחוק הוראה זו. היצרן אינו מסמיך צדדים שלישיים לבצע תיקונים בצידוד הרפואי. בכל מקרה של תקלה בתקופת האחריות ניתן לקבל מכשיר חלופי והספק שולח את המכשיר למעבדות היצרן בחו"ל. נבקש לתקן את הסעיף בהתאם.	1.10	נספח ד' – התחייבות המציע	35.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקשכם להבהיר מה ההבדל בין הדרישה שבסעיף 1.6 לדרישה שבסעיף 1.11? המכשירים נמכרים עם הוראות השימוש והתחזוקה של היצרן. תחזוקה מונעת צריכה להתבצע ע"י בית החולים בהתאם להוראות היצרן. נבקש לתקן את הסעיפים בהתאמה.	$16.5 + 10.9 \cdot \sigma + 1.11$ לנספח "ה"	נספח ד' – התחייבות המציע	36.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקשכם להבהיר כי הפיצוי בגין הפער ינתן רק אם המכשור של הספק החלופי יהיה יקר יותר. זאת, בהינתן שלפי תנאי המכרז מרת"א אינו מחוייב להצעה הזולה ביותר. כך גם, נבקש להבהיר כי האמור הינו	1.12	נספח ד' – התחייבות המציע	37.

	בכפוף לחובתו החוקית של מרת"א לפעול להקטנת הנזק.			
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר בסיפא של הסעיף כי התחייבות הספק שלא לעכב את אספקת הטובין מותנית בתשלום התמורה ע"י מרת"א בהתאם לתנאי ההסכם, אלא אם אישר הספק בכתב תשלום במועד נדחה.	1.4	נספח ה - הסכם	38.
הסעיף יוותר ללא שינוי	- בהגדרת מיכשור נבקש להוסיף "ו/או" לאחר המילים "סטים מנועיים" וזאת, מאחר ולפי תנאי המכרז מרת"א רשאי לפצל את הזכיה. - נבקש למחוק "ו/או הקמת תשתיות חדשות" – הספקים מוכרים ציוד רפואי שאינו נדרש בהקמת תשתיות חדשות בבית החולים (מדובר בכלי כוח שמתחבר לשקע חשמל) ואינם עוסקים בהקמת תשתיות אלא במכירת ציוד רפואי.	2	נספח ה - הסכם	39.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נא להוסיף בסיפא : ונציג הספק מוסמך לדרוש ו/או לתבוע קיום כל התחייבות מהתחייבויות מרת"א.	7.2	נספח ה - הסכם	40.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי המידע שיבוקש ושהספק יהא מחוייב להעמיד לרשות מרת"א לא יכלול סוד מסחרי של הספק ו/או של כל גורם הקשור לספק.	7.3	נספח ה - הסכם	41.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר שכל שמרת"א יבקש לבצע ביקור במרלוג של הספק הביקור יתואם מראש ובכתב עם הספק. תיאום מראש נדרש מטעמי אבטחה של מתקני הספק ובכללם המרלוג.	7.6	נספח ה - הסכם	42.

43.	נספח ה - הסכם	8.2	הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי במענה מיידית הכוונה במהלך שעות הפעילות הרגילות של הספק ובכפוף לזמינות מלאי.
44.	נספח ה - הסכם	9.2	הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר למה כוונתכם ב"ובהשלמת אספקת המכשור" בהקשר למכרז הספציפי ולחלופין למחוק את המילה "ובהשלמת".
45.	נספח ה - הסכם	9.8 + 9.9 + 9.10	הסעיף יוותר ללא שינוי	- נבקש להבהיר כי זמינות מלאים, חלפים וציוד מתכלה הינה בכפוף לכך שלא תהיה כל מניעה רגולטורית ו/או פעולת בטיחות מטעם היצרן ו/או back orders (שכפי שעדכן משרד הבריאות, מהווים כיום בעיה עולמית בכלל השווקים) ו/או כח עליון שימנעו מהספק לעמוד בהתחייבותו זו. - בנוגע לאמור בס"ק 9.10 - נבקש להבהיר כי לחלופין, הספק יוכל לספק ציוד חלופי ולשלוח את המכשור למעבדות היצרן בחו"ל.
46.	נספח ה - הסכם	9.11	הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי הפסקת ההתקשרות תתבצע רק ככל שלא ימונה ספק חלופי שיאושר ע"י מרת"א.
47.	נספח ה - הסכם	9.13	הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי הכוונה הינה לכל הבאים מטעמו של הספק בקשר לביצועו של ההסכם בלבד ובנוסף, לאחר המילים "מכל מין וסוג שהם הנדרשים" להוסיף את המילים "ככל שנדרשים עפ"י דין בישראל".
48.	נספח ה - הסכם	9.18	הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי מרת"א לא ידרוש שינויים בטובין שכן בהתאם לאישור האמ"ר, הציוד הרפואי

	מיובא ומסופק AS IS מהיצרן ולא ניתן לבצע בו שינויים.			
הסעיף יוותר ללא שינוי	נא להוסיף בסיפא : בכפוף לכך כי השינוי שיידרש הנו בהתאם למה שהספק התחייב לספק ולא מעבר לכך.	9.18	נספח ה - הסכם	49.
הסעיף יוותר ללא שינוי	אין זה סביר לקבוע כתנאי לתשלום התמורה שהספק ימציא למרת"א אישר בדבר פטור מניכוי מס במקור. במקרה בו לא ימציא הספק במועד פטור מניכוי מס במקור רשאית מרת"א לפעול בהתאם לחוק ולנכות את המס במקור, אך לא למנוע מהספק קבלת תמורה המגיעה לו בגין סחורה שסופקה למרת"א.	9.23	נספח ה - הסכם	50.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי המכשירים נשוא המכרז אינם כוללים חומרה או תוכנה או קישור למערכות המחשוב במרת"א ועל כן יש לבטל הדרישות שבסעיפים האמורים.	10.6 + 10.3	נספח ה - הסכם	51.
הרשימה מופיעה בתחתית המסמך "טופס ניקוי, חיטוי ועיקור"	הוראות ההפעלה של המכשיר מפרטות את חומרי הניקוי הנדרשים. ככל שמרת"א מעוניין שהספק יוודא שה"תמיסות השכיחות בבית"ח" עונות להגדרה שבהוראות השימוש, נבקשכם להבהיר אילו הן תמיסות החיטוי השכיחות במרת"א.	10.10	נספח ה - הסכם	52.
הסעיף יוותר ללא שינוי	למחוק את המילה : " אם לדעתו"	10.12	נספח ה - הסכם	53.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש למחוק "משלבי ייצורם", זאת,הואיל והציוד הרפואי אינו מיוצר בישראל ומיובא ומסופק AS IS עפ"י מפרט היצרן. לחילופין נבקש להבהיר כי בדיקה במפעלי היצרן תהא בכפוף לקבלת אישור היצרן	11.1	נספח ה - הסכם	54.

	מראש ובכתב ועל חשבון מרת"א. - ככל שמדובר במכשור לשימוש רב פעמי ובהינתן עלותו, נבקש למחוק את הדרישה למתן דוגמאות מבלי לדרוש תמורתן. תנאי המכרז כבר כוללים הדגמה של הציוד לצורך אישורו להשתתפות במכרז ועל כן הדרישה אינה סבירה. - הואיל והמוצרים מסופקים AS IS נבקש להבהיר כי הכוונה בדרישה להתאמת הטובין המסופק הינה לאספקת הדגם שהוזמן עפ"י המפרט שהוצע במכרז.			
הסעיף יוותר ללא שינוי	שורה שנייה למחוק : משלבי ייצורו" (הספק אינו היצרן)	11.1	נספח ה - הסכם	55.
הסעיף יוותר ללא שינוי	בשורה החמישית נא למחוק את המילה : " אם לדעתו" בכפוף לזמן סביר בהתאם ליכולת הספק לספק את המכשור כולו או חלקו ובכפוף למלאי הקיים אצל הספק. האמור אינו מתייחס למצב בו היצרן החליף את החלקים שבדגם, את הדגם ו/או המפרטים המפורטים במסמכי המכרז	11.1	נספח ה - הסכם	56.
הסעיף יוותר ללא שינוי	בכפוף למתן זכותו של הספק לטעון כי המכשיר וחלקיו עומדים בדרישות הסכם זה, ובכלל זה בהוראות כל דין וכל תקן ישים הקשור במכשור מושא המכרז. במקרה של מחלוקת הדבר יועבר להחלטתו של צד ג' אובייקטיבי ונייטרלי.	11.2	נספח ה - הסכם	57.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוסיף בסיפא את	11.3	נספח ה -	58.

	המילים: " בכל מקרה אחריות הספק הינה אך ורק לליקוי או פגמים ישירים ובכפוף לכך כי הספק סיפק את המוצר כשהוא פגום או לקוי ובכפוף להיקף אחריות החוקית עפ"י דיני מדינת ישראל וכי הספק לא יהא אחראי לליקוי ו/או פגם שנגרם למרת"א כתוצאה מאירוע ו/או ממעשה ו/או מחדל שאינם בשליטת הספק ו/או יצרן הטובין. הספק לא יהא אחראי לכל ליקוי/ פגם שנגרם כתוצאה ו/או ממעשה של מרת"א."		הסכם	
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש לבטל את סעיף הפיצוי המוסכם בסעיף אשר אינו סביר לחלוטין ולקבוע כי פיצוי ישולם בהתאם להוכחת נזק. לחילופין, יש לקבוע פיצוי מוסכם ריאלי באשר הפיצוי שנקבע אינו ריאלי ו/או סביר וחורג מכל מתחם סבירות בהינתן שוויו של המכשור והנזק הצפוי ככל שיהא צורך בהחלפתו ובוודאי שאינו ריאלי בהינתן היקף כלל המכשור שהספקים מספקים למרת"א.	11.2	נספח ה - הסכם	59.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי בכל מקרה אחריות הספק הינה בכפוף להיקף אחריותו החוקית עפ"י דיני מדינת ישראל לטיב ואיכות הציוד ממועד האספקה ועד מועד התפוגה של הציוד שסופק וכי למען הסר ספק הספק לא יהא אחראי במקרה והליקוי או הפגם נגרמו עקב מעשה או מחדל של מרת"א ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג' ו/או גורם לרבות עקב אירוע חיצוני אחר שאינם בשליטה יצרן הציוד ו/או הספק.	11.3	נספח ה - הסכם	60.
	כן נבקש למחוק את המילה "מגרעת" ולהותיר רק "ליקוי או פגם" (קרי, להגביל רק			

				למקרים של חריגה ממפרט היצרן או פגם (בייצור) <u>ולהבהיר</u> כי הפיצוי כאמור יינתן רק בגין נזקים/הפסדים/ <u>ישירים</u> שנגרמו כאמור, והכל, בכפוף להיקף אחריותו החוקית של הספק עפ"י דיני מדינת ישראל ובנוסף כי האמור לעניין פיצוי, ככל שנובע מתביעה שהוגשה נגד מרת"א, יהא בכפוף לתנאים המצטברים המקובלים הבאים: מרת"א העבירה לספק העתק מכל תביעה, טענה ו/או דרישה בעניין הנדרש בגינו פיצוי והמצוי לשיטתה באחריותו של הספק וזאת מייד בסמוך לקבלתם; מרת"א תשתף פעולה באופן סביר עם הספק ולא תודה באחריות ו/או בחבות ו/או תתפשר ו/או תסכים לפסיקה על דרך הפשרה ו/או לקיום בורות ללא הסכמת הספק מראש ובכתב; מרת"א תאפשר לספק להתגונן מפני התביעה ולנהל את ההגנה על חשבונו; ניתן פסק דין חלוט נגד מרת"א.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוסיף בסיפא את המילים: " בכפוף למתן התראה בכתב לספק טרם נקטיה בפעולה כלשהי.	12	נספח ה- הסכם	61.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי האמור הינו בכפוף למועד expiry date של המכשיר ו/או של כל ציוד נלווה כמו גם למעט בלאי סביר והחרגות ככל שקיימות ב-warranty של היצרן וכי הספק לא יהא אחראי במקרה והליקוי או הפגם נגרמו עקב מעשה או מחדל של מרת"א ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג' ו/או גורם לרבות עקב אירוע חיצוני אחר שאינם בשליטה יצרן הציוד ו/או הספק	13.1	נספח ה- הסכם	62.

	ו/או בזדון. כך גם נבקש להבהיר כי אחריות הספק אינה כוללת נזק שנגרם כתוצאה מאחסון ו/או תחזוקה ו/או שימוש ע"י מרת"א ו/או מי מטעמה באופן לקוי ו/או בניגוד להוראות היצרן ו/או הספק ו/או שבר כתוצאה מנפילה ו/או נזק מקצר חשמלי שלא נבע מהמכשור עצמו ו/או נזק שנגרם כתוצאה מכח עליון לרבות אש, מים, הצפה, מלחמה וכיוצ"ב.			
הסעיף יוותר ללא שינוי	המדובר בצידוד קפיטלי לשימוש חוזר עם אחריות ל – 36 חודשים. במקרה של תקלה שבאחריות, נבקש להבהיר שיסופק מכשור חלופי עד לתיקון המכשיר ע"י היצרן.	13.3	נספח ה- הסכם	63.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי הכוונה ב"לוקים בחסרונות או בליקויים" הינה רק ביחס לדגמים ולמפרטים של המוצרים שהוצעו במכרז.	14.1	נספח ה- הסכם	64.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי האמור הינו בכפוף להיקף אחריותו החוקית של הספק עפ"י דין.	14.2	נספח ה- הסכם	65.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוסיף בסיפא את המילים: " בכל מקרה אחריות הספק הינה אך ורק לנזקים ישירים ובכפוף להיקף אחריותו החוקית עפ"י דיני מדינת ישראל וכי הספק לא יהא אחראי לנזק ו/או הפסד שנגרם למרת"א כתוצאה מאירוע ו/או ממעשה ו/או מחדל שאינם בשליטת הספק ו/או יצרן הטובין. הספק לא יהא אחראי לכל הפסד/ נזק שנגרם כתוצאה ו/או ממעשה של מרת"א וכן בכפוף לכך שמרת"א פעלה להקטנת הנזק."	14.2	נספח ה- הסכם	66.
הסעיף יוותר ללא שינוי	אחריות : מה לגבי נזק שנגרם ע"י המשתמש עקב נפילה או שבר.	16	נספח ה- הסכם	67.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי האמור הינו בכפוף לאמור ביתר תתי הסעיפים של סעיף 16 וכי בכל מקרה	16.1	נספח ה- הסכם	68.

	אחריותו הנ"ל לא תחול במקרה והליקוי או הפגם נגרמו עקב מעשה או מחדל של מרת"א ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג' ו/או גורם לרבות עקב אירוע חיצוני אחר שאינם בשליטה יצרן הציוד ו/או הספק ו/או נזק בזדון. כך גם נבקש להבהיר כי אחריות הספק אינה כוללת נזק שנגרם כתוצאה מאחסון ו/או תחזוקה ו/או שימוש ע"י מרת"א ו/או מי מטעמה באופן לקוי ו/או בניגוד להוראות היצרן ו/או הספק ו/או שבר כתוצאה מנפילה ו/או נזק מקצר חשמלי שלא נבע מהמכשור עצמו ו/או נזק שנגרם כתוצאה מכח עליון לרבות אש, מים, הצפה, מלחמה וכיוצ"ב.			
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי האמור הינו בכפוף למועד expiry date של המכשיר ו/או כל ציוד נלווה כמו גם למעט בלאי סביר והחרגות ככל שקיימות ב – warranty של היצרן וכי הספק לא יהא אחראי במקרה והליקוי או הפגם נגרמו עקב מעשה או מחדל של מרת"א ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג' ו/או גורם לרבות עקב אירוע חיצוני אחר שאינם בשליטה יצרן הציוד ו/או הספק ו/או נזק בזדון. כך גם נבקש להבהיר כי אחריות הספק אינה כוללת נזק שנגרם כתוצאה מאחסון ו/או תחזוקה ו/או שימוש ע"י מרת"א ו/או מי מטעמה באופן לקוי ו/או בניגוד להוראות היצרן ו/או הספק ו/או שבר כתוצאה מנפילה ו/או נזק מקצר חשמלי שלא נבע מהמכשור עצמו ו/או נזק שנגרם כתוצאה מכח עליון לרבות אש, מים, הצפה, מלחמה וכיוצ"ב.	16.2	נספח ה- הסכם	69.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוסיף בסיפא את	16.3	נספח ה-	70.

	המילים : " מוסכם כי מרת"א מייד עם קבלת המכשור תחל את השימוש בו ולא תאחסנו במחסניה בתקופת זמן בלתי סבירה בנסיבות העניין."		הסכם	
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוסיף בסיפא את המילים : " בתוספת תשלום"	16.6	נספח ה- הסכם	.71
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוסיף בסיפא את המילים : " מובהר כי איחור במועד התיקון ו/או השירות הנובע מאירוע ו/או סיבה שאינה בשליטת הספק ו/או איחור עקב כוח עליון, יהווה כשירות במועד. וכן בכפוף לקיום המכשור ו/או חלקיו במלאי אצל הספק כפי שהתחייב בהסכם זה."	16.7	נספח ה- הסכם	.72
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוסיף בסיפא את המילים : " וזאת בכפוף לכך כי אין ביכולת היצרן ו/או הספק לתקן. תקופת האחריות לא תהא מצטברת אלא ממועד אספקת המכשור המקורי, כך שסה"כ תקופת האחריות לא תעלה על 36 חודשים כאמור לעיל."	16.8	נספח ה- הסכם	.73
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי המכשירים נשוא המכרז אינם כוללים חומרה או תוכנה או קישור למערכות המחשוב במרת"א ועל כן, כל הפניה לגיבוי, תמיכה ושדרוגי תוכנה, אינה רלבנטית לצידוד נשוא המכרז ועל כן יש לבטל הדרישות שבסעיפים האמורים	16.4	נספח ה- הסכם	.74
הסעיף יוותר ללא שינוי	המדובר בכלי כח שאינם כוללים תוכנה ועל כן סעיף זה אינו רלבנטי לצידוד נשוא המכרז ונבקש למחקו.	16.6	נספח ה- הסכם	.75
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוסיף לפני המילה "הנדרשים" את המילים "יכול ש" שכן לא בכל המקרים נדרשים היתרים, רישיונות ו/או אישורים כאמור.	16.10	נספח ה- הסכם	.76
הסעיף יוותר ללא שינוי	" מובהר כי איחור במועד התיקון ו/או השירות	17.2	נספח ה- הסכם	.77

	הנובע מאירוע ו/או סיבה שאינה בשליטת הספק ו/או איחור עקב כוח עליון, יהווה כשירות במועד ועמידה בתנאי סעיף זה			
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקשכם להבהיר כי זכות ההחזרה הינה בכפוף לכך שהמוצרים שיוחזרו יהיו חדשים באריזתם המקורית כפי שסופקו למרת"א מבלי שנפגמו ומבלי שנעשה באריזתם כל שינוי ולא נעשה שימוש בטובין. וכן כי השבת תמורת הטובין תהא בנוסף בקיזוז הוצאות שהוציא הספק.	17.3	נספח ה- הסכם	78.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נא למחוק: " תתגלילה במכשור שסופק מכח הסכם תקלות הפוגעות לדעת גורמי המקצוע במרת"א, ע"פ חוות דעתם הכתובה, באיכות הטיפול הרפואי או בבריאות המטופל." בכל מקרה מרת"א לא תוכל להחזיר את המכשור ללא נימוק מקצועי סביר והגיוני בנסיבות העניין. הספק שומר את זכותו לחוות דעת מטעמו. נבקשכם להבהיר כי זכות ההחזרה הינה בכפוף לכך שהמוצרים שיוחזרו יהיו חדשים באריזתם המקורית כפי שסופקו למרת"א מבלי שנפגמו ומבלי שנעשה באריזתם כל שינוי ולא נעשה שימוש בטובין. התמורה תוחזר גם בכפוף לניכוי הוצאות הספק.	18.3	נספח ה- הסכם	79.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקשכם להבהיר כי זכות ההחזרה הינה בכפוף לכך שהמוצרים שיוחזרו יהיו חדשים באריזתם המקורית כפי שסופקו למרת"א מבלי שנפגמו ומבלי שנעשה באריזתם כל שינוי ולא נעשה שימוש בטובין. וכן כי השבת תמורת הטובין תהא בנוסף בקיזוז הוצאות שהוציא הספק.	20.1	נספח ה- הסכם	80.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נא למחוק: " תתגלילה במכשור שסופק מכח	20.2	נספח ה- הסכם	81.

	הסכם תקלות הפוגעות לדעת גורמי המקצוע במרת"א, ע"פ חוות דעתם הכתובה, באיכות הטיפול הרפואי או בבריאות המטופל. " בכל מקרה מרת"א לא תוכל להחזיר את המכשור ללא נימוק מקצועי סביר והגיוני בנסיבות העניין. הספק שומר את זכותו לחוות דעת מטעמו. נבקשכם להבהיר כי זכות ההחזרה הינה בכפוף לכך שהמוצרים שיוחזרו יהיו חדשים באריזתם המקורית כפי שסופקו למרת"א מבלי שנפגמו ומבלי שנעשה באריזתם כל שינוי ולא נעשה שימוש בטובין. התמורה תוחזר גם בכפוף לניכוי הוצאות הספק.			
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי זכות ההחזרה וקבלת התמורה בחזרה הינה בכפוף לכך שהמוצרים שיוחזרו יהיו ללא כל תקלה ו/או פגם ו/או נזק שמקורם מאחסון ו/או תחזוקה ו/או שימוש ע"י מרת"א ו/או מי מטעמה באופן לקוי ו/או בניגוד להוראות היצרן ו/או הספק ו/או שבר כתוצאה מנפילה ו/או נזק מקצר חשמלי שלא נבע מהמכשור עצמו ו/או נזק שנגרם כתוצאה מכח עליון לרבות אש, מים, הצפה, מלחמה וכיוצ"ב ו/או נזק בזדון.	+ 20.2 + 20.1. 33.13	נספח ה- הסכם	.82
הסעיף יוותר ללא שינוי	מרת"א תשלח התראה בכתב של 14 ימי עסקים לספק על כוונתה זו ותיתן לספק הזדמנות נאותה להתגונן	20.3	נספח ה- הסכם	.83
הסעיף יוותר ללא שינוי	וגם לא יהא אחראי לכל הפסד/ נזק שנגרם כתוצאה ו/או ממעשה של מרת"א וכן בכפוף לכך שמרת"א פעלה להקטנת הנזק והודיעה על קרות הנזק מייד לספק.	24.1 24.2	נספח ה- הסכם	.84
הסעיף יוותר ללא שינוי	לאחר המילה "זדוני"	24.2 + 24.1	נספח ה-	.85

	הסכם נבקש להוסיף "ו/או רשלני" נבקש להבהיר כי בכל מקרה אחריות הספק לא תעלה על היקף אחריותו החוקית של הספק עפ"י דיני מדינת ישראל וכי אין באמור כדי להטיל על הספק אחריות שחלה על מרת"א ו/או כל צד שלישי אחר עפ"י דין. כך גם נבקש להבהיר כי אחריות הספק אינה כוללת נזק שנגרם כתוצאה מאחסון ו/או תחזוקה ו/או שימוש ע"י מרת"א ו/או מי מטעמה באופן לקוי ו/או בניגוד להוראות היצרן ו/או הספק ו/או שבר כתוצאה מנפילה ו/או קצר חשמלי שלא נבע מהמכשור עצמו ו/או נזק שנגרם כתוצאה מכח עליון לרבות אש, מים, הצפה, מלחמה וכיוצ"ב.			
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי בכל מקרה אחריות הספק לא תעלה על היקף אחריותו החוקית של הספק עפ"י דיני מדינת ישראל וכי אין באמור כדי להטיל על הספק אחריות שחלה על מרת"א ו/או כל צד שלישי אחר עפ"י דין. כך גם נבקש להבהיר כי אחריות הספק אינה כוללת נזקים שאינם באחריותו על פי ההסכם ובכלל זאת כמפורט בסעיף 24 להסכם. כן נבקש להבהיר כי אחריותו מוגבלת לנזק ו/או הפסק ו/או אובדן ישיר בלבד.	25.1	נספח ה- הסכם	86.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי חובת הפיצוי ו/או השיפוי תהא בהתאם לתנאי פיצוי ושיפוי מקובלים : (א) בכפוף להיקף אחריותו החוקית של המציע עפ"י דיני מדינת ישראל ומוגבלת לסכום שבו תחוייב מרת"א בפסק דין חלוט לטובת הצד השלישי ; וכן (ב) בכפוף לתנאים המצטברים	25.2	נספח ה- הסכם	87.

	הבאים : מרת"א העבירה לספק העתק מכל תביעה, טענה ו/או דרישה בעניין הנדרש בגינו שיפוי והמצוי לשיטתה באחריותו של הספק וזאת מייד בסמוך לקבלתם ; מרת"א תשתף פעולה באופן סביר עם הספק ולא תודה באחריות ו/או בחבות ו/או תתפשר ו/או תסכים לפסיקה על דרך הפשרה ו/או לקיום בוררות ללא הסכמת הספק מראש ובכתב ; מרת"א תאפשר לספק להתגונן מפני התביעה ולנהל את ההגנה על חשבונו ; ניתן פסק דין חלוט נגד מרת"א.			
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוסיף בסיפא את המילים : " בכל מקרה אחריות הספק הינה אך ורק לנזקים ישירים ובכפוף להיקף אחריותו החוקית עפ"י דיני מדינת ישראל וכי הספק לא יהא אחראי לנזק ו/או הפסד שנגרם למרת"א כתוצאה מאירוע ו/או ממעשה ו/או מחדל שאינם בשליטת הספק ו/או יצרן הטובין. הספק לא יהא אחראי לכל הפסד/ נזק שנגרם כתוצאה ו/או ממעשה של מרת"א וכן בכפוף לכך שמרת"א פעלה להקטנת הנזק והודיעה על קרות הנזק מייד לספק. בנוסף, מרת"א ונתנה לספק את ההזדמנות להתגונן על חשבון הספק נגד כל תביעה ו/או דרישה של צד ג' שבגינה מבוקש הפיצוי ושיתף עימו פעולה באופן מלא ומרת"א לא הודתה באחריות ו/או בחבות ולא התקשר הסכם פשרה ו/או הסכימה לפשרה ולא הסכימה לפסיקה על דרך הפשרה או לקיום בוררות ו/או הליך גישור ללא הסכמת הספק וזאת רק במקרה בו ניתן פסק דין חלוט."	25.1 25.2	נספח ה- הסכם	88.

הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקשכם להבהיר כי הפטור האמור הינו למעט במקרה שחלה על מרת"א אחריות חוקית על פי ההסכם ו/או דיני מדינת ישראל לנזק ובכפוף לכך שמרת"א ו/או מי מטעמה לא התרשלו ולא פעלו בניגוד להוראות השימוש ו/או האחזקה ו/או התחזוקה מטעם הספק והיצרן וכי בכל מקרה פטור כאמור לא יחול במקרה של נזק שנגרם בזדון ו/או ברשלנות.	25.3	נספח ה- הסכם	89.
הסעיף יוותר ללא שינוי	לאחר המילים "מאחריות המקצועית המלאה" להוסיף "בהתאם להיקפה על פי דיני מדינת ישראל" ובסיפא להוסיף, "בכפוף לכך שמרת"א ו/או מי מטעמה לא התרשלו ולא פעלו בניגוד להוראות השימוש ו/או האחזקה ו/או התחזוקה מטעם הספק והיצרן וכי בכל מקרה פטור כאמור לא יחול במקרה של נזק שנגרם בזדון ו/או ברשלנות."	25.4	נספח ה- הסכם	90.
הסעיף יוותר ללא שינוי	בכפוף למשלוח התראה בכתב של 14 ימי עסקים לספק על כוונתה זו ותיתן לספק הזדמנות נאותה להתגונן	25.5	נספח ה- הסכם	91.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי מרת"א לא תפעל כאמור בגין נזק שאינו חוב קצוב ומבלי שנתנה אפשרות לספק להשמיע את טענותיו בטרם ביצוע הקיזוז.	25.5	נספח ה- הסכם	92.
הסעיף יוותר ללא שינוי	מבוקש למחוק: "בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים". ולרשום במקום: "בהתאם להרחבי השיפוי המקובלים בביטוחי חבויות"	26.3	נספח ה- הסכם	93.
הסעיף יוותר ללא שינוי	מבוקש למחוק את הסעיף. מדובר במכרז לאספקת מוצרים ולכן אין רלוונטיות לביטוח עבודות קבלניות.	26.4	נספח ה- הסכם	94.
הסעיף יוותר ללא שינוי	מבוקש למחוק: "ו/או העתקי פוליסות".	26.6	נספח ה- הסכם	95.
הסעיף יוותר ללא שינוי	פוליסות הספק מהוות	26.6	נספח ה-	96.

	הסכם		סוד מסחרי ולא ניתנות להעברה לצדדים שלישיים. מבוקש כי המילים "או העתקי הפוליסות" תימחקנה ולאפשר מסירת אישור ביטוח כמקובל.
הסעיף יוותר ללא שינוי	26.7	97. נספח ה- הסכם	מבוקש להוסיף סיפא לסעיף: "ואולם מוסכם כי איחור של עד 10 ימים מיום דרישת מדינת ישראל – משרד הבריאות – המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, להמצאת אישור הביטוח, לא תחשב הפרה יסודית.
הסעיף יוותר ללא שינוי	27.4	98. נספח ה- הסכם	נבקש להבהיר כי חובת השיפוי כאמור בפרק זה תהא כפופה לתנאים המצטברים המקובלים הבאים: מרת"א העבירה לספק העתק מכל תביעה, טענה ו/או דרישה בעניין הנדרש בגינו שיפוי והמצוי לשיטתה באחריותו של הספק וזאת מייד בסמוך לקבלתם; מרת"א תשתף פעולה באופן סביר עם הספק ולא תודה באחריות ו/או בחבות ו/או תתפשר ו/או תסכים לפסיקה על דרך הפשרה ו/או לקיום בוררות ללא הסכמת הספק מראש ובכתב; מרת"א תאפשר לספק להתגונן מפני התביעה ולנהל את ההגנה על חשבונו; ניתן פסק דין חלוט נגד מרת"א. כמו כן נבקש להבהיר כי מרת"א לא תפעל כאמור בגין נזק שאינו חוב קצוב ומבלי שנתנה אפשרות לספק להשמיע את טענותיו בטרם ביצוע הקיזוז.
הסעיף יוותר ללא שינוי	27.5 – 27.6	99. נספח ה- הסכם	סעיפים אלה עומדים בסתירה לדרישה וחובת השיפוי שבסעיף 27.4 ומשכך תוצאתם התעשרות שלא כדין ע"י מרת"א ונבקש לבטלם. מעת שמרת"א תקבל שיפוי עפ"י סעיף 27.4

	בגין קביעה כאמור של ערכאה שיפוטית הרי שאין מקום להפחית, בנוסף, 40% מהתמורה המגיעה לספק בגין מוצרים שסופקו למרת"א ולחייבו להחזיר את המע"מ ששולם לו – קרי, להטיל על הספק קנס בגין נזק שכבר כוסה במלואו ע"י הספק.			
הסעיף יוותר ללא שינוי	בשים לב לדרישת וחובת השיפוי שבסעיף 27.4 נבקש לבטל את סעיף 27.7 ולחילופין לקבוע כי זכותה של מרת"א לעכב תשלום לספק כאמור בסעיף זה תתאפשר רק במקרה בו הוכח כי מצבו הכלכלי של הספק אינו מאפשר לספק לעמוד בחובת השיפוי המוטלת עליו ובכל מקרה הסכום שיעוכב לא יעלה על הסכום הנתבע ממרת"א.	27.7	נספח ה- הסכם	100
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי האמור הינו בכפוף להיקף אחריותו החוקית של הספק לעובדיו על פי דיני מדינת ישראל.	27.8	נספח ה- הסכם	101
הסעיף יוותר ללא שינוי.	נבקש להבהיר כי האמור בסעיף הינו למעט אם בידי הספק הוכחות לכך שנתוני מרת"א אינם נכונים.	28.8	נספח ה- הסכם	102
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוסיף בסיפא – "ומתן אפשרות לספק להשמיע את טענותיו"	28.9	נספח ה- הסכם	103
הסעיף יוותר ללא שינוי	בסעיף 30.1 נבקש לתקן כדלקמן: "הספק מצהיר, כי ידוע לו ולעובדיו, כי הפרת חובת הסודיות כאמור [למחוק את המילה "הינה"] עשויה להוות פלילית....." לא כל הפרת חובת סודיות מהווה עבירה פלילית (בנוסף להפרה החוזית) ואין מקום לקבוע קביעה גורפת בדבר קיומה של עבירה פלילית מבלי לאפשר לבחון את עובדות	30.1 + 31.4	נספח ה- הסכם	104

	המקרה ואת ההגנות הקבועות בדין. מבלי לגרוע מהאמור ובכל הנוגע לסעיפים 30.1 ו- 31.4 נבקש להבהיר כי העברה ליצרן ו/או לחברה קשורה של הספק העוסקים לדוגמא, במעקב אחר שיווק ו/או בתיקון המכשור, בחובת המחוייבים סודיות זהה, לא תחשב להעברה לאחר ו/או לצד ג' (שמצריכה אישור ממנהל אגף מערכות מידע במרת"א) שכן זו דרושה לצורך ביצוע ההסכם ומעקב אחר שיווק			
הסעיף יוותר ללא שינוי	דרישה זו אינה רלבנטית לציוד הרפואי נשוא המכרז ונבקש לבטל את הסעיף. המדובר בציוד המהווה כלי כח המתחבר לשקע החשמל ואינו כולל תוכנה ולא מתחבר לענן ועל כן דרישות אבטחת מידע או מבדק חדירה אינן רלבנטיות לציוד זה.	31.6	נספח ה- הסכם	105
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי פיצוי מוסכם לא יוטל על הספק במקרה בו האיחור במועד אספקת המכשור ו/או תחילת הטיפול נובעים מאירוע ו/או מסיבה שאינה בשליטת הספק לרבות במקרים של מניעה רגולטורית ו/או פעולת בטיחות מטעם היצרן ו/או back orders (שכפי שעדכן משרד הבריאות, מהווים כיום בעיה עולמית בכלל השווקים) ו/או כח עליון .	32.1	נספח ה- הסכם	106
הסעיף יוותר ללא שינוי	" מובהר כי איחור במועד התיקון ו/או השירות ו/או אספקת המכשור וחלקיו הנובע מאירוע ו/או סיבה שאינה בשליטת הספק ו/או איחור עקב כוח עליון, יהווה כשירות/ אספקה במועד	32.1	נספח ה- הסכם	107
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי בכל מקרה לא יידרש ולא ישולם כפל פיצוי בגין אותו הנזק.	32.3 + 32.2	נספח ה- הסכם	108
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי לא	32.4	נספח ה-	109

	הסכם		יבוצע קיזוז בקשר עם חוב שאינו קצוב ובטרם ניתנה לספק הזדמנות להשמיע טענותיו.
110	נספח ה- הסכם	33.13	הסעיף יוותר ללא שינוי
111	נספח ה- הסכם	34.1	בכפוף למשלוח התראה בכתב של 14 ימי עסקים לספק על כוונתה זו ובכפוף לתשלום מלוא הוצאות שהוציא הספק. כשמכשור במצב טוב ותקין כפי שקיבל אותו ובאריזתו המקורית.
112	נספח ה- הסכם	35.1	ההתחייבות הגורפת כפי שנוסחה אינה ישימה באשר חידוש הרישיונות, הרשאות, היתרים והסמכות נתון בידי הגורמים הרגולטוריים המוסמכים. לאור האמור, נבקש להבהיר כי ההתחייבות הינה בכפוף לכך שבמועד הנדרש לחידוש הרישיונות, הרשאות, היתרים והסמכות, לא תהיה מניעה רגולטורית או אחרת שאינה בשליטת המציע שלא יאפשרו חידוש האישורים.
113	נספח ה- הסכם	36.2	הסעיף יעודכן לנוסח הבא: "הספק מתחייב להודיע למרת"א, מיד ובכתב, על כל שינוי בישות המשפטית, מבנהו הארגוני, שינוי בפריסת סניפיו (ככל שישנם כאלה), זהות בעליו או מנהליו, שינוי במספר תיק הניכויים שלו, בכתובתו, ובמספר הטלפון של משרדו, ככל שיש בשינוי כאמור כדי להשפיע על ביצוע החוזה ו/או ככל והמדובר בשינוי מהותי."
114	נספח ה- הסכם	38.1	הסעיף יוותר ללא שינוי
			נבקש להבהיר כי אין באמור כדי לגרוע מזכות הספק לעכב אספקת טובין במקרה של אי תשלום התמורה, כולה

	או חלקה, במועד ע"י מרת"א.			
115	נספח ה- הסכם	39	הסעיף יוותר ללא שינוי	הסעיף יוותר ללא שינוי
116	נספח ה- הסכם	39.1	הסעיף יוותר ללא שינוי	הסעיף יוותר ללא שינוי
117	נספח ה- הסכם	39.2	הסעיף יוותר ללא שינוי	הסעיף יוותר ללא שינוי
118	נספח ה- הסכם	41 + 43	הסעיף יוותר ללא שינוי	הסעיף יוותר ללא שינוי
119	נספח ה- הסכם	43	הסעיף יוותר ללא שינוי	הסעיף יוותר ללא שינוי
120	נספח ה- הסכם	44.2	הסעיף יוותר ללא שינוי	הסעיף יוותר ללא שינוי
121	נספח טו		הסעיף יוותר ללא שינוי	הסעיף יוותר ללא שינוי
122	נספח טו	1	הסעיף יוותר ללא שינוי	הסעיף יוותר ללא שינוי

	<u>נחלת הכלל או</u> <u>שהפך להיות</u> <u>נחלת הכלל ללא</u> <u>הפרת חובת</u> <u>הסודיות עפ"י</u> <u>כתב התחייבות</u> <u>זה ו/או מידע</u> <u>שחובה לגלותו</u> <u>על פי כל דין או</u> <u>צו של רשות</u> <u>מוסמכת ו/או</u> <u>מידע שהתקבל</u> <u>כדין ביד</u> <u>חברתנו ו/או מי</u> <u>מטעמנו ו/או</u> <u>עובדנו מצד ג'</u> <u>ללא הפרת</u> <u>חובת הסודיות.</u>			
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש לתקן את סעיפים 3 ו- 10 <u>ב</u> <u>שיובהר כי החברה</u> <u>תהא רשאית לשמור</u> עותק לצורך קיום הוראה חוקית ו/או תיעוד אספקת השירותים לרבות לצורכי מעקב אחר שיווק, בכפוף לשמירתו בסודיות על ידי החברה.	10 + 3	נספח טו	85.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש לתקן את סעיף 13 כדלקמן [תוספות מבוקשות מודגשות ומחיקות מבוקשות מסומנות בקו חוצה]: 13.....עפ"י התחייבות זו <u>עולה</u>	13	נספח טו	86.

	<u>עשויה לעלות כדי</u> עוולה אזרחית ועבירה פלילית.			
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש לתקן את סעיף 14 כדלקמן [תוספות מבוקשות מודגשות ומחיקות מבוקשות מסומנות בקו חוצה]: 14. מבלי לגרוע מהאחריות האישית והפלילית <u>שעשויה להיות</u> <u>אכזרית</u>.....: בנוסף נבקש להבהיר כי התחייבות זו כפופה לתנאי שיפוי מקובלים : (א) בכפוף להיקף אחריותה החוקית של החברה ועובדיה עפ"י דיני מדינת ישראל ומוגבלת לסכום שבו תחוייב מרת"א בפסק דין חלוט לטובת הצד השלישי; וכן (ב) בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: מרת"א העבירה לחברה העתק מכל תביעה, טענה ו/או דרישה בעניין הנדרש בגינו שיפוי והמצוי לשיטתה באחריותו של החברה וזאת מייד בסמוך לקבלתם; מרת"א תשתף פעולה באופן סביר עם החברה ולא תודה באחריות ו/או בחבות ו/או תתפשר ו/או תסכים לפסיקה על דרך הפשרה ו/או לקיום בוררות ללא הסכמת החברה מראש ובכתב; מרת"א תאפשר לחברה להתגונן מפני התביעה ולנהל את ההגנה על חשבונה; ניתן פסק דין חלוט נגד מרת"א.	14	נספח טו	87.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי יש לפרט רק את שמות היצרנים הרלבנטיים לציוד נשוא המכרז.	2	נספח טז	88.
הסעיף יוותר ללא שינוי	הציוד נשוא המכרז מהווה כלי כח (מקדחה)		נספח יז	89.

	ללא כל חיבור למערכות מידע וללא כל תוכנה. משכך הנספח אינו רלבנטי ונבקש לבטלו. ככל שמרת"א סבור שהנספח רלבנטי, נבקש להבהיר מדוע ולספק את המסמכים הנזכרים בו.			
הסעיף יוותר ללא שינוי	הציוד נשוא המכרז מהווה כלי כח (מקדחה) ללא כל חיבור למערכות מידע וללא כל תוכנה. רק חיבור למקור חשמל (שקע). משכך, על פני הדברים, הנספח אינו רלבנטי לציוד נשוא המכרז ונבקש לבטלו.		נספח יח	90.

טופס ניקוי, חיטוי ועיקור

CLEANSER (חומרי ניקוי)

- ☐ Endozym AW+APA ("Ruhof" Neutral Enzymatic Detergent for manual and ultrasonic wash)
- ☐ Transeptic Spray (parker)
- ☐ PAL - ACTIVE ("פלבים" alkaline detergent for mechanical wash)
- ☐ PL-4 ("זוהר דליה" alkaline detergent for manual wash)
- ☐ BLICLEAN ("borer" alkaline detergent for mechanical wash)
- ☐ BELIDRY 604 ("borer" for mechanical dry)

PREPARATION FOR DISINFECTION (אמצעי חיטוי)

LOW LEVEL DISINFECTION

- ☐ PAL - ACTIVE ("פלבים")
- ☐ ANTIGONE WIPE 60sec/OBELIS S.A

HIGH LEVEL DISINFECTION

- ☐ ANIOXIDE
- ☐ CIDEX-OPA
- ☐ ANTISEPTIC ("Deconex" for mechanical disinfection)
- ☐ Disinfect in dishwasher 93°C for 10' (Dry 110°C for 10')

INTERMEDIATE DISINFECTION

- ☐ Chlor-clean TAB
- ☐ MEDIWIPE – [Ethanol+Isopropyl Alcohol 70%v/v chlorhexidine digluconate 0.5%, Hydrogen peroxide 0.45%, Water]
- ☐ 70% ALCOHOL +0.5% CHLORHEXIDINE
- ☐ 70% ALCOHOL

STERILIZATION PROCEDURE (שיטות עיקור)

- ☐ Steam 134°C for 10'
- ☐ ETO 55°C
- ☐ Gas plasma 45°C

בכבוד רב,
 יורם הלוי
 מנהל יחידת מכרזים