

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד הבריאות	המרכז הרפואי וולפסון
מחלקה	הנדסה רפואית
תאריך חוות דעת:	17.11.2025
בקשה מס' (פנימי):	

אל: ועדת המכרזים

הגדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה ☐ (29)3 / ☐ (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: ☐ כן ☐ לא

סוג ההתקשרות:

☐ ביצוע עבודה

☐ שירותים

☐ טובין

שם הספק:	איתן מדיקל בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	51-423712-2
ספק זה הנו:	☐ ספק יחיד ☐ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 41,143 כולל מע"מ (144,000 ₪ כולל מע"מ) .
תקופת ההתקשרות:	12 חודשים 1.1.26-31.12.26

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)= מפרט טכני

הנושא:

א. הסכם שרות תיקונים והספקת חלפים לביצוע תיקונים ל 293 משאבות עירוני ווליומטריות מדגם ומתוצרת ספיר קיו קור

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת
איתור הספק המאושר/מוסמך ע"י משה"ב (רשום בפנקס אמ"ר) לספק שרות
למשאבות עירוי מדגם ומתוצרת קיו קור ספיר וספיר פלוס
2. יש לפרט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים,
פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה, שיחה עם לפחות 3 עמיתים מבתי חולים הללו יפה ,
אסף הרופא ובית החולים ברזילאי).

רשומות יח' אמ"ר משה"ב , בדיקת חלופות מול ספקי מכשור דומה .

3. יש לפרט ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את
הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה
חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
חברת איתן מדיקל יצרנית המשאבות ולה אישור אמ"ר למכור ולספק שרות למכשירים הללו
חלק מהתיקונים והטיפולים מבוצעים ע"י צוות טכני מכללית הנדסה (גוף המספק שרות מטעם
קופ"ח כללית) אשר הוסמכו ע"י היצרן לבצע טיפולים ותיקונים במכשירים הללו ופועלים
מטעם היצרן חברת איתן מדיקל כספק שרות (קבלן משנה) לביצוע תיקונים וטיפולים עם
החלפים המקוריים שמסופקים ע"י חברת איתן מדיקל
 4. יש לפרט נימוקים והערות נוספות
1. חברת איתן מדיקל יצרנית ומשווקת משאבות עירוי ספיר קיו קור והיחידים
מאושרי אמ"ר לשווק את הציוד האמור כמו גם לספק שירות תיקונים וחלפים
מקוריים .

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.
חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

 המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון שמילוביץ חנן מנהל מחלקה ביו רפואית טל. 03-5028255 , פקס 03-5028357	מנהל המחלקה להנדסה רפואית	שמילוביץ חנן
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית