

1. המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	16.11.25

_____ מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

חבישה ייעודית לחבישת DL
חבישה למושתלי לב מזוהמים
LVAD ערכת חבישה למושתלי לב

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ X_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין X_ _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	גאמידה
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	511383374 (1768)
ספק זה הינו:	_____ X_ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	600,000 שקל
תקופת ההתקשרות	36 חודש + אופציה

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **נימוקים והערות נוספות.**

מצ"ב חו"ד ע"י בן גרניט ודפנה מנלה , מתאמי השתלות לב, המצטרף למכתב של גב' ידידה שמש מתאמת VAD והשתלות לב

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

בשם/ בן גרניט ודפנה מנלה	מתאמי השתלות לב	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה



22/03/2023

הנדון : נימוק ספק יחיד לערכת חבישה ייעודית לחבישת DL

הזיהומים הקשורים למכשיר ה-LVAD מתחילים ברוב המקרים באזור מוצא הכבל החשמלי מעור המטופל. הזיהומים יכולים להישאר מקומיים או להתפשט מקומית דרך הרקמות הרכות אל זרם הדם. התוצאה בכל המקרים היא תחלואה ממושכת ואף תמותה. מכיוון שלא ניתן להוציא את המכשיר, הזיהום הוא כרוני, מצריך אשפוזים מרובים וכולל קורסים ארוכים של אנטיביוטיקה דרך הורד. המטרה שלנו היא למזער ככל הניתן את שכיחות הזיהומים בקרב המטופלים.

כמו בזיהומים אחרים, גם בזיהומים במוצא הכבל החשמלי של חולי ה-LVAD הוכח שטיפול מונע בפרוטוקול של אשכול הנחיות (BUNDLE), מוריד את שיעור הזיהומים, וערכת לחיטוי והחלפת החבישה מהווה חלק מרכזי של האשכול להפחתת הזיהומים.

לאור הניסיון בתחום שנצבר אצלנו ובעולם, הורכבה ערכה ייעודית וסטנדרטית לנושא, שיעשה בה שימוש על ידי כל אנשי הצוות לאחר הניתוח בטיפול נמרץ, במהלך אשפוזם במחלקת ניתוחי לב או בכל אתר בבית החולים ובמהלך הביקורים במרפאת LVAD.

כמו כן הערכה מכוונת לשימוש על ידי המטופלים בביתם לכן הצורך בערכה ייעודית המכילה את כל הפריטים החיוניים לצורך החבישה.

רכישת הערכה לשימוש בבית המטופל תעשה על ידי קופות החולים

החומרים שבשימוש ברוב מרכזי ה-LVAD בעולם הם :

CHLORAPREPE לחיטוי מוצא הכבל (הנמצא בשימוש לחיטוי מוצא וריד מרכזי)

חבישת CHLORHEXIDINE 2% להחלפה שבועית

קיבוע בטוח למניעת תזוזת הכבל שאינו גורם לגירוי בעור.

רק חברת גאמידה סיפקה ערכה שבה שלושת המרכיבים הללו ולכן יש לראותה כספק יחיד.

ידידה שמש
אחות מוסמכת
9525
י.צ. 3

בברכה

ידידה שמש

מתאמת VAD והשתלות לב

המרכז הרפואי שיבא