

מחלקת מכרזים

טל': 03-5303558, פקס: 03-5303568

מכרז מסגרת לרכישת ארונות חימום נוזלים וסדינים עבור חדר ניתוח

(מכרז מס' 12599609)

1. בית חולים ע"ש שיבא, תל השומר (להלן: "המשרד" או "המזמין") מזמין בזאת ספקים להגיש הצעות מחיר לארונות חימום נוזלים וסדינים לחדר ניתוח (להלן: "הטובין") עפ"י הדרישות המופיעות במסמכי המכרז.
2. ניתן לעיין, להוריד ולהדפיס את מסמכי המכרז מאתר מנהל הרכש הממשלתי ללא עלות
<https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/search/?s=TENDER>
3. יש לשים לב לדרישות נוספות המופיעות בנוספה א' במסמכי המכרז.
4. הצעת המחיר תהיה בתוקף לפחות 6 חודשים, מהיום האחרון שנקבע להגשת ההצעה.
5. שאלות הבהרה ניתן להגיש באתר מנהל הרכש הממשלתי דרך מערכת יהלום, לא יאוחר מתאריך 26.01.2026 שעה 16:00, לאחר מועד זה לא יתקבלו שאלות נוספות.
6. על המציע לצרף את המסמכים הבאים (סעיפים א'-ו' - דרישות סף):
 - א. ערכות בנקאית בגובה 10,000 ₪ ותהיה בתוקף עד לתאריך 09.06.2026, לא יתקבלו תחליפים לערכות הבנקאית כגון: צ'ק, מזומן או "הקפאת כספים".
 - ב. אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומים חובת מס) תשנ"ו 1976.
 - ג. אישור אמ"ר בתוקף או פטור ממנו בעת הגשת ההצעה. במידה והוגשה בקשה לחידוש רישום, יש לצרף אישור קודם וטופס אישור קליטת הבקשה באמ"ר.
 - ד. יש להגיש אישור על עמידות הדגם המוצע בתקן בטיחות חשמלית למכשור רפואי בהתאם לתקן הבינלאומי IEC 60601-1-2, הכולל גם עמידות לתאימות אלקטרומגנטית (חסינות בפני הפרעות למכשור רפואי).
 - ה. יש להגיש אישורים על עמידת המכשור מהדגם המוצע בתקינה בינלאומית (CE/FDA).
 - ו. מסמכי המכרז כוללים – 3 – דפי "תנאים כללים לאספקת טובין" על מגיש ההצעה לחתום על הדף האחרון בצרוף חותמת החברה.
 - ז. אישור רו"ח בדבר שיעור המרכיב הישראלי במחיר ההצעה, אם יש.
7. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם לתקנה 7(א) ואו לקיים הליך תחרותי נוסף בהתאם לתקנה 17ה' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993 (היה והפער הכספי בין

מחלקת מכרזים

טל': 03-5303558, פקס: 03-5303568

ההצעות הזוכות יהיה קטן מ-10%, או יחרוג מהאומדן שנקבע) וכן שומר המזמין לעצמו את הזכות לפצל את העבודה בין מספר חברות.

8. תינתן העדפה במסגרת אמות המידה של המחיר לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר ההצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת 15% ובתנאי כי יצורף להצעה אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.

9. אין אנו מתחייבים לקבל ההצעה הזולה ביותר, או כל חלק ממנה, או כל הצעה שהיא. אנו רשאים לפצל את ההזמנה, וכן אנו רשאים לבטל המכרז או להרחיב או לצמצם את היקפו עקב סיבות תקציביות ו/או מינהליות ו/או אירגוניות.

10. במסגרת ניקוד האיכות ו/או במקרה של שוויון בין מציעים, תינתן העדפה לספקים/ מוצרים ירוקים בעלי תו תקן אקולוגי לדוגמת: Energy Star, EPEAT, Green Seal, EcoLogo, USDA, Cradle to Cradle, וכד'.

11. את הצעות המחיר בצרוף כל המסמכים הנדרשים (למעט הערבות הבנקאית שיש להגישה פיזית לתיבת המכרזים מס' 1 שבמחלקת המכרזים, ביתן 65), יש להגיש באופן דיגיטלי עפ"י הקישור שיצורף למסמכי המכרז שיפורסם באתר מנהל הרכש הממשלתי, לא יאוחר מתאריך: 09.02.2026 שעה 11:00.

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
תל השומר

מכרז לרכישת ארונות חימום נוזלים וסדינים עבור חדר ניתוח
מכרז מס' 12599609

<u>מס' עמודים</u>	<u>תוכן:</u>
13	אפיון מכרז+ דרישות (נספח א')
1	אמות מידה (נספח ב')
2	דפי הצעת המחיר
1	נספח דרישות אספקת מכשור רפואי
3	תנאים כלליים לאספקת טובין

ינואר 2026

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

מכרז מס' 12599609 - נספח א'

דרישות למכרז מסגרת לרכישת ארונות חימום נוזלים וסדינים

1. הצעות המחיר למכרז:

- א. תוגש הצעת מחיר למכשור שבנדון בהתאם לקטגוריות ולמפרטים המתוארים בסעיפים הבאים במסמך דרישות זה. כל מרכיב יוצע בכמות 1 יח'.
- ב. הצעה תוגש באופן מפורט (ברמת המק"ט) לכל הפריטים הנדרשים. לצד כל פריט תוצג שורת תיאור וייתן תמחור נפרד. מימוש פריטים מתוך ההצעה וכמויות, יבוצע לפי צורך ובהתאם לשיקולי המרכז הרפואי. המרכז הרפואי לא מתחייב למימוש המכרז, הן לפריטים המוצעים והן לכמויות מהם.
- ג. ההצעה למכרז תכלול הובלה, אספקה והתקנה של פריטי המכשור ו/או המערכות המוזמנות עבור המחלקות והאתרים השונים במרכז הרפואי שיבא תל-השומר.
- ד. עבור כל קטגוריה/דרישת אפיון – יש להציע הדגם **המתאים ביותר שיש ליצרן להציע** ובגרסה העדכנית ביותר.
- ה. יש לציין זמני אספקה ריאליים ע"ג ההצעה.

2. הבהרות להגשת הצעות וחומרים נלווים:

- א. כל דרישה במכרז מהווה דרישת סף למעט דרישה המוגדרת כיתרון או עדיפות, או אם צוין אחרת.
- ב. כל דרישה במכרז מחייבת התייחסות מפורטת או התחייבות בכתב, **במקום המיועד לכך בטבלאות וע"פ ההנחיות.** את הטבלאות יש למלא באופן דיגיטלי בלבד ולהגיש כקובץ בפורמט PDF. מסמכים וחומרים נלווים ניתן להגיש כסריקה. אין להגיש טופס שמולא בכתב יד.
- ג. קובץ זה לווה בסימוכין הכוללים חומרי יצרן, הצעות מחיר, הצהרות ואישורים בהתאם לנדרש בכל סעיף.
- ד. **נספח אבטחת מידע ימולא ע"י המציע ויועברו כקובץ סרוק בנפרד מיתר המסמכים שיוגשו למכרז.**
- ה. כל חומר יצרן יהיה מקוטלג ומשויד לדרישה המתאימה, תוך ציון מס' הסעיף בנספח זה לצד הנתון הרלוונטי במסמכי היצרן. יש לצרף אך ורק את העמודים הרלוונטיים ולסמן בתוכם את הפסקאות או הנתונים אותם התבקשתם להגיש. אין להגיש ספרים שלמים או חומרים שאינם מסומנים ומקוטלגים לפי סעיפי דרישות.
- ו. **חובה** – תיאום הדגמות מול הגורמים הקליניים יעשה כבר עם קבלת הדרישות למכרז. ראה לוח הזמנים ואנשי קשר לתיאום בסעיף 4-ו'.
- ז. **הצעה שלא תוגש בהתאם להנחיות, תיפסל על הסף.**

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
 Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
 פקס. 972-3-5303387

2

3. תנאי המכרז:

התחייבות הספק	דרישה
הסכמה בכתב:	א. תקופת ההתקשרות הינה ל-3 שנים (עם שתי אופציות להארכה של שנה כ"א). במידה והספק יבקש לעדכן את המחיר במהלך תקופת ההתקשרות, למרכז הרפואי שמורה הזכות לבטל את המכרז ולפתוח בהליך חדש. על הספק לאשר כי התנאים הנוגעים לתקופת ההתקשרות ברורים ומקובלים.
הסכמה בכתב:	ב. מבין הספקים המשתתפים במכרז, המרכז הרפואי ראשי להכריז על יותר ממציע זוכה אחד לרכישה של מערכת/ות העומדת/ות בדרישות המכרז. בית החולים בלבד אינו מתחייב למימוש המכרז, לא לפריטים/מוצעים/ים ולא לכמויות מהם. מימוש יבוצע בהתאם לשיקולי המזמין, הן מבחינת מועדי המימוש והן מבחינת הכמויות המוזמנות.
הסכמה בכתב:	ג. במסגרת השקלול הכלכלי במכרז, ראשי ביה"ח בהתאם לשיקוליו, להתייחס לעלויות נלוות מעבר לעלות הציוד, בהתאם למוגדר במסגרת דרישות המכרז, כדוגמת עלויות חלפים, טיפולים תקופתיים, קישוריות למערכות מחשוב.
איש קשר: נייד: דו"אל:	ד. נא לספק פרטי התקשרות (מספרי טלפון וכתובות דוא"ל) של אנשי קשר רלוונטיים לטובת הבהרות בהתאם לצורך.

4. דרישות כלליות:

התייחסות ספק	דרישה
התחייבות בכתב כי ההצעות כוללות את כל האמור וכי ברורים התנאים במידה ואינן:	א. ההצעות למכרז תכלולנה את כל המרכיבים הדרושים (לרבות חומרה ותוכנה, אביזרים, כבלים, מחברים, מתאמים וכיו"ב), גם אם אלה לא פורטו במפורש, להפעלת המערכות במלואן על פי הדרישות. ב. במידה ובמודל הרכישה קיימים מרכיבים תלויי זמן שימוש (רישיונות תוכנה, חבילות תוכנה וכל מרכיב רלוונטי אחר בעל תוקף), ההצעה תכלול את כל הנדרש לשימוש ותפעול למשך כל תקופת האחריות <u>לפחות</u> (2 שנים). בנוסף לכך, יש להגיש עלות תוכנות/רישיונות אלו עבור כל שנת שימוש נוספת (מעבר לאחריות). ג. הצעה אשר לא תכלול את כל הציוד הנדרש להפעלה מלאה ותקינה, תיפסל. כמו כן, במידה ויתברר לאחר סיום המכרז כי לא הוצע פריט הנדרש להפעלה מלאה, <u>הפריט יסופק על ידי נציג היצרן ללא תוספת עלות</u> . ד. מצורף נספח ד' – נספח אספקת מכשור רפואי למרכז הרפואי. על המציע לחתום על הנספח ולהעבירו עם כל החומר למכרז.
התחייבות הספק:	ה. באחריות הספק, עם כל קבלת הזמנה, לוודא התאמה פיזית של המערכת המוזמנת אל הנישה במחלקה הספציפית אליה מיועד הציוד המוזמן.
הצהרת הספק:	ו. גרסת התוכנה – המציע יצהיר כי הגרסה המוצעת של חבילת התוכנה הינה הגרסה המוכרת האחרונה והעדכנית ביותר של היצרן.
התחייבות הספק:	ז. על הספק להתחייב להציע, להתקין ולהפעיל את כל העדכונים ו/או השדרוגים של היצרן לגרסת התוכנה אשר תסופק במסגרת המכרז, במהלך כל תקופת האחריות (2 שנים).

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
 פקס. 972-3-5303387

3

התייחסות ספק	דרישה
התייחסות הספק:	<p>ח. באחריות המציע לתאם מול משתמשי/ הקצה פגישה/ות הדגמה, בדיקה והתנסות, בהן ניתן יהיה להתרשם מעבודת המערכות המוצעת בפועל ובאופן מלא. המציעים עשויים להיקרא להדגמות והתנסויות קליניות/מקצועיות חוזרות בהתאם לנדרש ע"י המשתמשים לצורך גיבוש חוות דעת מקצועית/קלינית מלאה ועדכנית אשר תינתן במסגרת המכרז. לחלופין, משתמשי/ קצה ראשי/ים לבחור שלא לבחון מכשור אשר הובא להתנסות קלינית בעבר.</p> <p>במידה והציוד אינו ניתן להבאה פיזית להדגמה אצל המזמין, על המציע לתאם מול המזמין הגעה לאתר בארץ בו מותקן המכשור לצורך התרשמות. תיאום וארגון יהיה באחריות הספק ועל חשבונו.</p> <p><u>על המציע לפנות למחלקת הנדסה רפואית לצורך תיאום ההדגמות ולקבל את אישורה הסופי בכתב בטרם הכנסת מכשור להדגמה:</u></p> <p>Miri.Yosef@sheba.health.gov.il – מירי יוסף טל': 03-5303388</p>
*יצורף כנספח	<p>ט. יש להגיש אישור על עמידות הדגם המוצע בתקן בטיחות חשמלית למכשור רפואי בהתאם לתקן הבינלאומי IEC 60601-1-2, הכולל גם עמידות לתאימות אלקטרומגנטית (חסינות בפני הפרעות למכשור רפואי).</p>
התחייבות בכתב:	<p>י. מתח הזינה חד-פאזי 230V/50Hz (לכל מרכיבי המכשור הרלוונטיים). המערכת תסופק עם כבל זינה יצוק העומד בתקינה ישראלית.</p>
*יצורף כנספח	<p>יא. על המציע להציג אישור אמ"ר או פטור ממנו בעת הגשת ההצעה. במידה והוגשה בקשה לחידוש רישום, יש לצרף אישור קודם וטופס אישור קליטת הבקשה לחידוש באמ"ר.</p>
*יצורף כנספח	<p>יב. יש להגיש אישורים על עמידת המכשור מהדגם המוצע בתקינה בינלאומית (CE/FDA).</p>

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
 פקס. 972-3-5303387

4

5. תמיכה ושירות:

מטרת הפרק לתאר ההתקשרות מול הספק במסגרת תקופת האחריות והשירות.

הערות הנדסה ביו-רפואית (מיועד לשימוש המרכז הרפואי)	התייחסות ספק	דרישה
	התחייבות בכתב: *אסמכתא תצורף כנספח	א. שרות טכני ותמיכה תפעולית ע"י הסוכן המקומי ו/או היצרן מהווים תנאי הכרחי במסגרת המכרז. נציג היצרן יהיה בעל ניסיון מוכח של לפחות שנה בתחום השירות והתמיכה במכשור מהסוג המוצע למכרז, וכן יתחייב כי יש לו היכולת המקצועית והצוות הטכני המסוגל לגבות בידע, בשירות וחלפים למערכת המוצעת המכרז, בהתאם לכללי המקצוע הטובים ובלוח זמנים סביר.
	התייחסות הספק:	ב. המציע יספק פרטי התקשרות של אנשי שירות מטמעו שיהיו זמינים ונכונים לקריאות בכל ימי העבודה בין שעות העבודה (08:00-17:00).
	התחייבות הספק:	ג. זמני תגובה לקריאות שירות – המציע יתחייב כי פרק הזמן שבין קבלת קריאת שירות ובין התייבות איש שרות באתר לא יעלה על 48 שעות. על המציע להתייחס במענה לימי חול וסופי שבוע
		ד. תסופק ספרות מקצועית במדיה דיגיטלית עד למועד האספקה כמפורט להלן: (1) ספרות הפעלה USER MANUAL לכל מרכיבי המכשור המוצע. (2) ספרות שרות מסוג SERVICE MANUAL לכל מרכיבי המכשור המוצע.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
 Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
 פקס. 972-3-5303387

5

הערות הנדסה ביו-רפואית (מיועד לשימוש המרכז הרפואי)	התייחסות ספק	דרישה
	התחייבות בכתב:	ה. על היצרן באמצעות נציגו להתחייב למתן הדרכה מלאה לצוותים הרפואיים, על מנת להבטיח הטמעה ושימוש נכונים בדגם המוצע. לא תהה הגבלה על כמות המשתתפים בהדרכות ו/או על כמות הסבבים. תקופת ההטמעה תכלול השתתפות בפועל בהפעלות ככל שיידרש על מנת להבטיח שימוש אופטימלי במכשור המוצע.
	התחייבות בכתב:	ו. על היצרן באמצעות נציגו להתחייב למתן הדרכה מקצועית לצוות הטכני של ביה"ח, כולל אבחון תקלות, תיקונים, החלפת חלפים לפי צורך ותחזוקה מונעת שוטפת ע"פ נהלי היצרן. ההדרכה הטכנית תינתן לפני תום תקופת האחריות, כאשר בתום ההדרכה <u>תסופק תעודה</u> בהתאם.
	התייחסות הספק: *פריסה ופרטי ממליצים יצורפו כנספח מענה לדרישת יתרון: כן/ לא	ז. המציע יפרט פריסה בארץ של מערכות מהסוג המוצע למכרז, תוך ציון שמות המוסדות הרפואיים בהם מצוי המכשור, דגמי המערכות ותקופת השימוש בהם. יש לצרף פרטי התקשרות עם ממליצים מהארץ ו/או מחו"ל לדגם המוצע למכרז. ח. <u>יתרון</u> – המרכז הרפואי ראשי להעדיף מערכת מתוצרת יצרן שיש לו פריסה רחבה של מערכות במרכזים רפואיים גדולים בארץ ובעולם, וכן ניסיון מוצלח בהפעלה שלהן, במתן תמיכה ושירות.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
 Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
 פקס. 972-3-5303387

6

הערות הנדסה ביו-רפואית (מיועד לשימוש המרכז הרפואי)	התייחסות ספק	דרישה
	התחייבות בכתב:	ט. המציע מתחייב לעדכן את בית החולים בכל הודעת EOL/EOS מטעם היצרן.
	התחייבות בכתב:	י. באחריות הספק לעדכן את המרכז הרפואי ומח' הנדסה רפואית בכל פרסום של הודעת Recall או אזהרה מטעם היצרן או מכון אובייקטיבי.
	התחייבות בכתב:	יא. כל עדכון/הוראה/החלפה במסגרת אזהרת בטיחות מטעם היצרן, יטופל ויבוצע באופן מלא ע"י הספק, וזאת לאורך כל חיי המכשיר ובהתאם להנחיות.
	התייחסות הספק:	יג. יש לצרף היסטוריית הודעות Recall שפורסמו בעבר, כולל פירוט הפתרון שניתן ע"י היצרן וזמני הטיפול.
	* יוגש כנספח	יד. המציע יספק הצהרה מטעם היצרן לגבי משך הזמן הצפוי למתן תמיכה ושירות בדגמי המערכות המוצעות למכרז, כולל אספקה סדירה של חלקי חילוף.
	אורך תקופת האחריות: התחייבות בכתב לתנאי האחריות: מענה לדרישת יתרון: כן/ לא	טו. יש לציין תקופת אחריות מרבית אשר תכלול כיסוי מלא של חלפים, עבודה, נסיעות וכיו"ב. תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים עבור כל פירטי המכשור המוצעים. האחריות מיום התקנת הציוד בביה"ח ותחילת השימוש בפועל. יתרון – המרכז הרפואי ראשי להעדיף מערכת שתסופק עם תקופת אחריות של 36 חודשים.
	התחייבות הספק:	טז. היצרן באמצעות נציגו, יתחייב לבצע את כל הטיפולים המונעים התקופתיים, כולל כיוולים והחלפת חלפים אם נדרש להחליפם ללא עלות נוספת, בתקופת האחריות/שירות בהתאם להנחיות היצרן ובתדירות הנדרשת. אי ביצוע טיפול מונע כלשהו בזמן, יגרום להארכת תקופת האחריות/שירות בפרק הזמן האקוויולנטי. הבהרה: טיפול תקופתי שנתי יינתן בסמוך לתום כל שנת אחריות/שירות.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
 Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
 פקס. 972-3-5303387

7

הערות הנדסה ביו-רפואית (מיועד לשימוש המרכז הרפואי)	התייחסות ספק	דרישה
	<p>התייחסות הספק:</p> <p>*הוראות היצרן יוגשו כנספח</p> <p>תמחור טיפולים תקופתיים:</p>	<p>יז. המציע יפרט התחזוקה המונעת המוגדרת לדגם המערכת המוצעת, על פי הוראות היצרן ותוך הפנייה להוראות היצרן.</p> <p>יוגש פירוט לגבי הטיפולים התקופתיים הנדרשים לביצוע על פי היצרן (שנתיים/חצי שנתיים וכו'), כולל פירוט החלפים הנדרשים להחלפה במסגרת הטיפולים, אם נדרשים.</p> <p>על המציע להגיש לתמחור לביצוע טיפול תקופתי (שנתי/חצי שנתי וכד'), אשר יכלול עלויות החלפים הנדרשים להחלפה, עבודה ונסיעות.</p>
	<p>התחייבות הספק:</p> <p>*רשימה תצורף כנספח</p>	<p>יח. הספק יתחייב להחזיק אצלו מלאי חלקי חילוף ופריטי גיבוי זמינים באופן שיאפשר אספקתם המידית עם קבלת הזמנה, בהתאם לצורך ולשביעות רצון הגורם המשתמש.</p> <p>יש לספק רשימה של חלקי החילוף העיקריים בדגם המוצע, תוך פירוט זמני אספקה ותמחור כל פריט.</p>

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
 Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
 פקס. 972-3-5303387

8

6. דרישות המפרט

הנחיות למילוי:

- יש לתת התייחסות מסוכמת כתובה לכל דרישה במקום המיועד להתייחסות הספק, אלא אם כן צוין אחרת.
- מילוי דיגיטלי בלבד והגשה כקובץ בפורמט PDF. לא יתקבל טופס שמולא בכתב יד. במקרה כזה הצעת הספק תיפסל.
- בנוסף להתייחסות הכתובה במקומות המתאימים בטבלה, יש לצרף נספחים ומסמכים רלוונטיים לגיבוי, בהתאם לנדרש בכל סעיף. כל נספח יהיה מקוטלג ומשוידך לסעיף ספציפי ותוך ציון מס' הסעיף המתאים בנספח דרישות זה.
- אין להגיש ספרים שלמים או חומרים שאינם מסומנים ומקוטלגים לפי סעיפי דרישות. יש לצרף אך ורק את העמודים הרלוונטיים ולסמן בתוכם את הפסקאות או הנתונים הרלוונטיים אותם התבקשתם להגיש.
- הצעה שלא תוגש בהתאם להנחיות, תיפסל על הסף.

הערות הנדסה ביו-רפואית (מיועד לשימוש המרכז הרפואי)	התייחסות ספק	דרישה
קטגוריה א' – ארון רצפתי כפול (2 תאים)		
	הדגם המוצע: מס' פריט בהצעה:	א. יש להציע ארון חימום המחולק לשני תאים (Dual Chamber) – האחד ייעודי לנוזלים (IV/INJ) ושני לסדינים.
	התייחסות הספק: גובה (H): רוחב (W): עומק (D): * יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	ב. המכשיר יהיה רצפתי ע"ג גלגלים. ג. ממדים חיצוניים מקסימליים (כולל בסיס גלגלים) – גובה 2000 מ"מ, רוחב 800 מ"מ, עומק 750 מ"מ.
	התייחסות הספק:	ד. לכל תא תהיה דלת שקופה על מנת לאפשר צפייה בתכולה ללא פתיחה.
	התייחסות הספק: * יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	ה. שליטה ובקרה דיגיטלית באופן מופרד לכל תא, הכולל ויסות טמפ', תצוגת טמפ' ומערכת התראות. על המציע לפרט כל ההתראות הניתנות להגדרה במכשיר.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
 Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
 פקס. 972-3-5303387

הערות הנדסה ביו-רפואית (מיועד לשימוש המרכז הרפואי)	התייחסות ספק	דרישה
המשך קטגוריה א' – ארון רצפתי כפול (2 תאים)		
	טווח טמפי: רזולוציה: דיוק:	1. ויסות טמפי סדינים בטווח 90-160°F (32-71°C) ברזולוציה של ±1°F (0.55°C). הטמפי בתא תישמר בדיוק של ±3°F (1.67°C) לפחות. תתאפשר בחירה בין מעלות פרנהייט לצלזיוס.
	* יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	
	טווח טמפי: רזולוציה: דיוק:	2. ויסות טמפי נוזלים בטווח 90-104°F (32-40°C) ברזולוציה של ±1°F (0.55°C). הטמפי בתא תישמר בדיוק של ±3°F (1.67°C) לפחות. תתאפשר בחירה בין מעלות פרנהייט לצלזיוס.
	* יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	
	התייחסות הספק:	ח. המציע יפרט האמצעים להגנה על הגדרות מפני שינויים לא מורשים.
	התייחסות הספק:	ט. מכשיר עשוי פלמ"ב
	* יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	
	מסי מדפים כלולים תא עליון: מתכוונן/נשלף- תא עליון: כן/לא מסי מדפים מקסימלי- תא עליון: מסי פריט בהצעה:	י. תא עליון (נוזלים) יכלול מדף אחד לפחות. יש לציין מפורשות כמות המדפים המסופקים עם המכשיר בתא העליון ובאם נשלפים ו/או מתכווננים. על המציע לציין כמות המדפים המקסימלית האפשרית להתקנה בתא העליון. ההצעה תכלול תמחור נפרד לתוספת של מדף.
	מסי מדפים כלולים תא עליון: מתכוונן/נשלף- תא עליון: כן/לא מסי מדפים מקסימלי- תא עליון: מסי פריט בהצעה:	יא. תא תחתון (סדינים) יכלול מדף אחד לפחות, באופן שיאפשר חלוקה נוחה של נפח האחסון. יש לציין מפורשות כמות המדפים המסופקים עם המכשיר בתא התחתון ובאם נשלפים ו/או מתכווננים. על המציע לציין כמות המדפים המקסימלית האפשרית להתקנה בתא התחתון. ההצעה תכלול תמחור נפרד לתוספת של מדף.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

10

דרישה	התייחסות ספק	הערות הנדסה ביו-רפואית (מיועד לשימוש המרכז הרפואי)
המשך קטגוריה א' – ארון רצפתי כפול (2 תאים)		
יב. על המציע לצרף הוראות היצרן המלאות לחיטוי וניקוי כלל חלקי המערכת המוצעת (פנימיים וחיצוניים), כולל החומרים המותרים לשימוש והתדירות הנדרשת בהתאם להגדרות היצרן.	* יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
 פקס. 972-3-5303387

הערות הנדסה ביו-רפואית (מיועד לשימוש המרכז הרפואי)	התייחסות ספק	דרישה
קטגוריה ב' – ארון חימום נוזלים (תא אחד)		
	הדגם המוצע: מס' פריט בהצעה: * יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	א. יש להציע ארון חימום בעל תא אחד ייעודי לנוזלים (IV/INJ).
	נתון היצרן:	ב. נפח פנימי אפקטיבי בתחום של Cubic 4.0-5.5 foot.
	גובה (H): רוחב (W): עומק (D): * יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	ג. ממדים חיצוניים <u>מקסימליים</u> – גובה 650 מ"מ, רוחב 780 מ"מ, עומק 700 מ"מ.
	התייחסות הספק:	ד. לתא דלת שקופה על מנת לאפשר צפייה בתכולה ללא פתיחה.
	התייחסות הספק: * יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	ד. פאנל שליטה ובקרה דיגיטלית הכולל ויסות טמפ', תצוגת טמפ' ומערכת התראות. על המציע לפרט כל ההתראות הניתנות להגדרה במכשיר.
	טווח טמפ': רזולוציה: דיוק: * יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	יג. ויסות טמפ' בטווח $90-104^{\circ}\text{F}$ ($32-40^{\circ}\text{C}$) ברזולוציה של $\pm 1^{\circ}\text{F}$ (0.55°C). הטמפ' בתא תישמר בדיוק של $\pm 3^{\circ}\text{F}$ (1.67°C) לפחות. תתאפשר בחירה בין מעלות פרנהייט לצלזיוס.
	התייחסות הספק:	ה. המציע יפרט האמצעים להגנה על הגדרות מפני שינויים לא מורשים.
	התייחסות הספק: * יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	ו. מכשיר עשוי פלמ"ב
	מס' מדפים כלולים: מתכוונן/נשלף: כן/לא מס' מדפים מקסימלי: מס' פריט בהצעה:	יד. התא יכולול מדף אחד <u>לפחות</u> . יש לציין מפורשות כמות המדפים המסופקים עם המכשיר ובאם נשלפים ו/או מתכווננים. על המציע לציין כמות המדפים המקסימלית האפשרית להתקנה במכשיר. ההצעה תכלול תמחור נפרד לתוספת של מדף.
	* יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	ז. על המציע לצרף הוראות היצרן המלאות לחיטוי וניקוי כלל חלקי המערכת המוצעת (פנימיים וחיצוניים), כולל החומרים המותרים לשימוש והתדירות הנדרשת בהתאם להגדרות היצרן.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
 Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
 פקס. 972-3-5303387

הערות הנדסה ביו-רפואית (מיועד לשימוש המרכז הרפואי)	התייחסות ספק	דרישה
קטגוריה ג' – ארון חימום סדינים תא אחד		
	הדגם המוצע: מס' פריט בהצעה: * יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	א. יש להציע ארון חימום בעל תא אחד ייעודי סדינים.
	נתון היצרן:	ב. נפח פנימי אפקטיבי בתחום של 4.0-5.5 Cubic foot.
	גובה (H): רוחב (W): עומק (D): * יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	ג. ממדים חיצוניים מקסימליים – גובה 650 מ"מ, רוחב 780 מ"מ, עומק 700 מ"מ.
	התייחסות הספק:	ד. לתא דלת שקופה על מנת לאפשר צפייה בתכולה ללא פתיחה.
	התייחסות הספק: * יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	ה. פאנל שליטה ובקרה דיגיטלית הכולל ויסות טמפ', תצוגת טמפ' ומערכת התראות. על המציע לפרט כל ההתראות הניתנות להגדרה במכשיר.
	טווח טמפ': רזולוציה: דיוק: * יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	ו. ויסות טמפ' בטווח $90-160^{\circ}\text{F}$ ($32-71^{\circ}\text{C}$) ברזולוציה של $\pm 1^{\circ}\text{F}$ (0.55°C). הטמפ' בתא תישמר בדיוק של $\pm 3^{\circ}\text{F}$ (1.67°C) לפחות. תתאפשר בחירה בין מעלות פרנהייט לצלזיוס.
	התייחסות הספק:	ז. המציע יפרט האמצעים להגנה על הגדרות מפני שינויים לא מורשים.
	התייחסות הספק: * יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	ח. מכשיר עשוי פלמ"ב
	מס' מדפים כלולים: מתכוונן/נשלף: כן/לא מס' מדפים מקסימלי: מס' פריט בהצעה:	ט. התא יכלול מדף אחד לפחות. יש לציין מפורשות כמות המדפים המסופקים עם המכשיר ובאם נשלפים ו/או מתכווננים. על המציע לציין כמות המדפים המקסימלית האפשרית להתקנה במכשיר ההצעה תכלול תמחור נפרד לתוספת של מדף.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

13

דרישה	התייחסות ספק	הערות הנדסה ביו-רפואית (מיועד לשימוש המרכז הרפואי)
קטגוריה ג' – ארון חימום סדינים תא אחד		
1. על המציע לצרף הוראות היצרן המלאות לחיטוי וניקוי כלל חלקי המערכת המוצעת (פנימיים וחיצוניים), כולל החומרים המותרים לשימוש והתדירות הנדרשת בהתאם להגדרות היצרן.	* יש לצרף הפנייה לחומר הטכני של היצרן	

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

14

מכרז מס' 12599609 - נ ס פ ח ב'

אמות המידה לבחירת ההצעה יהיו כדלקמן:

70%	1. משקל כמותי (עלות)
30%	2. משקל איכותי (חוו"ד משתמש קצה/קלינית)
100%	סה"כ

*ציון איכותי נמוך מ-5 (בסולם 0-10) יביא לפסילת הטכנולוגיה המוצעת מהשתתפות במכרז.

הצעת מחיר לרכישת ארונות חימום נוזלים וסדינים עבור חדר ניתוח

מכרז מס' 12599609

הרינו מגישים הצעת מחיר למכשיר שבנדון:-

<u>שם הציווד</u>	<u>כמות</u>	<u>מחיר יח'</u>	<u>סה"כ</u>
1. ארונות חימום נוזלים וסדינים	1		
		18% מע"מ:	
		סה"כ כולל מע"מ:	
			=====
שם החברה:	שם היצרן:		
כתובת:	חתימה + חותמת החברה:		
שם מגיש ההצעה:	טל+מייל:		
תאריך:			

הערות:

1. הצעת המחיר תהיה בהתאם לדרישות המצורפות (נספח א').
2. אנו ננהג על- פי אמות המידה המצורפות למכרז זה (נספח ב').
3. יש לצרף נספח דרישות אספקת מכשור רפואי חתום + חותמת החברה.
4. נא לציין כתובות, שמות ומספרי טלפון של מוסדות רפואיים שבהם פועל הציוד הרלוונטי על- מנת להתרשם מהנסיון שנרכש על ידכם לגבי ציוד זה.
5. יש לציין אם הצעתכם ממלאי/FOB.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

1. דרישות אריזה שילוח ואספקה:

- 1.1 על הציוד להיות מסופק למחסנים של המרכז הרפואי שיבא בצירוף תעודת משלוח.
- 1.2 במידה ומדובר בציוד המצריך אספקה ישירות לאתר, על הספק לתאם מול יחידת הרישום והקליטה במחלקה להנדסה רפואית בטלפון 03-5307442.
- 1.3 אופן האריזה של הציוד והובלתו תהיה מותאמת ותבטיח הגעתו ליעד באופן תקין.
- 1.4** לא תתקבלנה חלקי הזמנה אלא באישור מראש ע"י מנהל המרל"ג ומנהל מח' הנדסה רפואית.
- 1.5 הנחיות לאריזה וסימון הציוד:
- הבהרה:** (ההנחיות רלוונטיות לכל אספקה של כמות שהינה מעל למוצר אחד או של מערכת/ות המורכבת/ות ממספר מודולים, מרכיבים ו/או פריטים נלווים)
- 1.5.1 כל מערכת תיארז **כיחידה מושלמת** הכוללת את כל פריטים, המודולים והאביזרים המרכיבים אותה ו/או הדרושים לשם הפעלתה.
- לדוגמה, באם מדובר באספקה של 3 מוניטורים, 3 מודולים סוג א', 3 מודולים סוג ב' (מודול אחד מכל סוג לכל מוניטור), 3 עגלות ניד, אביזרי ניטור וכבלים – במקרה כזה, כל "מערכת מוניטור" תהא ארוזה בנפרד ותסומן בהתאם, כאשר כל אריזה תכלול:
- מוניטור בכמות 1 יח'
 - מודול סוג א' בכמות 1 יח'
 - מודול סוג ב' בכמות 1 יח'
 - עגלה בכמות 1 יח'
 - אביזרים וכבלים בהתאם לסוגים והכמויות עבור המוניטור שבאריזה.
- 1.5.2 לכל אריזה תוצמד **רשימת תכולה** ובה יצינו תיאורי הפריטים, שמות הדגמים, מק"ט יצרן והכמות מכל פריט באריזה ומק"ט שיבא, גם לפריטים הנלווים כפי שמופיע בהזמנה.
- 1.5.3 התיאורים ושמות הדגמים יהיו זהים לאלו המצוינים בתעודת המשלוח וישוכו אל מספרי השורות המתאימות בתעודה.
- 1.6 האחריות על אריזת מערכות באופן מופרד זו מזו הינה על הספק בלבד, כולל פתיחת אריזות המקורית בהתאם לצורך, העברת פריטים לאריזות חלופיות, כריכה יחד באופן נפרד מיתר המערכות/פריטים וכיו"ב.
- 1.7 האריזה בתצורה הנדרשת הנודרשת אינה יכול להתבצע במחסנים של בית החולים. על הציוד להגיע ארוז ומסומן בהתאם להנחיות בטרם ההגעה למרכז הרפואי שיבא.
- 1.8 ציוד שלא יסופק או ייארז בהתאם להנחיות המפורטות תחת פרק זה, לא יוכל להתקבל במחסני בית החולים.**

חתימת המאשר מטעם החברה על עמידה בדרישות הפרק (אריזה, שילוח ואספקה):

החברה (נציגות בארץ): _____

מדינת ישראל
תנאים כללים לאספקת טובין

1. הגדרת הטובין:

הטובין שבהזמנה שיסופקו למזמין יהיו בהתאם לאמור בהזמנה, במיפרט, בתרשים, ובכל מסמך אחר שיצורפו להזמנה (להלן - "המפרטים") ויהיו זהים לדגמים שנקבעו ע"י הצדדים, ואם לא נקבעו מפרטים, או דגמים, יהיו הטובין המוזמנים ממיטב האיכות, החומר והאומנות המקובלים במדינת ישראל בזמן ההזמנה.

2. חומרים/ ציוד/ כלי עבודה:

כל חומר-בין מעובד ובין בלתי מעובד- כל מבלט ומכשיר, לרבות כל טובין אחרים, שהמשרד מזמן לזמן מסרם וימסרם לספק למטרת אספקת הטובין (להלן - "החומרים") וכן המיפרטים, הדגמים הינם, יהיו, ייחשבו ויישארו בבעלות המשרד בלבד, והספק מתחייב לא להשתמש בהם למטרה אחרת, לא להחליפם, לא למכרם. לא למשכנם, לא לשעבדם, לא למסור לאחר את השימוש בהם ולא להוציאם באופן אחר מבעלות המשרד. נמסרו לספק חומרים לייצור הטובין- קבלתם ע"י הספק תשמש הוכחה, כי היו בעלי איכות טובה ומתאימה להזמנה, אלא אם כן הספק הוכיח אחרת תוך זמן סביר. כל עוד החומרים יימצאו ברשותו או בפיקוחו, חייב הספק- על חשבונו הוא לאחסנם במקום ובאופן מתאים, לשמור ולהשגיח עליהם. הספק יהא אחראי לאובדן או לנזק לחומרים, או לכל חלק מהם, הנובעים מסיבה כלשהי- בין שהייתה, או שלא הייתה רשלנות מצדו, או מצד כל אדם אחר. כמו כן לפי דרישת המזמין ובהתאם להוראותיו יבטח הספק את החומרים. חומרים שהספק מספק למטרת אספקת הטובין האמורים, יהיו מאיכות כפי שנקבע במיפרט שבהזמנה או בנספח שצורף להזמנה.

3. בדיקת הטובין:

מבלי לפגוע בכל תנאי אחר מתנאי ההזמנה- המזמין או בא כוחו רשאי לבדוק את הטובין המוזמנים בכל שלב משלבי ייצורם, או הספקתם לפני קבלתם, בשעת קבלתם, או אחרי קבלתם, והספק ירשה למזמין לבדוק את הטובין בכל עת מתקבלת על הדעת, ולצורך זה יינתן לו דוגמאות מבלי לדרוש את תמורתו. המזמין רשאי לסרב לקבל את הטובין המוזמנים כולם, או מקצתם- אם לדעתו אינם מתאימים לדגמים ולמיפרטים, או אם הם לוקים בחסרונות, או בליקויים, או אם הם יוצרו לא מאותם החומרים שנמסרו לספק ע"י המזמין. הספק אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם אחר שיתגלה בטובין המוזמנים, או בכל חלק מהם הנובעים מטיב העבודה, או מטיב החומרים מהם יוצרו, או מאי התאמתם למפרטים, או לדגמים, והוא יפצה את המזמין בעד כל נזק והפסד שנגרמו, או ייגרמו לו, מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.

4. מסירת הטובין:

הספק ימסור את הטובין על חשבונו ואחריותו, ליחידה, או למחסן הנזכרים בהזמנה, בשעות ולפי סדרי העבודה המקובלים באותו מקום. מותנה בזה בפירוש, כי כל עוד הטובין לא נבדקו ולא אושרו ע"י המזמין, או בא כוחו, הם לא ייחשבו כטובין שנמסרו למזמין ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי לגביהם והמזמין או בא כוחו רשאים לפסול את הטובין משום שלא יהיו בהתאם להזמנה ומשעשו כן, על הספק יהא לסלק את הטובין על חשבונו ולהחליפם בטובין שיתאימו להזמנה, תוך 48 שעות מעת שנפסלו. או אם המזמין יקבע פרק זמן אחר- תוך אותו פרק זמן. במקרה שהספק לא יסלק במועד את הטובין שנפסלו- המזמין, או בא כוחו, רשאי לסלקם לפי ראות עיניו ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך. אם הספק לא יחליף במועד את הטובין שנפסלו- את כולם, או את מקצתם- המזמין רשאי לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות, או בשתיהן :-

- (א) לבטל את ההזמנה בכל אופן הנראה לו ולהתייחס אליה כבטלה.
(ב) לרכוש מכל מקור אחר טובין במקום אלו שנפסלו בין מאותו סוג ובין מסוג דומה- ולחייב את הספק בכל הפרש ובכל הוצאה, או תשלום שנגרמו על ידי כך.

5. תעודת משלוח וחשבונית מס :

הספק ימציא למזמין חשבונית מס בשלושה העתקים המתייחסות לטובין ויצרף לה תעודת משלוח, בה יצוין מספר ההזמנה.

6. זכויות המזמין :

1) אם כתוצאה מהבדיקה הנזכרת בתנאי 4 לעיל, או בכל דרך אחרת, יתברר למזמין כי הטובין המוזמנים - כולם או מקצתם - אינם מתאימים לדגמים ולמפרטים, או כי הם לוקים בחסרונות, או בליקויים, וכן אם הטובין המוזמנים - כולם או מקצתם - לא נמסרו למזמין במועד שנקבע בהזמנה, או המועד שהוארך ע"י המזמין, אם ניתנה אורכה כזאת, וכן בכל מקרה אחר שהספק הפר או לא קיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו, המזמין יהיה רשאי - לפי ראיות עיניו ולפי ברירה שבידיו ומבלי לפגוע בזכויות האחרות שבידיו לבטל את ההזמנה, או לצמצם את היקפה, או להזמין על חשבון הספק אצל ספק אחר את אותם הטובין, או טובין אחרים שלדעת המזמין מתאימים לשמש כתחליף לטובין המוזמנים, וכמו כן המזמין רשאי לתבוע את הספק בגין כל נזק שנגרם על ידי כך.

2) מיד לאחר שנמסרה הודעת הביטול למקבל ההזמנה, תחשב ההזמנה בטלה ומבוטלת.

3) המזמין שומר לעצמו זכות ברירה להמשך התקשרות לתקופה נוספת של: _____.

7. התשלום :

המחירים, תנאי התשלום וההצמדה שנקבעו בהזמנה הינם מוסכמים וקבועים מראש אולם אם הצעת הספק תוגש במטבע זר התשלום יבוצע בשקלים ע"פ השער היציג ביום האספקה ולא תשולם עליהם כל תוספת.

מדד הבסיס - הוא המדד מתאריך מסוים המשמש בסיס לקביעת הפרשי הצמדה שיחשבו החל מתאריך זה ועד ליום ההתאמה הבא.

המדד הקובע - לצורך חישוב הצמדה הוא המדד הידוע במועד האספקה המוסכם, או מועד האספקה בפועל - הנמוך מבין שניהם. מדד זה קובע את שיעור ההפרש שיש להוסיף למדד הבסיס (תכ"ם 3.8.0.0.7).

התשלום יעשה באמצעות זיכוי חשבון הבנק של הספק.

הספק מוותר על הזכות להמחות חיובים על-פי חוק המחאת חיובים התשכ"ט - 1969.

8. ערבות :

לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הזמנה זו, הספק יפקיד בידי משרד המזמין ערבות בנקאית, עפ"י המפורט בטופס ההצעה.
בנוסף לכך המזמין יהיה רשאי לנכות מכל סכום - שמגיע, או שיגיע לספק מהמזמין ו/או ממשרד ממשלתי אחר כל סכום שהספק יחוייב בתשלומו בהתאם לתנאי ההזמנה כולל פיצוי על נזקים, ובתנאי נוסף שקבלת הערבות על ידי המזמין לא תפגע בזכויותיו האחרות לפי ההזמנה או לפי החוק, והמזמין יהא רשאי לגבות כל סכום שהספק חייב בתשלומו בכל דרך אחרת המזמין יהיה רשאי גם לחלט את הערבות הנ"ל, לצורך התשלומים האמורים. הסכים המזמין לקבל מערבות שטרי חוב חתומים על-ידי הספק והערבות מתאימה, מורשה המזמין למלא בשטרות האמורים כל פרט החסר בהם, ולגבות את סכומם כאמור לעיל.
הרשאה שניתנה למזמין, כאמור, אינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה כל עוד הדבר דרוש לביצוע זכויות המזמין שלמענו ניתנה ההרשאה.

9. מסמכים:

כל המסמכים המצורפים להזמנה ומהווים חלק בלתי נפרד הזמנה, יראו אותם כמשלימים זה את זה. אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים, כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.

10. שונות:

א) שום ויתור, הימנעות מפעולה, מתן אורכה מצד המזמין, לא ייחשבו כויתור על זכויותיו של המזמין לפי הזמנה זו, ולא ישמשו מניעה לתביעה, אלא אם המזמין ויתר במפורש ובכתב.
ב) מסירת הטובין המוזמנים, כולם, או מקצתם-למזמין, כמוה כהסכמת הספק לקבלת ההזמנה על כל תנאיה.

11. הודעות:

כל ההודעות בקשר עם הזמנה זו יהיו בכתב ותימסרנה בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות בהזמנה ותיחשבנה כאילו הגיעו לתיעודן תוך 48 שעות ממועד מסירתן לבית הדואר, כיאות.

באו על החתום:

ביום: _____ בחודש: _____ בשנת: _____

מצד המזמין: שם: _____ תפקיד: _____ חתימה: _____

מצד הספק: שם: _____ תפקיד: _____ חתימה: _____

- נא למלא פרטי "המשך התקשרות" (האופציה) בכפיפות להוראות תכ"ם פרק רכישות- נסמן 3.7.1.1.1.