

18 ינואר 2026

לכבוד

ספקים המשתתפים במכרז

הנדון: מכרז לרכישת שולחנות ניתוח ניידים (Mobile)- עדכון

מכרז מס' 12599570 (10002760)

1. בהמשך לפרסום המכרז הנ"ל:-


סעיף 2.6.7 בדרישות המכרז

הפניה לחומר היצרן + פירוט המציע:	ז. השולחן יכלול מנגנון Collision control המונע התנגשות של חלקי השולחן או אביזרים מחוברים עם הרצפה.
----------------------------------	--

יתרון לשולחן שיכלול מנגנון Collision control המונע התנגשות של חלקי השולחן או

אביזרים מחוברים עם הרצפה.

2. ביתר פרטי המכרז אין שינוי,

בבליקה,

הלה עוקשי
מח' מכרזים