

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

11 בדצמבר 2025
מספרנו: הנ"ר/2025-0366
תיק:

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מח' פגים – חוו"ד לרכישת מערכת עריסת חימום לפגים/יילודים.

נדרשת רכישה של המערכת שבנדון בכמות 2 יח'.

במחלקות פגים ויונקים משמשות 6 מערכות מדגם THERMOCARE K תוצרת WEYER המשווקות ע"י חברת "מדליף".

מתוך הניסיון התפעולי נמצא כי המערכת מספקת מענה לכל נדרש ע"י הצוותים הקליניים ופועלת לשביעות רצונם. מתוך ניסיון התחזוקה, מדובר במכשור אמין וכמעט ללא תקלות.

להלן מאפייני המערכת:

- מערכת ייעודית ליילודים עד משקל 10 ק"ג הניתנת לנייד באמצעות גלגלים.
- חימום מובנה בתחתית העריסה הכוללת משטח גיל בהספק של 180W.
- שליטה ובקרת טמפרטורה דיגיטלית בתחום של 30°-38.5° C.
- תכולת מערכת אבטחה, התראות ויזואליות וקוליות וניתוק פעולה אוטומטי בחימום יתר.
- אפשרות כיוונון גובה העריסה בטווח 850-1150 מ"מ.
- אפשרות הטיית זווית העריסה (tilt) מעלה ומטה.
- דפנות חיצוניות ניתנות לפתיחה.
- דפנות פנימיות למניעת נפילה.
- מגירת אחסון ומדף.
- אישור אמ"ר תקף.
- עמידה בתקינה רגולטורית בינלאומית (FDA/CE).

הפתרון הנ"ל מוצע בארץ ע"י חברת "מדליף" בלבד. מבדיקה מקיפה של הנדסה רפואית אשר כללה את הספקים המוכרים בתחום הטכנולוגיות לפגים/יילודים (ביניהם החברות סיסטמדיק, גזית ולבנט טכנולוגיות), הוברר כי לא משווק בארץ מכשור מקביל למערכת חימום יילודים מבוססת עריסת ייעודית מתוצרת WEYER.

לנוכח הנ"ל, יש לראות ביצרן WEYER באמצעות חברת "מדליף" ספק בלעדי לרכישה זו, על כל המשתמע מכך.

בברכה,
מיטל ביסטוי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' לירן טמיר-הוסטובסקי
גב' אירנה צודקוביץ
מר משה צחייק
מהנדס רפאל ג'רסי