



09/02/26

לכבוד:

כלל המציעים:

מכרז פומבי מס' 255293 לאספקת מתכלים למעקר מי חמצן -

פלזמה עבור המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

1. להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה:

1.1. שאלה: "בית החולים משתמש במתכלים שאנחנו מספקים להם 32 שנים האחרונות.

הפריט היחיד שהתחדש הוא טייפ אינדיקטור כימי שנספק עבורו דוגמאות לבדיקה.
האם צריך להביא דוגמאות גם מהעטיפות אינדיקטור כימי וביוולוגי שנמצא בשימוש
בבית החולים?"

תשובה: לפריטים שאנו מכירים אין צורך לבצע הדגמה בכפוף לפניה מסודרת לגורם
המקצועי באמצעות טופס אישור הגורם המקצועי כי הטובין המוצע הודגם בפני
מרת"א בנספח ו' במכרז וקבלת אישור מהגורם המקצועי לאי ביצוע הדגמה.

1.2. שאלה: "פריט 1.1.2.16 לא קיים"

תשובה: במכתבי בסעיף 1.1 נפלה טעות סופר מדובר בפריט 1.1.2.1.6

1.3. שאלה: "בשאלות הבהרה מס' 32 בנוגע לשינוי תנאי סף – יש לציין לגבי האינדיקטור

הביוולוגי שעונה על דרישה 3.1 בנספח ג' והינו תקף למערכות STERIS VPRO ו
"STERRAD.

תשובה: ההגדרה מצוינת במפרט הטכני בסעיף 3.1 – תנאי סף 3.4 נותן מענה לעניין זה.

בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים