



12/02/26

לכבוד :

כלל המציעים :

מכרז פומבי מס' 255110 לאספקת דטרונטים למכונות שטיפה

וחיטוי עבור המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה :

מס"ד	נספח	מס' סעיף	השאלה	תשובה
1	א'	19. ערבות הצעה	איזה סוג ערבות (בנקאית או ערבות אחרת) ועל איזה סכום אתם מבקשים לקבל?	לא נדרש ערבות הצעה במכרז
2	ב' הצעת מחיר	22.1 אשכול א'	האם אפשר לתת הצעה לחומר מס' 1 באריזה של 20 ליטר (במקום 25 ליטר) וגם הצעה ב- 205 ליטר? אם כן, איך אנחנו צריכים לרשום את 2 ההצעות בטבלה?	נדרש להגיש הצעת מחיר למכלים של 25 לי' ומכלים של 205 לי'. תתאפשר סטיה של $\pm 20\%$ בגודל המיכל. השוואת ההצעות תתבצע פר ליטר בהתאם לגודל המיכל המתאים לשימוש במרת"א.
3	ב' הצעת מחיר	22.1 אשכול א'	האם אפשר לתת הצעה לחומר מס' 2 באריזה של 20 ליטר?	נדרש להגיש הצעת מחיר למכלים של 25 לי' ומכלים של 205 לי'. תתאפשר סטיה של $\pm 20\%$ בגודל המיכל. השוואת ההצעות תתבצע פר ליטר בהתאם לגודל המיכל המתאים לשימוש במרת"א.
4	ב' הצעת מחיר	22.1 אשכול א'	האם אפשר לתת הצעה לחומר מס' 3 באריזה של 20 ליטר?	ניתנת האפשרות לאספקה במכלים בגדלים שונים ובתנאי שגודל המיכל לפחות 10 ליטר

5	ב' הצעת מחיר	22.1 אשכול ב'	האם אפשר לתת הצעה לחומר מס' 1 באריזה של 5 ליטר וגם באריזה של 20 ליטר?	אפשרות לאספקה במכלים שגודלם ביו 5 עד 25 ליטר למיכל
6	ה' – הסכם ומוספיו	22. ביטוח	האם תוקף הביטוחים צריך להיות יחד עם הגשת המכרז וצריך לצרף את הביטוחים כבר בעת הגשת המכרז? או רק אחרי זכייה במכרז?	אין צורך לצרף אישור קיום ביטוח בשלב הגשת ההצעות. המציע הזוכה במכרז יידרש להמציא אישור קיום ביטוח
7	אשכול א	עמוד 34	נבקש אישור לספק את החומרים לתקופת ההדגמה במיכלים בגודל 10 ליטר	מאושר
8	אשכול ב	עמוד 35	נבקש אישור לאספקת חומר השרייה במיכל של 5 ליטר	כמציין במסמכי המכרז אפשרות לאספקה במכלים של 3-5 לי'
9	אשכול ב	עמוד 35	דרישה ל 6 יחידות : מערכת למיהול חומר אוטומטית. 1. נבקש לקבל מפרט טכני של המשאבה 2. לאשר שמדובר במשאבה למינון חומר בלבד האם נדרש שירות/ תחזוקה על חשבון הספק ?	נדרשת משאבה למינון של חומר בלבד או של חומר ומים ביחד. המשאבה תהיה אוטומטית ותופעל בלחיצת כפתור להוצאת החומר בהתאם למינון שהוגדר מראש. השירות והאחזקה של המשאבה תעשה על ידי החברה לאורך כל זמן תקופת המכרז.
10	גודל בקבוק	22.2	מסיר חלודה- האם להציע גודל של 4 ליטר או 20 ליטר?	סעיף 5 במפרט הטכני עודכן : אפשרות לאספקה במכלים של 1-4 לי'
11	איכות הדטרגנטים	47.1.2	האם הכוונה היא שהספק צריך לספק את האינדיקטורים עם חומר הניקוי?	לא. האינדיקטורים לבדיקת החומר יהיו אלה של בית החולים
12	מערכת מהילה לחומר אינזימטי	22.2.2	אם אין לנו להציע מערכת כזאת, האם עדיין נוכל להציע את החומר האינזימטי שלנו להשרייה?	לא. זוהי חלק מהדרישות לאספקה. ניתן להביא משאבה של צד שלישי שיהיה אחראי לתת שירות ואחזקה על חשבון הספק.
13	דטרגנט לשימון מכשור רפואי עם מאיץ ייבוש	22.1.3	אם הספק שלנו מתחייב במכתב רשמי שהחומרים שלנו אינם זקוקים למאיץ ייבוש, האם נוכל לוותר על הצעת פריט זה?	במידה ואין צורך בדטרגנט לשימון מכשור רפואי עם מאיץ ייבוש יש לרשום מחיר 0 בעלות.
14	נספח ה- הסכם ומוספיו	22	1. נבקש שהמילים: "ולטובת מדינת ישראל-משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל-אביב, ע"ש סוראסקי" ימחקו. 2. נבקש שלאחר המילים: "והתנאים הנדרשים" יתווספו המילים: "בהתאם למפורט להלן". נבקש שהמילים: "לא יפחות מהמצוין" יוחלפו במילים: "יהיו בהתאם למצוין"	הבקשות נדחות.

15	נספח ה- הסכם ומוספיו	22.1.1 / 22.1.2 /	3. נבקש שלאחר המילים: "אחריותו החוקית" יתווספו המילים: "של הספק". 4. נבקש שלאחר המילים: "כלפי עובדיו" יתווספו המילים: "של הספק". נבקש שלאחר המילים: "והשטחים המוחזקים" יתווספו המילים: "על פי דיני מדינת ישראל". 5. נבקש שהמילים "לא יפחת מסך" יוחלפו במילים: "בסך של" נבקש שהמילה: "שנה" תמחק.	הבקשות נדחות. סעיף 22.1.2 – מקובל כי המילה "שנה" תימחק.
16	נספח ה- הסכם ומוספיו	22.2.1 / 22.2.2 / 22.2.3 / 22.2.5 / 22.2.6 / 22.2.7 /	6. נבקש שלאחר המילים: "אחריותו החוקית" יתווספו המילים: "של נותן השירותים". 7. נבקש שהמילים "לא יפחת מסך" יוחלפו במילים: "בסך של" נבקש שהמילה: "שנה" תמחק. 8. נבקש שלאחר המילים: "CROSS LIABILITY" יתווספו המילים: "לעניין עיסוקו של המבוטח". 9. נבקש שלאחר המילים: "ייחשב רכוש צד שלישי" יתווספו המילים: "בתת גבול אחריות בסך של 1,000,000 ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח". 10. נבקש שלאחר המילים: "או פעלו בו יבטל" יתווספו המילים: "בתת גבול אחריות בסך של 1,000,000 ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח". נבקש שלאחר המילים: "מפריקה וטעינה" יתווספו המילים: "מכלי רכב". 11. נבקש שלאחר המילים "מחדלי נותן השירותים" יתווספו המילים: "ואחריותו בגין".	6. הבקשה נדחית. 7. הבקשה הראשונה נדחית. מקובל כי המילה "שנה" תמחק. 8. הבקשה נדחית. 9. סעיף 22.2.5 הוסר. מדובר במכרז לאספקת מתכלים. ראו השינויים בגוף הקובץ. 10. סעיף 22.2.6 הוסר. מדובר במכרז לאספקת מתכלים. ראו השינויים בגוף הקובץ. 11. הבקשה נדחית.
17	נספח ה- הסכם ומוספיו	22.4.2	12. נבקש שבמקום "60" ירשם: "30". 13. נבקש להסיר את המילה: "לפחות".	הסעיף יוותר ללא שינוי
18	נספח ה- הסכם ומוספיו	22.4.7	12. נבקש שהמילים: "לא יפחתו מהמקובל על פי" יוחלפו במילים: "יהיו בהתאם לנוסח ו-".	הסעיף יוותר ללא שינוי
19	נספח ה- הסכם ומוספיו	22.4.8	14. נבקש שלאחר המילים: "ככל שקיים" יתווספו המילים: "אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות נותן השירותים על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981"	מקובל.

20	נספח ה- הסכם ומוספיו	22.5	13. נבקש שבמקום המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" יוחלפו במילים: "ולתקופה של 36 חודשים לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים".	הסעיף יוותר ללא שינוי
21	נספח ה- הסכם ומוספיו	22.6	15. נבקש להסיר את המילים: "שבועיים לפני". 14. נבקש שהפסקה השנייה תמחק. ככל שידוע הפסקה עברה לדיון למול המפקח על הביטוח לאור נוסח הפסקה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
22	נספח ה- הסכם ומוספיו	22.7	15. נבקש להסיר את הסעיף הנ"ל. ישלח אישור ביטוח כמבוקש. הפוליסה כוללת מידע מסחרי.	הסעיף יוותר ללא שינוי
23	נספח ה- הסכם ומוספיו	22.8	16. נבקש להסיר את המילים: "ותנאי הכיסוי"	הסעיף יוותר ללא שינוי
24	נספח ה- הסכם ומוספיו	22.10	16. נבקש שלאחר המילים: "הפרה יסודית של הסכם זה" יתווספו המילים: "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור קיום ביטוחים במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו ארבע עשר ימי עסקים (14) ממועד בקשת האישור".	מקובל כי יירשם: "על אף האמור, אי הצגת אישור ביטוח בתוך 7 ימים מעת החידוש, לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם עומדים בדרישות סעיף ביטוח זה. יש להעביר את השאלה גם ליועצים המשפטיים.
25	נספח ה- הסכם ומוספיו	22.3.1.1	17. תשומת לבכם, במידה וקיים יצרן נוסף שאינו הספק, הוא לא מכוסה תחת פוליסת חבות המוצר של ברסלויער, ולכן יהיה עליכם לקבל ממנו אישור ביטוח בהתאם לדרישות הפוליסה	תשומת הלב לשינוי שבוצע בסעיף.
26	מוסף ב' להסכם	אישור עריכת ביטוחים	17. יש לצרף אישור ביטוח בנוסח האחיד בהתאם להוראות חוזר המפקח רשות שוק ההון. הנוסח שצורף הינו נוסח ישן ולא ניתן להחתים את המבטחת עליו. 18. יש להשלים את פרטי מבקש האישור וכן את יתר דרישות הביטוח באישור הביטוח לרבות הקודים המבוקשים בעמודת "כיסויים נוספים בתוקף".	דרישות הביטוח מפורטות במכרז במלואן ועל המציע לוודא את עמידתו בהן. על הספק הזוכה לוודא שביטוחים שערך לפי הנדרש מותאמים לפי הנדרש בסעיפי הביטוח. אישור אחיד יופק על ידי המבטח לאחר התאמת הביטוחים בהתאם לכללים הרגולטוריים של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא שיחולו על המבטח באותו המועד. דוגמת האישור האחיד תועבר למציע לאחר זכייתו במכרז.
27	נספח א'	5	19. נבקש להוסיף "ובלבד שהזוכה טרם ביצע הזמנה מהיצרן שלא ניתנת לביטול".	הסעיף יוותר ללא שינוי

28	נספח א'	6	20. נבקש להוסיף "ובלבד שהזוכה טרם ביצע הזמנה מהיצרן שלא ניתנת לביטול".	הסעיף יוותר ללא שינוי
29	נספח א'	7	21. נבקש למחוק הסעיף.	הסעיף יוותר ללא שינוי
30	נספח א'	32	22. נבקש להחליף את המילה "חייב" המילה "רשאי".	הסעיף יוותר ללא שינוי
31	נספח א'	106	23. נבקש להוסיף "ובלבד שהזוכה טרם ביצע הזמנה מהיצרן שלא ניתנת לביטול".	הסעיף יוותר ללא שינוי
32	נספח א'	120	24. נבקש להוסיף לאחר המילים "הליך משפטי" את המילים "שלא עוכב ביצועו".	הסעיף יוותר ללא שינוי
33	נספח ב' (חלק 1)	15	25. נבקש להוסיף "ובלבד שהזוכה טרם ביצע הזמנה מהיצרן שלא ניתנת לביטול".	הסעיף יוותר ללא שינוי
34	הסכם	5.6, 5.5	26. נבקש להוסיף "ובלבד שהזוכה טרם ביצע הזמנה מהיצרן שלא ניתנת לביטול".	הסעיף יוותר ללא שינוי
35	הסכם	5.7	27. נבקש למחוק הסעיף	הסעיף יוותר ללא שינוי
36	הסכם	16	28. נבקש הודעה מוקדמת בכתב לכל הסעיפים הקטנים של הסעיף.	הסעיף יוותר ללא שינוי
37	הסכם	21.2	29. נבקש להוסיף "בכפוף לפס"ד שביצעו לא עוכב ולאחר שניתנה לספק הזדמנות נאותה להתגונן".	הסעיף יוותר ללא שינוי
38	הסכם	32.2	30. נבקש להוסיף "ובלבד שזכויות הספק לא תיפגענה".	הסעיף יוותר ללא שינוי
39	הסכם	39	31. נבקש להפוך להדדי.	הסעיף יוותר ללא שינוי
40	נספח טו'		18. נבקש להוסיף כי "ההתחייבות לסודיות לא תחול במקרים להלן: - מידע שכבר היה ידוע לספק במועד קבלת המידע הסודי; - מידע שהגיע ו/או שיגיע לידיעת הספק מגורמים אחרים וללא הפרת התחייבות על פי נספח זה; - מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל; - מידע שפותח עצמאית על ידי הספק לרבות ידע מקצועי, שיטות עבודה, מתודולוגיה וכיוצ"ב; 32. מידע אשר גילויו נדרש עפ"י דין.	הסעיף יוותר ללא שינוי

41	נספח א	16.1	לגבי אשכול ב' נבקש לשנות סעיף זה שליצרן קיים נסיון מצטבר של לפחות 5 שנים באספקת דטרגנטים לבתי חולים בארה"ב ובמערב אירופה בהיקף של מעל \$100,000. חברת Steris הינה היצרנית הגדולה ביותר בארה"ב מעל 30 שנה של דטרגנטים מסוגים שונים המוצעים במכרז זה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
42	נספח ג'	אשכול א' 1	הבקשה היא לחומר משולב אנזימטי ואלקאלי עם PH בין 9-11 ואשר יתאים למגוון גדול של ציוד באספקה סטרילית. לחברת Steris קיים חומר אלקאלי מסוג Prolystica HP עם PH של 10.3. זוהי פורמולה ייחודית עם מרכיבים נוספים להגנה על המכשירים, עם תאימות למגוון גדול של ציוד שכולל אלומיניום, אנודייזד וכו'. מצב חומר קליני תומך. החומר נמצא בשימוש מספר שנים בבי"ח שיבא ובבי"ח רמבם הן במכונות Steris והן במכונות Belimed וGettinge עם תוצאות ניקוי מעולות. כמו כן, זהו דטרגנט מרוכז פי 2 וחסכוני בשימוש ובאחסון. נבקש לאשר ניסוי עם החומר כדי להתרשם מתכונותיו.	הצעת המחיר עודכנה ראו נספח ב- (חלק 2) בהצעת המחיר
43	נספח ג'	אשכול ב' 2	חומר אנזימטי להשרייה – האם ניתן להציע חומר אנזימטי להשרייה הכולל 2 אנזימים? הפורמולה הייחודית של Steris Prolystica HP כוללת תכונות של מניעת הקצפה – יתרון מאוד בטיחותי לצוות שחשוף לציוד בכיור ההשרייה. מצ"ב חומר קליני תומך.	הסעיף יוותר ללא שינוי
44	נספח ג'	אשכול ב' 3	תרסיס לניקוי ראשוני – הדרישה היא לתרסיס אנזימטי לניקוי ראשוני. לחברת Steris גיל לניקוי ראשוני שאינו מכיל אנזימים. אנזימים בספריי שמתפזרים באוויר עלולים לגרום לאלרגיה. לכן חברת Steris ייצרה תכשיר Pre Klensz שמצפה את הציוד הכירורגי בחומר שמונע התפתחות של בקטריות ושומר על הלחות עד 72 שעות. החומר נשאר על המכשירים בניגוד לקצף שמתפזר במהירות ולא נשאר על המכשירים. מצ"ב חומר קליני תומך	הסעיף יוותר ללא שינוי
45	נספח א תנאי מכרז	סעיף 2	מועד הגשה: מפאת השתתפות בכנס בדובאי של היצרן ושלנו עד ל תאריך 12.02, נבקש לדחות את מועד ההגשה לתאריך 18.02.2026	מועד הגשת המכרז נדחה עד 18.2.26 עד השעה 12:00

בכבוד רב,
 יורם הלוי
 מנהל יחידת מכרזים