

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובה
האם ניתן על אותו סעיף להגיש הצעות מחיר ל-3 יצרנים שונים? נפח מקפיא כ-720 ליטר. מה טווח הסטייה בנפחים שמקובל על בי"ח ומאושר להגשה בסעיף זה.	כללי	-	תשובה לדוגמא : ישנה בקשה לקבל מספר נפחים של מקפיאי (-40) - לכל נפח מוצע, יש להציע יצרן אחד
האם נפלה טעות כתיב בהגדרת הדרישה לדלתות פנימיות בדגם זה בנפחים קטנים אין אפשרות ל-4 מדפים. האם הדרישה הינה כללית או ספציפית לכל הנפחים בדגם זה.	מפרט טכני	1	מ-740 ועד 650, יש להציע את מרחב הנפחים תלוי נפחים - נפחים גדולים חייב דלתות ומידוף כנזכר, נפחים קטנים - יש לציין באיזה דגמים
האם ניתן להציע דגמים ב-30 מעלות.	מפרט טכני	יא - 2	אם אין אפשרות בנפחים קטנים - יש לציין מה הם הנפחים הקטנים בהם אין את האפשרות וכמה מדפים יש בהם
האם המכרז הינו מכרז מסגרת או מכרז רגיל לרכישת מקררים ומקפיאים? אם מדובר במכרז מסגרת – מהי תקופת תוקפו? אם מדובר במכרז רגיל – האם מדובר ברכישה חד-פעמית של כלל המקררים והמקפיאים הכלולים במכרז, או בהזמנות שיישלחו לאורך תקופה מוגדרת מראש כתקופת המכרז?	מפרט טכני	יא - 2	ניתן להציע מקפיא שיודע לתת טווחי טמפ' בין (-20) עד (-40)
האם המכרז אינו מכרז חד פעמי - לא רוכשים את כל הכמות בבת אחת, אלא רכישה לאורך השנים לפי צורך המרכז הרפואי	מפרט טכני	2	
בעמוד המיועד למילוי מחירים במסגרת המכרז לא ברורה התפלגות הדגמים (כמה יחידות מכל דגם) ונדרשת הבהרה כיצד להגיש מחיר לכל דגם.	כללי	1	המכרז אינו מכרז חד פעמי - לא רוכשים את כל הכמות בבת אחת, אלא רכישה לאורך השנים לפי צורך המרכז הרפואי
האם יש צורך לצרף למכרז הנוכחי מידע מפורט אודות כל הדגמים של המקררים והמקפיאים שאנחנו מציעים (קטלוגים, מפרטים טכניים, וכו')? לכל מקרר שקיבל אישור אמ"ר יש ולידציה לפי נוהל 126 של משרד הבריאות. האם ניתן להסתפק בשלב זה בהעברת אישור אמ"ר במקום להעביר את כל הקבצים הכבדים של הוולידציה?	הצעת מחיר	1	לכל מוצר יש מרחב נפחים - יש לפרט ולהציע את מרחב הנפחים באותה קטגוריה, כאשר לכל נפח מחיר משלו
האם יש צורך לצרף למכרז הנוכחי מידע מפורט אודות כל הדגמים של המקררים והמקפיאים שאנחנו מציעים (קטלוגים, מפרטים טכניים, וכו')? לכל מקרר שקיבל אישור אמ"ר יש ולידציה לפי נוהל 126 של משרד הבריאות. האם ניתן להסתפק בשלב זה בהעברת אישור אמ"ר במקום להעביר את כל הקבצים הכבדים של הוולידציה?	מבוא	ד' 6	חיובי
אנחנו מבקשים להרחיב את טווח הנפחים של הדגמים של המקפיאים ולאפשר הגשת הצעה גם עבור מקפיא מינוס 40- בנפח של 818 ליטר.	מפרט -40	א' 2	חיובי
			לא מקובל