

מכרז ממוכן מהיר 4/2026 – רכש ציוד לרכב תגובה רפואית מהירה

הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז ממוכן מהיר מס' 4/2026

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז הממוכן מהיר, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז כקבוע במסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי הבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
.1	סעיף 1.2 (כללי) עמ' 17 מסמכי המכרז	האם ניתן להגיש הצעה נפרדת רק למכשיר המוניטור? האם ניתן להציע מכשיר שווה ערך (מבחינת פרמטרים רפואיים ויכולת להתפרק ליחידות דפיברילציה ויחידת חולה) למכשיר קורפולס 3 שנדרש בסעיף?	הבקשה נדחית. בהתאם לאמור בסעיף 1.2.1 למכרז: "במסגרת מכרז זה ייבחר זוכה אחד בלבד שיכול לספק את כלל ערכת המוצרים שבמפרט הטכני. לא ניתן להציע הצעה חלקית לחלק מהמוצרים."
.2	סעיף 2 תת סעיף 1 (רשימת המוצרים בטבלה) עמ' 17 (נספח ה') מסמכי המכרז	האם ניתן להציע מכשיר שווה ערך (מבחינת פרמטרים רפואיים ויכולת להתפרק ליחידות דפיברילציה ויחידת חולה) למכשיר קורפולס 3 שנדרש בסעיף?	הבקשה נדחית. ברכב כבר מותקן מארז מותאם לשימוש במוניטור זה ולכן לא ניתן להציע מכשיר אחר.
.3	סעיף 2 תת סעיף 1 (רשימת המוצרים בטבלה) עמ' 17 (נספח ה') מסמכי המכרז	האם יש דרישות טכניות למתקן המוניטור ברכב ההצלה?	לא. המארז עליו יותקן המוניטור כבר קיים ברכב ומותאם למוניטור הספציפי המפורט במכרז
.4	סעיף 2 תת סעיף 22.51 (רשימת המוצרים בטבלה) עמ' 17 (נספח ה') מסמכי המכרז	הדרישה בסעיף היא למזרק תוך גרמי BIG /NIO מבוגר. האם ניתן להגיש במקום BIG מערכת IO מסוג EZ-IO ?	הבקשה מאושרת. אין מניעה להגשת מערכת IO אחרת בעלת אותן יכולות.