

15 ביוני 2026

סימוכין: 30-06

לכבוד
וועדת רכישות
באג

הנדון: רכישת מערכת כיסוי וצביעה עבור מעבדת פתולוגיה – ספק יחיד

למעבדה שבנדון, נדרש לרכוש מערכת כיסוי וצביעה מהדגם HISTOCORE SPECTRA. נדרשת מערכת משולבת של צביעה וכיסוי בעלת אוטומציה מלאה של תהליכי עיבוד דגימות רקמה. המכשיר ישמש לתהליך הכנה סליידים, שבמסגרתו יתבצעו שלבי הצביעה והכיסוי הנדרשים לצורך אבחונים על ידי פתולוג. המערכת חייבת לאפשר שימוש ב-6 פרוטוקולים סימולטנית ובאופן רציף, וללא צורך בכיול מחדש, שינוי קונפיגורציה או החלפת אמבטיית ריאגנטים במהלך יום העבודה. ליחס התאמה לנפחי העבודה ההולכים וגדלים ומקסים האפקטיביות התפעולית של המעבדה, על המערכת לתמוך בסלסלות עבודה בעלות קיבולת של שלושים סליידים לפחות. המערכת חייבת להיות בעלת האמינות הנדרשת, מלאה המערכת סריקת הסליידים הקיימת במעבדה, באופן המאפשר ניווט ישיר, מהיר ורציף של הסליידים מימכנת הכיסוי אל הסורק, ללא שלבי תיווך, הוצאת סליידים או החלפת מסגרות כמו כן, המערכת תיועד לשמש כגיבוי מלא ומעודד יתירות למכשיר הצביעה והכיסוי הקיים במעבדת ההיסטולוגיה לצורך איזון וניהול עומסים מבוזרי, דבר הנחשב אחדות ותאימות מוחלטת בין שתי המערכות ברמת פרוטוקולי העבודה. סוגי הריאגנטים והצורת הסרסלית, לבן רק המערכת הנ"ל יכולה לענות, על דרישות המעבדה.

מבדיקות וזעזוענו (התיעוצות עם מומחים, שיחות עם ספקים, חיפוש באינטרנט, מתברר שלחברת LILICA (ספק רגילים בע"מ) קיימת מערכת ייחודית התואמת את דרישות המעבדה למכשיר קיים אישור אמיר בתוקף ע"ב אישור (C) כנדרש וניתנה שנה אחרונה.

מדובר במכשיר ייחודי ויחיד, לאור נתונים אלה, יש לראות בחברת רגילים בע"מ ספק יחיד למקרה זה. מדובר במכשיר חיונית עבור ב"ח, כאשר רק לחברת רגילים בע"מ היכולת לספק את המכשיר הייחודי הנ"ל וכן לה יכולת המספקות של מתן שירותי תמיכה שוטפת, טיפולים מניעתיים וטיפול חירום למערכת. בהיותה הספק הרשמי של חברת LILICA בארץ למכשיר זה ובהיותה בעלת ידע טכנולוגי מוסמך ורחב וחלקי חילוף זמינים ומקוריים.

הואיל וכן, הריני ממליץ כי ועדת מכרזים תאשר התקשרות עם חברת רגילים בע"מ לטובת רכישת המכשיר, בהתקד מטר מוכרז לפי תקנה 12913 לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג-1993.

בברכה,
איגו אמיל לברניק
ראש תחום מעבדות
הנדסה ביו-רפואית

