

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

3 באוגוסט 2026
מספרנו: הני"ר/2026-0267
תיק: 1125

לכבוד
גבי ורד קצירגינסקי
מח' רכש

הנדון: תוכנית הצטיידות 2026 הריון בסיכון –
חוו"ד לרכישת אולטרסאונד נישא לשימוש ביתי מבוסס טלפון נייד.

אושרה רכישה של המכשיר בנדון בכמות של 350 יח', יש לממש 100 יח' בשלב זה.

מדובר במתמר אלחוטי בעל חיבור USB-C למכשיר טלפון חכם, המשמש לביצוע סקירת אולטרסאונד במצב הדמיה יחיד B-Mode. הפעלת המתמר הינה ע"י המטופלת באמצעות אפליקציה ייעודית המותקנת ע"ג טלפון הנייד וכמו כן, שליחת נתונים אל רופא מטפל וצפייה בתוצאות ההדמיה מרחוק.

להלן מאפייני המכשיר העיקריים:

- מספק סקירה במצב הדמיה B-Mode בתחום תדרים של 2-5MHz.
 - כל מכשיר מוגבל לכמות של עד 50 שימושים או 150 דקות עבודה.
 - איכות ההדמיה/צפייה מבוססת על עיקרון As Low As Reasonably Achievable בהתאם להגדרת היצרן.
- רצ"ב הצעת היצרן Pulsenmore ES לדגם Pulsenmore אשר נבדק ע"י הצוות הרפואי במסגרת פיילוט ונמצא מתאים לכל שנדרש. לא ידוע למשתמש על ספק חלופי לנדרש ולפיכך יש לראות ביצרן Pulsenmore ספק בלעדי לרכישה, על כל המשתמע מכך.

בברכה,
אליה הנדלוב שמייה
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: פרופ' אברהם צור
מר דוד בכר
מר ביטאן שוהם