



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



תאריך 26/08/2026

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי 25/2026 – אספקת מערכות דימות דנטליות דיגיטליות למרפאות השיניים של שירות
בתי הסוהר

הודעת תיקון מס' 01

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות
1.	עמ' 19 סעיף 1.2	שאלה מהו השם המסחרי של התכנה לניהול מרפאה? מי הספק המתחזק אותה? האם קיימים ממשקי API מתועדים? האם ספק התכנה מחויב לשתף פעולה להטמעת מגשר בין המערכת לתכנת הדימות? תשובה נדרשת התממשקות של תוכנת הסורקים מול מערכת PACS.
2.	עמ' 20 סעיף 5.2.2	שאלה אנו יכולים להציע סורק PSP עם חיבור USB ישיר למחשב, או מכשיר אחר עם חיבור LAN. חיבור LAN תומך במתאם USB המאפשר חיבור ישיר למחשב. האם חיבור LAN עם מתאם USB עומד בתנאי סעיף 5.2.2? סעיף 18.5.3.2, עמוד 27 חיבור למחשב המקומי יתבצע באמצעות Wi-Fi נא אשרו שניתן לחבר את הסורק למחשב המקומי באמצעות USB, LAN ו Wi-Fi. תשובה USB בלבד. הרשום בסעיף 18.5.3.2 הינו טעות סופר.
3.	עמ' 20 סעיף 5.4.1	שאלה רישוי תכנה מבוסס Dongle USB הנו אמצעי הגנה על זכויות יוצרים. זהו אינו רכיב זיכרון והוא מכיל אך ורק טקסט אלפה נומרי מוצפן לפתיחה של תכנת הדימות במחשב המקומי. הרישיון עבר את כל בדיקות הסייבר ונמצא בשימוש פעיל בזרועות הביטחון. בבקשה נמקו את הסיבה לסעיף זה במכרז כדי שנוכל להציע פתרון תוכנתי בהתאם. תשובה הדרישה היא שהרישוי לא יתבסס על Dongle USB. ככל שההצעה כן תתבסס על Dongle USB - היא תתקבל רק בכפוף



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



לבדיקה ולאישור מחלקת הסייבר של המזמין.			
האם חברת **** הנה ספקית ה PACS של שבי"ס? אם לא, מה שם מערכת ה PACS ומה שם הספק?	שאלה	עמ' 20 סעיף 6.3	.4
מערכת ה- PACS הקיימת אינה חלק מהאספקה במסגרת מכרז זה. המציע יידרש להבטיח ממשיק ואינטגרציה מול המערכת הקיימת, בהתאם לדרישות המכרז.	תשובה		
האם ניתן להגמיש את תנאי הסף בסעיף 3.2, באופן בו יהיה ניתן להציג ניסיון באמצעות מוצר המשווק על ידנו בישראל רק מחודש מאי 2026 ולהכיר בניסיון בינלאומי של יצרן המוצר בחו"ל לצורך עמידה בתנאי הסף ללא שינוי.	שאלה	עמ' 3 סעיפים 3.2.1 3.2.2	.5
	תשובה		

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 07/09/2026 שעה 12:00.
4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

**בברכה,
צוות מכרזים**