

08/05/2026
פרוגרמה מאושרת משרד

משרד הבריאות
פרוטוקול: מעבדה המחולית לבריאות הציבור -
באר שבע
ריכוז כ"א ושטחים

פירוט שטחים [מ"ר] נטו				
פירוט	מצבת כ"א	מעבדה	חיצוניים	
משרדים	15	115		מעבדה
מעבדות לסוגיהן		464		
שטחים כלליים ושטחי תמך		167		
שטחים חיצוניים			62	חיצוני
סה"כ כולל	15	746	62	
מקדם נטו / ברוטו =		1.6	1.4	
סה"כ שטח ברוטו כולל [מ"ר]		1,194	87	
		1,281		

08/05/2026		משרד הבריאות פרואקט f: מעבדה המחוזית לבריאות הציבור - פאר שפא פירוט כ"א וסטחים - מעבדה																			
פרוגרמה מאושרת משרד																					
#	פירוט	תפקיד/ חדר	טיפוס	מצבת כ"א	מס' עבודות / ליחידה חדר	שטח נטו שטח ליחידה [מ"ר]	סה"כ שטח נטו [מ"ר]	סוג עמדה	הערות												
1	משרדי המעבדה המחוזית לבריאות הציבור	מנהל מעבדה	D	1	1	13.3	13.3	ס													
		מוכירה	E	1	1	10.7	10.7	ס	כולל: תיוק וציוד												
		מנהלת הבטחת איכות	F	1	1	6.7	6.7	ס													
		ראש תחום מיקרו מזון	F	1	1	6.7	6.7	ס													
		עובד מעבדה	F	3	3	6.7	20.0	ס													
		ראש תחום מיקרו מים	F	1	1	6.7	6.7	ס													
		עובד מעבדה	F	2	2	6.7	13.3	ס													
		ראש תחום כימיה מזון	F	1	1	6.7	6.7	ס													
		עובד מעבדה	F	2	2	6.7	13.3	ס													
		ראש תחום כימיה מים	F	1	1	6.7	6.7	ס													
		עובד מעבדה	F	1	1	6.7	6.7	ס													
		אזור שירות משרדי				1	5.0	5.0	פ												
		סה"כ ביניים						15	16	---	115.5	-----									
2	מיקרו מזון	שקילות ומיחולים			1	30.0	30.0	ס													
		העברות וספירות - "מלוכלך"			1	30.0	30.0	ס													
		חדר הכנה לפני PCR (הפקה)			1	10.0	10.0	ס													
3	הכנת מצעים	חדר PCR			1	10.0	10.0	ס													
		הכנת מצעים			1	23.0	23.0	ס													
		חדרון פנימי לאחסון אבקות ביולוגיות (בתוך חדר בהכנת מצעים)			1	4.0	4.0	ס													
4	בקרת מצעים	בקרת מצעים			1	11.0	11.0	ס													
		מיקרו מים			1	30.0	30.0	ס													
		מיקרו מים (חדר מי קולחין)			1	9.0	9.0	ס													
5	מיקרו מים	חדר לגיונלה			1	14.0	14.0	ס													
		חדר הכנה לפני PCR (הפקה)			1	10.0	10.0	ס													
		חדר PCR			1	6.0	6.0	ס													
6	כימיה מים	עבודה רטובה			1	26.0	26.0	ס													
		מכשירים - אוטומטיק GC			1	18.0	18.0	ס													
		חדר ICP			1	18.0	18.0	ס													
7	כימיה במזון	מכשירים			1	28.0	28.0	ס													
		מכשירים ועבודה רטובה			1	36.0	36.0	ס													
		דגימות מוצרים מן החי (אורגנוליפטית) - אזור הערכה			1	13.0	13.0	ס													
8	חדרי מעבדה תפעוליים	דגימות מוצרים מן החי (אורגנוליפטית) - אזור הכנה			1	13.0	13.0	ס													
		חדר מקררים ופריזורים			1	21.0	21.0	ס													
		חדר אינקובטורים			1	22.0	22.0	ס													
9	אזור קבלת דוגמאות	חדר חומרים מסוכנים			1	6.0	6.0	ס													
		חדר שטיפת כלים			1	20.0	20.0	ס													
		חדר אוטוקלאבים			1	26.0	26.0	ס													
סה"כ ביניים						0	25	---	464.0	-----											
10	שטחים כלליים ושטחי תמך	תיקיון שוטף וציוד משרדי			1	10.0	10.0	ס	צמוד לחדר מזכירה												
		מחסן ציוד מעבדה ו- ציוד משקי			1	40.0	40.0	ס													
		חדר ישיבות בממ"ק ל 18 - 16 אנשים			1	25.0	25.0	ס													
		חדר ישיבות קטן			1	12.0	12.0	ס	ל- 6-8 אנשים												
		חדר הלבשה / לוקרים			1	8.0	8.0	ס													
		ארכיב			1	25.0	25.0	ס													
		מטבחון כולל מקומות ישיבה			1	14.0	14.0	ס													
		פינת קפה			1	6.0	6.0	ס													
		חדר תקשורת			1	12.0	12.0	ס													
		חדר אמהות			1	7.0	7.0	ס													
		חדר עביט / ניקיון			1	4.0	4.0	ס													
		חדר אשפה			1	4.0	4.0	ס													
		סה"כ ביניים						0	12	---	167.0	-----									
		סה"כ כולל נטו						15	53		746										
		מקדם נטו / ברוטו =									1.6										
סה"כ שטחים ברוטו [מ"ר] ללא שטחים חיצוניים									1,194												

08/05/2026

משרד הבריאות
פרוטוקול: מעבדה המחוזית לבריאות הציבור - באר שבע
פירוט שטחים חיצוניים למעבדה

הערות	דרישות	תיאור	שטח נטו [מ"ר]	כמות יחידות	שטח החדר	תיאור
	נקודות חשמל בהתאם לנדרש + נקודת תקשורת	כללי למעבדה	12	1	12.0	חדר חיצוני לגנרטור
	נקודות חשמל בהתאם לנדרש + נקודת תקשורת	צמוד לבניין ובעיקר חדר אוטוקלבים, כימיה במים, כימיה במזון	10	1	10.0	חדר מדחסים
לבחון אפשרות לאיגום כל בלוני הגז לחוות גזים משותפת. מותנה במיקום המעבדות ובתכנון הבניין	כל סוג של גז יכיל סעפת עם שעוני מדידת לחץ	העמדות כוללות: 2 בלוני גז בישול, 2 אצטילן, 1 ארגון, 2 הליום, 4 פחמן דו חמצני (CO2)	25	5	5.0	חדרי גזים
			5	1	5.0	2 פחי פסולת ביולוגית
			10	1	10.0	חדר אוסמוזה
			62	9		סה"כ כולל
			1.40			נקדם נטו / ברוטו =
			87			סה"כ F שטח ברוטו [מ"ר]