סיכום ועדת מכרזים – 1.11.2026

השתתפו:

חברי ועדת מכרזים -

- עו"ד שירי בן ארי, היועצת המשפטית
- ענאן נג'אר, ממונה מינהל בריאות במחוז
- רו"ח פיחאא פרהוד-סרור, מנהלת הכספים במחוז
- עדי פרץ, ס/ממונה מינהל בריאות במחוז

נציגי המעבדה -

- ד"ר עמנואל כלילי, מנהל המעבדה הכימית
- ד"ר אפרת ג'ינו, מנהלת המעבדה לבריאות הציבור
- ד"ר רינת טרדי-עובדיה,ס/מנהלת המעבדה לבריאות הציבור

1

סיכום הדיון:

1. ספקי המעבדה

תקנה 3 לתקנות חובת מכרזים קובעת מקרים על בסיסם ניתן לפטור ממכרז. תקנה 3(29) לתקנות קובעת פטור ממכרז בשל היות הספק בגדר ספק יחיד-במקרים בהם נדרשת התקשרות עם ספק שהוא היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לאחר בחינת קיום ספקים לפי תקנה 3 א.א לתקנות. המדובר בספק שהינו היחידי שיכול בנסיבות הענין לתת השירות ולעמוד בדרישות לרבות מטעמי יעילות וחיסכון לאחר שהיחידה בחנה האם אין ספקים אחרים, זאת על סמך חוות דעת של הגורם המקצועי הרלבנטי לנושא ביחידה.

אישור ועדת המכרזים, מותנה בפרסום הפטור במערכת "נעמה" באמצעות מחלקות הרכש למשך מינימום 10 ימים . אם בתום הפרסום לא הוגשו התנגדויות ע"י ספקים אחרים לפטור, אישור ועדת המכרזים יכנס לתוקפו. במקרה של הגשת התנגדות יוחזר המקרה לועדת המכרזים להחלטה חדשה.

כתובת: ת.ד. 800, שד' פלי"ם 15א' חיפה
דוא"ל: anan.najar@ibnaira.health.gov.il .
טל: 04-8632999 פקס: 073-7699285

العنوان: ص.ب 800, شدروت بليم 15, حيفا
بريد الكتروني: anan.najar@ibnaira.health.gov.il .
هاتف 04-8632999 فاكس 073-7699285

Address: Palyam Ave. 15a, P.O.B. 800
E-MAIL: . anan.najar@ibnaira.health.gov.il
Tel: 04-86329999 fax: 073-7699285

שם הספק	שירותים	היקף ההתקשרות	הסבר	החלטה
גי.פי.טק ח.פ 513016196	ביצוע תיקונים ורכש חלפים למערכת גזים /מימן מתוצרת גי.פי.טק.	50,000 ₪	היצרן שלח מכתב ובו מצהיר שמערכת המימן במעבדה היא מערכת ייחודית והוא היחיד שיכול לתת שירות תחזוקה ורכש למערכת זו שנבנתה על ידו.	ועדת המכרזים מאשרת בהתאם לתקנה 3 (29) תקנות חוברת המכרזים פטור מספק יחיד בעלות שנתית המוערכת ב- 50,000 ₪ כולל מע"מ בהתאם לאישור שהספק הציג ובכפוף לכך שהפרסום בנעמה לא יעלה הסתייגויות.

2

עו"ד שירי בן ארי | פיתאא פרהוד-סרור | ענאן נג'אר | פנינה אייזנקוט

כתובת: ת.ד. 800, שד' פלי"ם 15א' חיפה
טל: 04-8632999 פקס: 073-7699285
anan.najar@iohaifa.health.gov.il

العنوان: ص.ب 800, شدروت بلياح 15, حيفا
هاتف 04-8632999 فاكس 073-7699285
بريد الكتروني: anan.najar@iohaifa.health.gov.il

Address: Palyam Ave. 15a, P.O.B. 800
Tel: 04-86329999 fax: 073-7699285
E-MAIL: anan.najar@iohaifa.health.gov.il

ג'יפיטק בע"מ מערכות גזים וצנרת נקיה
GPTECH LTD. GAS SYSTEMS & PIPING TECHNOLOGY

תאריך: 18/10/2026

לכבוד

משרד הבריאות

המעבדה לבריאות הציבור חיפה

הנדון: מערכת גז מימן

א.ג.נ.,

חברת ג'יפיטק בע"מ מצהירה בזאת שמערכת המימן במעבדה הינה מערכת יחודית המשלבת , לוח וויסות עם החלפה אוטומטית , מערך גלאי גז ולוח בקרה שמאפשר קבלת אינדיקציות לחץ ממערכת הויסות ואינדיקציות מגלאי הגז ,המטרה של הלוח מלבד חיוויים היא להשבית את מערכת המימן במידה ויש דליפת גז במערכת , לוח זה הוא חיוני לשמירה על בטיחות העבודה עם מערכת המימן , הלוח תוכנן ונבנה ע"י חברתנו ואינו ניתן לטיפול ע"י אחרים , כל נסיון של גורם חיצוני להתערב במערכת הבקרה , יכול לגרום לתקלה בפעולה שלה ולהסרת האחריות מהמערכת , חברתנו הינה הספק היחיד המורשה לטפל במערכת.

בברכה

יהודה צרויה

P.O.Box 442 Nesher 3660301 Israel Ph.: +972-4-8200337 Fax: +972-4-8200338
דוא"ל: info@gptech.co.il :E-mail אינטרנט: www.gptech.co.il :Web
רח' התעשיה 32, ת"ד 442 נשר 3660301 טל': 04-8200337 פקס: 04-8200338



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	המעבדה הארצית לבריאות הציבור ומעבדת חיפה לבריאות הציבור
תאריך:	1.11.2026

אל: ועדת המכרזים

הנדון: <u>חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ</u>

הבקשה מסתמכת על תקנה ☒ 3(29) / ☐ 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
ביצוע תיקונים ורכש חלפים למערכת גזים ומימן מתוצרת ג'יפיטק לצורך ביצוע בדיקות כימיות במוצרי מזון ומים במעבדה לבריאות הציבור בחיפה.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? ☐ כן ☒ לא

סוג ההתקשרות: (סמן **X** במקום המתאים)

◆ טובין ☐ שירותים ☐ ביצוע עבודה

שם הספק:	ג'יפיטק בע"מ	
מספר הספק (ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה)	**513016196**	
ספק זה הנו:	◆ ספק יחיד	☐ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	☐ **היקף התקשרות <u>50,000</u> ₪, כולל מע"מ**	
תקופת ההתקשרות:	o עבור מעבדת ברה"צ חיפה – 01.1.2027-31.12.2027	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת**

נעשתה סקירת ספקים במטרה למצוא ספק רשמי בישראל היכול לתקן ולספק חלקים מקוריים למערכת גזים ומימן היצרן ג'יפיטק בע"מ שהותקנה במעבדה לפני כ- 4 שנים.

2. ממצאי הבדיקה:

מסקר הספקים שנעשה בתחום ולאור קבלת מכתב ספק יחיד רשמי של היצרן ג'יפיטק בע"מ, נמצא כי הספק בארץ: "ג'יפיטק בע"מ" הוא הספק היחיד המוסמך לבצע תיקונים ולייבא ולספק חלקים מקוריים למערכת גזים ומימן הקיימת במעבדה ואשר הותקנה על ידיו לפני כ- 4 שנים. הספק ג'יפיטק הוא שהתקין מערכת ייחודית הכוללת ווסת ולוח בקרה ייחודי שהותקנה במעבדה. מערכת גזים ומימן זו חיונית לשמירה על בטיחות העבודה עם מימן שהינו נפיץ. לא קיים ספק מקומי נוסף בישראל שיכול לבצע תיקון ותחזוקה נדרשת ברמה המקצועית האיכותית והבטוחה עבור המערכת של היצרן ג'יפיטק וכן לספק חלפים למערכת הקיימת. מצ"ב מכתב ספק יחיד.

3. נימוקים והערות נוספות

מכתב ספק יחיד של היצרן ג'יפיטק.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה
ד"ר עמנואל וולוביק כלילי	מנהל יחידת כימיה במעבדה לבריאות הציבור, חיפה	