



21/05/23

לכבוד:

כלל המציעים:

מכרז פומבי מס' 223816 לאספקת מקורי תרופות בנפחים שונים
לבית המרקחת, בנק הדם ומחלקות שונות עבור המרכז הרפואי ת"א
ע"ש סוראסקי

1. להלן התייחסות לשאלות/הבהרות למכרז שבנדון.

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1	ג'	אשכול א', סעיף 8	יש לנקות את חלל המקרר והחלקים החיצוניים רק לפי הוראות היצרן עם מטלית לחה טבולה בדטרגנט מדולל או חומר בלתי עפיץ.	מקובל
2	ג'	אשכול ב', סעיף 8	יש לנקות את חלל המקרר והחלקים החיצוניים רק לפי הוראות היצרן עם מטלית לחה טבולה בדטרגנט מדולל או חומר בלתי עפיץ.	מקובל
3	א	24	האם תידרש הצגה פיזית של כלל המוצרים? לא נוכל להזמין מוצרים לצורך הצגה בלבד. נבקש להסתפק בספציפיקציות טכניות מאת היצרן או בדגם שמצוי ברשותנו ומיועד להדגמות.	נדרש להציג קטלוג מפורט עם ספציפיקציות ותמונות
4	א	35.3	האם נדרשת עמידה בנוהל 126 עבור כל נפח או ניתן להסתפק באחד הנפחים (מדובר באותו יצרן)?	כל נפח זה דגם נפרד, יש להציג תעודת ולדיציה לכל דגם שלכל יצרן בכל נפח
5	א	36.1	ראה 3 מעלה. על מנת לדעת אם בעבר נמכרו למרת"א מקררים שהננו משווקים כיום, נבקש לקבל רשימה של היצרנים שאושרו בעבר ע"י מרת"א.	ללא שינוי
6	א	92.2	האם נידרש לשם כך להעביר את כל המידות הדרושות לפי המכרז?	נדרש לסמן בטבלה המפורטת נספח ב' (חלק 2) טופס הצעת מחיר האם אתם מגיש לפריט הצעה או לא מגישים לפריט הצעה. במידה והנכם מסמנים "הריני מגיש הצעה לפריט זה" נא פרטו מה נפח המקרר המוצע.
7	(בחלק 2)	1	האם ניתן להציע במטבע זר? מדובר במקררים מיובאים.	בשלב זה אין דרישה להגיש הצעת מחיר. לאחר בחירת ספקי המסגרת תערך פניה פרטנית לקבלת

<p>הצעות וככל והוגשה הצעה במטי"ח, אזי ביום פתיחת המעטפות מומר מטבע החוץ לשי"ח, כאשר ההצעות תיבחנה על יסוד שער ההמרה היציג המפורסם על ידי בנק ישראל הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות.</p>				
<p>טווח הסטייה המותרת בנפח המקררים הוא עד 15% – עודכן במסמכי המכרז.</p>	<p>האם ניתן להציע מקרר בנפח 347 ליטר במקום 400?</p>	<p>6 אשכול א</p>	<p>ב(חלק 2)</p>	<p>8</p>
<p>טווח הסטייה המותרת בנפח המקררים הוא עד 15% – עודכן במסמכי המכרז.</p>	<p>האם ניתן להציע מקרר בנפח 1355 ליטר במקום 1500?</p>	<p>6 אשכול א</p>	<p>ב(חלק 2)</p>	<p>9</p>
<p>טווח הסטייה המותרת בנפח המקררים הוא עד 15% – עודכן במסמכי המכרז.</p>	<p>האם ניתן להציע מקרר בנפח 347 ליטר במקום 400 ליטר?</p>	<p>6 אשכול ב'</p>	<p>ב(חלק 2)</p>	<p>10</p>
<p>טווח הסטייה המותרת בנפח המקררים הוא עד 15% – עודכן במסמכי המכרז.</p>	<p>האם ניתן להציע מקרר בנפח 1355 ליטר במקום 1200 או 1600?</p>	<p>6 אשכול ב'</p>	<p>ב(חלק 2)</p>	<p>11</p>
<p>בשלב זה אין דרישה להגיש הצעת מחיר. לאחר בחירת ספקי המסגרת תערך פניה פרטנית לקבלת הצעות וככל והוגשה הצעה במטי"ח, אזי ביום פתיחת המעטפות מומר מטבע החוץ לשי"ח, כאשר ההצעות תיבחנה על יסוד שער ההמרה היציג המפורסם על ידי בנק ישראל הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות.</p> <p>הפניה הפרטנית היא לתקופה שנעה בין 12- חודשים ועד מקסימום של 24 חודשים, כך שהצעתכם לפניה הפרטנית צריכה להיות בתוקף שנע בין 12- חודשים ועד</p>	<p>בהמשך לשאילתי במס"ד 7, 5 שנים זאת תקופה ארוכה. אבקש להציע במטבע זר ושהשער הקובע יהיה לפי ההצעה הפרטנית.</p>	<p>תנאים מיוחדים</p>	<p>ב(חלק 2)</p>	<p>12</p>

מקסימום של 24 חודשים ולא לחמש שנים				
נוהל 126 דורש תעודת ולידציה לכל דגם בכל נפח. תעודת ולידציה היא לדגם ולא לכל מוצר בנפרד.	יש דגמים שביקשתם מספר יחידות עבורם, האם נדרשת ולידציה עבור כל דגם באופן חד פעמי או עם כל אספקה.	אשכול א ובי סעיף 3	ג	13
הסעיף מבוטל	נבקש לבטל את הסעיף שכן לא מדובר במכשור רפואי	21.2.2	ה	14
ניתן לתאם מול קניין הרכש אייל לביא בטל' – 052-4266238	נבקש לקבל את פרטי הגורם המקצועי: שם, טל', מייל		ו'	15
טווח הסטייה המותרת בנפח המקררים הוא עד 15% – עודכן במסמכי המכרז.	מהו הטווח המותר לסטייה בנפח המקררים הנדרשים (בליטרים)?	עמ' 32-33	נספח ב	16
נספח ג' עודכן	סעיף 12 מאשכול ב' חסר באשכול א'	עמ' 36	נספח ג'	17
הסעיף עודכן לנוסח להלן: "12.1 מקררים בנפח עד 600 ליטר, יסופקו למרת"א בתוך 7 ימי עבודה ממועד ביצוע ההזמנה על ידי מרת"א. 12.2 מקררים בנפח מעל 600 ליטר, יסופקו למרת"א בתוך 60 ימי עבודה ממועד ביצוע ההזמנה על ידי מרת"א, אלא אם נקבע אחרת בין הצדדים."	סעיף 12 הינו סעיף דרקוני ולא מעשי כי הוא מחייב את הספק להחזיק מלאי זמין של כל הפריטים המוצעים	12.1	ה	18

2. יש להוריד את מסמכי המכרז המעודכנים מאתר מנהל הרכש הממשלתי.

בכבוד רב,
 יורם הלוי
 מנהל יחידת מכרזים