

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	מכון גסטרו
תאריך:	01.06.23

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095084737	PENTAX THERAPEUTIC NEW VIDEO ULTRASOUND GASTROSCOPE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	גטר גרופ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520042326
מספר ספק בשיבא	71160
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	103,800 יורו+מע"מ

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

31 במאי 2023
מספרנו: הנ"ר/2023-0138
תיק: 6-1130, 7005

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: **מכון גסטרו –**
חו"ד לרכישת וידאו-גסטרוסקופ אולטראסוני (EUS) .

טופס השבתה

המתמר האולטראסוני שבנדון דגם EG38-J10UT (מס"ד A120145), ניזוק ונשלח לחברה לצורך בדיקה, הובהר כי המכשיר אינו ניתן לתיקון, לפיכך הושבת.

מדובר בגסטרוסקופ טיפולי מבוסס מתמר אולטראסוני אשר הינו חלק ממערכת אנדוסקופית שלמה מתוצרת חברת PENTAX-HITACHI המשמשת במכון גסטרו.

המערכת כוללת בין היתר מכשיר אולטרסאונד, פרוססור, מתמרים ומכשור קצה נוסף, כאשר בין טיפולים נדרש מכשור הקצה לעבור הליכי עיקור.

כנגד השבתת המתמר הנ"ל נדרשת רכישת חלופה באופן מידי על מנת לאפשר המשך הרציפות הטיפולית במכון.

רצ"ב הצעת חברת "גטר גרופ" מס' 230163/2023 לרכישת דגם זהה בעסקת טרייד-אין, אותה יש לממש.

למען הסר ספק, לא ניתן לשלב במערכת הקיימת במכון מרכיבים שאינם מתוצרת PENTAX, ולפיכך יש לראות ביצרן זה באמצעות נציגו, ספק בלעדי לרכישה זו.

הערות:

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל המוסד (ולא 12 חודשים כמצוין ע"ג ההצעה).

ב ב ר כ ה,
מיטל בן סטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: ט. השבתה + הצעת מחיר

העתקים: דר' עידן לוי
מר רפאל גירסי