

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

8 ביוני 2023
מספרנו: הנ"ר/2023-0146
תיק: 1120-9

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: ביה"ח כללי – חו"ד לרכישת השלמות למערכות ניטור חולה
הצטיידות 2023

א. בעקבות התיישנות מערכות ניטור הנמצאות במחלקות המוזכרות, נדרשת רכישה של השלמת אביזרים ורכיבים למערכות ניטור חדשות. הרכישה תתבצע באמצעות אספקה חלקית של מכשור ממאגרי בית החולים בתוספת רכישה משלימה של שאר המרכיבים הדרושים.

החלפת מערכות ניטור נדרשת במחלקות הבאות: שנת"ח, נפרולוגיה

ב. למחלקות לעיל יסופק מכשור בהתאם לטבלה הבאה:

מחלקה	מכשור קיים	מכשור לרכישה
שנת"ח	13 מוניטורים מדגם EPM-12M תוצרת Mindray	1 תחנת ניטור מרכזית 2 מסכים 12 זרועות 1 עגלות (מעמד למוניטור נייד)
נפרולוגיה	4 מוניטורים מדגם EPM-12M תוצרת Mindray	1 תחנת ניטור מרכזית 2 מסכים 4 זרועות

ג. לרכישת תחנות מרכזיות:

מימוש מהצעת מחיר Q2302111 של חברת בפקס לתחנה מרכזית מדגם Std CS תוצרת Mindray.

- יש לממש פריט 1 (תחנה מרכזית) בכמות של 2 יח'.
- יש לממש פריט 2 (מסכים לתחנה) בכמות של 4 יח'.

ד. עגלה למוניטור נייד:

מימוש מהצעת מחיר Q2302111 של חברת בפקס לדגם iPM Rolling Stand תוצרת Mindray. יש לממש פריט 3 בכמות של 1 יח'.

הבהרה:

יש לממש הרכישה בסעיפים ג', ד' מתוצרת Mindray בלבד. מדובר בהשלמה למערכת ניטור שתסופק למחלקות ממלאי בית החולים. לא ניתן לרכוש רכיבים של מערכת ניטור מיצרנים שונים משיקולי תקשורת וניהול מידע. בהתאם לכן יש לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

ה. זרועות:

- מימוש ממכרז 12099303 – נדרשת רכישה של 16 זרועות בהתאם להצעת מחיר מחברת זילברמן מסי 23000131. כל יחידה תכלול: מסילה, זרוע וסלסלה.
- מימוש הצעה 23000134 של חברת זילברמן לרכישת מתאמים לחיבור מוניטור מהדגם הקיים בשיבא לזרועות. יש לממש בכמות של 16 יחידות.

סעיף תקציבי לרכישה – בהתאם לסימוכין

מומלץ לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים למערכת על כל מרכיביה.

בברכה,
ענבר אמוץ-טוישן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתק: גב' גרוס-בנד אילנה