



## במדינת ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לקהל המציעים שלום,  
הנדון: מענה לשאלות הבהרה מכרז 2-2023 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת LC/MS/MS

מספר סידורי	שאלה/ בקשה	הסעיף במכרז	תשובות המשרד
1	תאריך ההגשה סמוך מאוד לתאריך יציאת המכרז. כתוצאה מחגים בארץ ובחול"ל אין מספיק ימי עבודה כדי לבצע את ההדגמה בזמן להגשת המכרז. נבקש לדחות את תאריך ההגשה.	עמוד ראשון	תאריך הגשה נדחה 04/06/2023
2	תמחור המערכת כולל 3 שנות אחריות. איזה ניקוד יקבל מי שיתן אחריות נוספת ללא עלות?	5.2 ד'	אין ניקוד עודף על אחריות מעבר לתקופת האחריות המבוקשת
3	האם צירוף פרוספקט עם לוגו של היצרן מספיק להוכחת יצרן המערכת?	5.3.2	כן. מסמך רשמי מטעם היצרן
4	האם מדובר על ערכי LOD או LOQ?	5.3.4	שניהם
5	מדוע נדרשים 350 ויאלים, ולא 200? במערכת שלנו ישנו מקום ל-216 ויאלים, בהרצה של 15 דקות לדוגמה, עדיין מדובר בעבודה רציפה של מעל 48 שעות. אנא אשרו ש-216 שעות. אנא אשרו מספיקות. אם לא, אנא הסבירו מאין נובע הצורך.	נספח ט' סעיף HPLC 12	ניתן להסתפק ב-216 ויאלים
6	מערכת שעובדת בלחץ שמעל 1000bar נחשבת מערכת UHPLC. במערכת אלו ניתן לעבוד עם קולונות micron sub 2. מדוע יש דרישה ללחץ של 1200 bar?	נספח ט' סעיף HPLC 5	1. ככל שהמערכת מתקדמת יותר, היא מאפשרת עבודה בלחץ גבוה יותר. 2. אנחנו לא מעוניינים להגביל את העבודה לקולונות מסוג מסויים.
7	עמ' 16 נספח 5.3.4 סעיף ג'	האם ניתן לשנות את הדרישה שהדוח של הדגמה ייחתם על ידי מורשה חתימה אצל היצרן - לכך שהדוח ייחתם על ידי מבצע הבדיקה מטעם היצרן ובנוסף על ידי מורשה חתימה של המציע (הנציג המקומי)	אין שינוי בדרישה
8	2.2 ב.	נבקש להבהיר כי האחריות לארגון וסידור חלל מתאים, וההכנות הדרשות להטמעת המערכת, הן על אחריות המזמין.	ארגון וסידור חלל מתאים, כולל הכנות של תשתית חשמל באחריות המזמין. תשתיות והכנות אחרות,

כגון צגרת גזים באחריות הזוכה.			
אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש למחוק את המילה "יבטיחו את" ולכתוב במקום "מטרתם לשמור על".	2.4.1	9
אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש להוסיף בסוגריים אחרי המילה "המזמין" את המילים – "ו/או מי מטעמו ו/או מכל סיבה שאינה באחריות הזוכה".	2.4.2 ה. 2.4.2 ה.	10
מקובל	נבקש לשנות את המילים "תוך 24 שעות" ל- 2 ימי עסקים.	(2.4.1 ג.2)	11
מקובל	נבקש לשנות את המילים "תוך 24 שעות" ל-3 ימי עסקים.	(2.4.1 ג.3)	12
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילים "ברציפות עד לסיומו לשביעות רצון המזמין" ולהוסיף את המילים "במשך זמן סביר". נבקש למחוק את המילים "אי תיקון הנזק ע"י הזוכה..." ולהוסיף במקום את המילים "רק במידה והזוכה לא תיקן את הנזק תוך זמן סביר, לאחר שהמזמין יידע אותו על הנזק".	(2.4.1 ד.9)	13
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המשפט השני ('במקרה בו... התקלה כמתוכנן'). על מנת לטפל בתקלה על הספק ליצור קשר עם נציג המזמין, ואחריותו של המזמין, ככל שדיווח על תקלה, למנות מטעמו נציג זמין לצורך הטיפול בתקלה זו.	(2.4.1 ד.1) (טעות המספור במקור)	14
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש לשנות ולכתוב במקום "לשביעות רצון נציג המזמין" את המילים "ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים ועד לפתרון מלא של התקלה".	(2.4.1 ד.2)	15
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש לשנות את המילים "היא של המזמין בלבד" למילים "בהודעה ובתיאום מראש של המזמין לספק, בה הראשון יפרט על התקלה לאחר ובצירוף תיעוד".	(2.4.1 ד.7)	16
		<b>חוברת ההצעה</b>	
אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש למחוק את המשפט "לא תהא לנו... לביצוע השירותים".	1.3	17
ההצעה מתקבלת.	נבקש להוסיף לאחר המילים "הסתייגויות או הערות" את המילים "אלא אם אלה הוסכמו על ידי הצדדים".	1.5	18
תקופת ההתקשרות הראשונה – היא 3 שנים. תקופת ההתקשרות	נבקש לשנות תחת העמודה של כמות משוערת לצריכה בתקופת ההתקשרות מ-7 שנים ל-8 שנים.	2.2	19

הנוספות הן 7 – בסך הכל 10 שנים.			
			<b>נספח</b>
אין שינוי במסמכי המכרז. יש לשים לב כי גבול האחריות המינימלי הנדרש מהספק הינו 4,000,000 ₪ כך שלא ברור מדוע עולה השאלה.	עמ' 59 סעיף 2(5) – סייג רכוש בשליטתו, פיקוחו, חזקתו של הספק יבוטל עד לסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.	ב' – תכולת הביטוח הנדרשת מהספק	20
אין שינוי במסמכי המכרז. יש לשים לב כי גבול האחריות המינימלי הנדרש מהספק הינו 4,000,000 ₪ כך שלא ברור מדוע עולה השאלה.	עמ' 59 סעיף 2(6) – סייג רכוש שהמבוטח פועל בו יבוטל עד לסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.		21
הבקשה נדחית	עמ' 60 סעיף 4(2) – שורה ראשונה למחוק את המילים: "ובגין כל הפועלים מטעמו"		22
הבקשה נדחית. יחד עם זאת, ניתן להוסיף את המלל הבא: <b>כחלופה לעריכת הביטוח, וככל והספק בחר בחלופה זו שלא לערוך את הביטוח האמור, במלואו או בחלקו, הספק פוטר (בשמו ובשם הבעלים של הרכוש, ככל והספק אינו הבעלים של הרכוש) מאחריות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועובדיהם מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לצידוד כאמור כאילו ערך את הביטוח במלואו ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועובדיהם. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.</b>	עמ' 60 סעיף 5 – שורה ראשונה יש למחוק את המילים: "למכון הווטרינרי בראשון לציון. שורה שלישית למחוק את המילים: "...שיוצב באופן זמני.. בראשון לציון".		23
הבקשה נדחית	עמ' 60 סעיף 6(2) שורה שניה, במקום "60" יירשם "30".		24
הבקשה נדחית	עמ' 61 סעיף 6(4) שורה ראשונה, למחוק את המילה "בלעדית".		25
המילים " וכל עוד אחריותו קיימת"	עמ' 61 סעיף 6ב' – שורה שניה, במקום המילים: "וכל עוד אחריותו		26

		קיימת" יירשם: "ולמשך 3 שנים נוספות מסיום ההתקשרות".		תימחקנה. ללא תוספת מלל.
27		עמ' 61 סעיף ג' – שורה שניה. לאחר המילים: "חתימת החוזה" יירשם: "או בתוך 10 ימים מיום שיומצא נוסח אישור ביטוח תואם להוראות המפקח על הביטוח, לפי המאוחר". שורה שלישית – למחוק את המילים: "לכל המאוחר שבעה ימים"		הבקשה נדחית
28		עמ' 61 סעיף 6 ד' – שורה שניה, לאחר המילה "בחלקן" יירשם: "ו/או אישורי ביטוח". שורה רביעית, לאחר המילה "בחלקן" יירשם: "ו/או אישורי ביטוח".		הבקשה נדחית
29		עמ' 62 סעיף 6 ז' – בסיום השורה יש להוסיף: "על אף האמור בסעיף זה, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר לקבלת אישור הביטוח כאמור".		מקובל כי תבוא הסיפא: "על אף האמור לעיל אי הצגת אישור ביטוח תוך 5 ימי עסקים מעת החידוש לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם כוללים את התנאים הנדרשים לפי הסכם זה.
30	אישור ביטוח	לא צורף נוסח של אישור ביטוח למכרז/להסכם ההתקשרות על כן אנא העבירו אותו בהקדם וכן אנא תנו שבוע ימים על מנת שיועצי הביטוח יוכלו להעיר על האישור במידת הצורך. לחלופין ככל ולא יימסר אישור ביטוחים מראש אנא אשרו כי נוסח אישור הביטוחים יוסכם מראש בין המציע הזוכה למזמין.		על פי הוראות רשות שוק ההון החובה של הפקת אישור הביטוח היא של המבטח ובהתאם לתנאי הפוליסה. דרישות הביטוח מפורטות במכרז במלואן על הספק באמצעות סוכן או יועץ מטעמו ליישמן בביטוחיו כנדרש. לבקשת ספק שיזכה תועבר לו דוגמה של אישור ביטוח על מנת שיוכל לוודא מראש כי האישור שהוצג לפי תנאי הפוליסות שנערכו והותאמו כנדרש בהסכם מגלם את כל המידע שניתן להציג במסגרתו לפי הוראות הרגולציה ופוליסות שהותאמו לפי המכרז.
			<b>הסכם התקשרות</b>	
31	עמ' 52 סעיף 19	בסוף הסעיף יש לרשום: "על אף האמור בסעיף זה, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה		ההצעה לא מתקבלת.

	יסודית אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר לקבלת אישור הביטוח כאמור".		
ההצעה מתקבלת. המכרז יתוקן בהתאם.	במקום "סעיף 15 א" יש לרשום: "סעיף 19".	עמ' 55 סעיף 22.5 ב'	32
ההצעה מתקבלת. המכרז יתוקן בהתאם.	נבקש לשנות את המילים "להיות ברשותו" למילים "יעמדו לרשותו".	3.2	33
ההצעה לא מתקבלת.	נבקש לשנות את המילים "אם בכוונתו לראות בפעולה העברת זכויות כאמור בסעיף זה" ל-"האם חוות דעתו המשפטית והמקצועית היא כי יש לראות בפעולה זו כהעברת זכויות כאמור בסעיף זה, לפי הוראות כל דין".	4.2	34
ההצעה לא מתקבלת.	נבקש למחוק את המשפט "הטובה ביותר.....ותוצאותיו".	5.3	35
ההצעה לא מתקבלת.	להוסיף בסוף המשפט אחרי המילה "זה" את המילים "בצורה סבירה ובתיאום מול הזוכה".	5.4	36
ההצעה מתקבלת. המכרז יתוקן בהתאם.	נבקש להוסיף את המילים "למעט עיכובים שנגרמו בשל כוח עליון" לאחר המילים (להלן-"פיגור").	7.5	37
ההצעה מתקבלת באופן חלקי רק לגבי סייג כוח עליון. כל שאר המבוקש אינו מקובל. ר' תשובה לשאלה 37 לעיל.	רישת הסעיף אינה מקובלת. נבקש להוסיף הודעה מראש לספק המפרטת את 'אי ביצוע כנדרש של המשימה' ומתן אפשרות תיקון של שני ימי עסקים. בנוסף, נבקש להוסיף סייג "שלא נגרם עקב כוח עליון".	7.6	38
ההצעה לא מתקבלת.	המשרד מתחייב לדווח באופן מידי למזמין על כל תקלה ו/או חשש לנזק למוצרים, באופן אשר כולל תיעוד ו/או פירוט.	8	
ההצעה לא מתקבלת.	נבקש להוסיף את המילים "וזוה יקבלו בתיאום עם הזוכה, תוך זמן סביר".	9.6	39
ההצעה לא מתקבלת.	נבקש למחוק את המילים "לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל נימוק סביר", ולכתוב במקום "בתיאום מראש עם הספק, בהודעה מראש אשר תפרט נימוקים סבירים לבקשת המזמין".	9.8	40
ההצעה מתקבלת. המכרז יתוקן בהתאם.	נבקש לשנות את המילים "שבעה ימים" ל-"עשרה ימי עסקים".	13.1	41
ההצעה מתקבלת. המכרז יתוקן בהתאם.	נבקש להוסיף אחרי המילים "למשרד כל חומר" את המילים "שהמזמינה תבקש".	13.3	42

	נבקש להוסיף אחרי המילים "כל חומר כאמור" את המילים "שביקשה המזמינה".		
ההצעה לא מתקבלת.	נבקש למחוק את המילים "או חשש לניגוד עניינים". נבקש להוסיף בסוף הסעיף אחרי המילים "על חשבון הספק" את המילים "בהתאם לכל דין ובאופן סביר".	15.4	43
ההצעה לא מתקבלת.	נבקש למחוק את המשפט "הופסקה התקשורת...כלפי המשרד".	21.1	44
ההצעה לא מתקבלת.	הס' לא מקובל ומעקר משפטית את ס' 21.1 במידת מה. יש למחוק אותו או לכל הפחות לשנות אותו כך שתינתן הודעה 60 יום מראש ובכתב אשר מציינת מה הפגם ו/או התקלה בצירוף תמונות ו/או מסמכים רלוונטיים, ולספק תינתן אפשרות ערעור.	21.2	45
ההצעה לא מתקבלת.	נבקש למחוק את הסעיף.	21.3	46
ההצעה לא מתקבלת.	נבקש למחוק את המשפט "מבלי לגרוע מכלליות...בהקשר לעבודה". נבקש למחוק את המילים "בלוח זמנים קצר" ולכתוב במקום "תוך זמן סביר".	21.4	47
ההצעה מתקבלת. המכרז יתוקן בהתאם.	נבקש להוסיף אחרי המילים "אחד מהמקרים המפורטים להלן" את המילים "להחריג כוח עליון".	21.5.1	48
		<b>נספח ט' מפרט טכני</b>	49
מקובל. ניתן לשנות ל: MRM acquisition rate: 500 per second maximum	האם ניתן לשנות דרישה ל- Maximum MRM acquisition rate ? 500 MRMs/sec	עמ' 63 סעיף Mass Spectrometer סעיף 10	50
ניתן לשנות: injection precision (RSD): ≤1%	האם ניתן להוריד את הדרישה ל- ? Injection Accuracy	עמ' 64 סעיף HPLC סעיף 16	51

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין הנוסח המופיע במסמך זה לנוסח המופיע במכרז, יגבר הנוסח במסמך זה. המציע יחתום על מסמך זה על ידי מורשה החתימה מטעמו ויצרף אותו להצעתו.

בברכה,  
משה חליאווה.  
מחלקת מכרזים.  
טלפון-03-9485207