

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

8 במאי 2023  
מספרנו: הני"ר/2023-0122  
תיק: 6-1130, 7014

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' הרכש

**הנדון: מכון ריאות – חוו"ד לרכישת וידאו-ברונכוסקופ דגם EB15-J10 תוצרת PENTAX.**

טופס השבתה

מכשיר וידאו-ברונכוסקופ דגם EB-1570K (מס"ד G122084) מתוצרת PENTAX, נשלח לתיקון והובהר ע"י נציגת היצרן, חברת "גטר-גרופ" כי עלות השמשת המכשיר גבוהה ולפיכך אין כדאיות כלכלית לביצוע התיקון.

רצ"ב הצעת החברה לרכישת הדגם המחליף, EB15-J10 בעסקת טרייד-אין, אותה יש לממש.

המכשור מהסוג הנ"ל במכון ריאות מבוסס על תוצרת PENTAX ומתחבר למגדל מתוצרת יצרן זה. מאחר ולא ניתן לחבר למערכות הקיימות מרכיבים מתוצרת יצרן אחר זולת PENTAX, יש לראות ביצרן זה באמצעות נציגו, ספק יחיד לרכישה.

ניתנה תקופת אחריות של 12 חודשים.

בברכה,  
מיטל בייסטר-פסח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: טופס השבתה + הצעת מחיר