

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

27 ביוני 2023
מספרנו: הני"ר/2023-0171
תיק: 1001, 1128

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: חדר ניתוח – חו"ד לרכישת מכשיר מד קרישת דם (ACT).

- א. תכתובת מיום 30.3.23
ב. התחייבות הספק להדרכה טכנית- דוא"ל מיום 22.6.23
ג.
1. בהתאם לסימוכין א', נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 1 יח'.
מדובר במכשיר נייד לבדיקת Point of Care מהירה של פרמטר (ACT) Activated Clotting Time ופרמטרים נוספים.
2. מכשור מד קרישת דם בביה"ח מבוסס על שני דגמים עיקריים אשר עבורם נרכשים מתכלים ייעודיים:
- דגם ACT Plus מתוצרת Medtronic בכמות 5 יח' המצויים בצנתורים.
- דגם Hemochron Signature Elite מתוצרת Werfen (לשעבר ITC) המשמשים בחדר ניתוח, אנגיו, ט.ג. ניתוחי לב, ט.ג. כללי.
3. הובהר ע"י המשתמש בסימוכין א', כי הדגם המועדף על ידו הינו Signature Elite וזאת לאחר בחינה של שתי החלופות והניסיון השוטף עם הדגם המתחרה. הדגם הנ"ל נמצא נוח יותר לשימוש וקל יותר לנשיאה וניוד (משקל הדגם הינו 0.53 ק"ג כאשר משקל הדגם המתחרה הינו 5.22 ק"ג).
4. ביום 28.5.23 הודיע חברת "מדטרוניק" על הפסקת ייצור ושיווק הדגם ACT Plus. לאור זאת ומאחר ולא ידוע נכון לרגע זה על ספק נוסף למכשור המותאם לשימוש ביה"ח, יש לראות ביצרן Werfen באמצעות נציגתו המקומית חברת "גאמידה", ספק יחיד לרכישה זו.
5. רצ"ב הצעת מחיר מס' PQ23003168 אותה יש לממש.
- מקור תקציבי לרכישה – סעיף 18410106 בהתאם לסימוכין הרצ"ב.
6. הערות:
- המכשור מסופק עם שנת אחריות יצרן. יש לממש שנת אחריות שניה (פריט 2 בהצעה) – סה"כ תקופת אחריות של שנתיים כמקובל במוסד.
- למכשור לא קיימת תחזוקה מונעת לפי הוראות היצרן מעבר לביצוע כיוולים ברמת משתמש קצה.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

- סופקה ספרות יצרן מקצועית במדיה דיגיטלית.
- תינתן הדרכה טכנית בהתאם להבהרת הספק בדוא"ל מיום 22.6.23 (סימוכין ב').

בברכה
מיטל בקסטרי-נסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעת מחיר

העתקים : מר ירון שורץ
גב' לירון דניאלי