

לכבוד ועדת המכרזים, מרת"א

כאן

הנדון: חוות דעת מקצועית להתקשרות עם ספק יחיד.

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 הח"מ, כגורם מקצועי, מבסס חוות דעתו זו על כך שבידי מרת"א מכשור אנלייזר קרישה מסוג CS5100 המצוי בשימוש בבית החולים לטובת ביצוע: קרישה _____, כאשר חברת _____ סימנס היא הנציגה הבלעדית של היצרן: _____ חברת _____ סיממקס וככל הידוע לח"מ, רק לחברת _____ סימנס היכולת לספק טובין מסוג: קיווטות, מתכלים, ריאגנטים לביצוע כל מגוון בדיקות הקרישה _____ אשר הינם ברי שימוש במכשור הנ"ל.

במכשירי הקרישה מבוצע מספר גדול של בדיקות קרישה, כולל PT, PTT, fibrinogen, D-dimer, DOACs, coagulation factors, platelets aggregation. לשם ביצוע הבדיקות דרושים הן מתכלים כמו קיווטות המותאמות במיוחד למכשיר, והן ערכות בדיקה ייחודיות למכשירים אלו. רק לחברת סימנס יש יכולת לספקם.

לאור האמור לעיל, מבקש הח"מ להתקשר עם המציע: _____ סימנס לטובת רכש טובין עבור הבדיקות האמורות לעיל בהיותו ספק יחיד.

ד"ר בן-ציון כץ
מנהל המעבדה ההמטולוגית
המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי
תל-אביב

שם +תפקיד הגורם המקצועי

חתימה

תאריך