

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

7 במאי 2023
מספרנו: הני"ר/2023-0117
תיק: 7002, 1125

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרפ"ש

הנדון: מכון קרינה/ברכיתרפיה – חו"ד לרכישת מתמר למכשיר אולטרסאונד תוצרת B&K Medical
מייל מיום 20.03.2023

נדרשת רכישה של שני מתמרי אולטרסאונד עבור מכון הקרינה.

מכשיר האולטרסאונד הנמצא בשימוש ביחידה הוא BK-3000 תוצרת B&K Medical מספר ME0109866. המכשיר נרכש בשנת 2021 בליווי מתמר טראנסרקטילי/וואיגלי בלבד.

כעת נדרשת רכישת שני מתמרים ליישום אפליקציות נוספות, המתמרים הנדרשים הינם:

- מתמר לינארי בתדר גבוה
- מתמר curved אבדומינל

הדגמים המתאימים לרכישה הינם 18L5 ו-62C תוצרת B&K Medical בהתאמה.

רצ"ב הצעת חברת אמי טכנולוגיות מס' PQ23000528 לרכישת המתמרים הדרושים ורישיונות תוכנה לאפליקציות הרלוונטיות לשימוש במתמרים. יש לממש הצעה על כל סעיפיה. למען הסר ספק, לא ניתן לחבר למכשיר האולטרסאונד הקיים מרכיבים מתוצרת יצרן אחר. לפיכך יש לראות ביצרן זה באמצעות נציגו, ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

סעיף תקציבי לרכישה – בהתאם לסימוכין

לתהליך הקליטה של מתמרי אולטרסאונד נדרש מק"ט שיבא קיים/חדש.

יש לדרוש 2 חודשי אחריות לכל מתמר.

הערות קליטה:

יש לקלוט את שני המתמרים עבור מכון רדיותרפיה בהתאם לקליטה של מכשיר האולטרסאונד אליו הם משוייכים. לא נדרשת התייחסות או תיאום מול מערכות מידע מאחר ומדובר במכשיר שאיננו מחובר לרשת שיבא.

בבקשה,
ענבר אמון-עושהן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתיקים: פרופ' סיימון צבי
דרי מטות ג'קובו
מר יעקבלב מיכאל