

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

13 ביולי 2023
מספרנו: הני"ר/2023-0201
תיק: 5-1120, 4004

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: חדר לידה – חו"ד לרכישת השלמות למערכת ניטור עוברי – ניטור אלחוטי

מיום 13.06.2023

א. בהמשך לסימוכין, לחדר לידה נדרשת רכישה של מערכת ניטור אלחוטי לניטור פרמטרי עובר ואם בכדי לאפשר ליוולדות ניידות. על מנת לאפשר ניטור אלחוטי, נדרשת רכישה רכיבים אשר מתחברים למוניטור הנמצא בשימוש בחדרים אלו.

ב. רצ"ב הצעת חברת מדטכניקה מס' 232504075 לרכישת המכשור הנדרש מתוצרת Philips ומסדרת Avalon (מכשור הניטור הנמצא בשימוש בחדר לידה) בכמות של 12 יחידות.

ההצעה כוללת:

- 12 יח' בסיס מדגם AVALON CL BASESTATION שמתחברות למוניטור הקיים מדגם FM-30 ומאפשרות את העברת הנתונים מהמתמרים האלחוטיים וטעינתם.
- 12 יח' מתמר TOCO לניטור צירים ודופק אם.
- 24 יח' מתמר אולטרסאונד לניטור דופק עובר.

ג. יש לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה מאחר וכפי שתואר, יחידות הבסיס מקושרות למוניטור תוצרת Philips אשר נמצא בחדר לידה והינו חלק ממערכת ניטור וניהול מידע כוללת בכל המערך. נתוני הניטור יוצגו במערכת הניטור המקומית ויאגרו ויועברו ל-EMR על ידי מערכת ניהול המידע. לא ניתן לשלב במערכת פריטי מכשור מתוצרת יצרן אחר.

סעיף תקציבי לרכישה – בהתאם לסימוכין

הערות רכישה ואספקה:

- לתהליך הקליטה של מתמרי אולטרסאונד נדרש מק"ט שיבא קיים/חדש
- יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים למערכת על כל מרכיביה ולא 12 חודשים כמצוין. מומלץ להאריך את תקופת האחריות למתמרים אבל עבור יחידת הבסיס חיוני כי האחריות תורחב ל-24 חודשים. תקופת האחריות תכלול ביצוע תחזוקה מונעת בהתאם להוראות יצרן ובסיום כל שנת אחריות.

בברכה,
ענבר אמרזל טישן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתק: מר יוסף-ברין משה