

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

תאריך: 25 ביוני 2023  
מספרנו: הני"ר 0169-2023

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' הרכש

הנדון: חדר ניתוח כללי – חו"ד לרכישת ראש מצלמה (CAMERA HEAD) תוצרת STORZ.

טופס השבתה

המכשיר שבנדון דגם H3-Z (מס"ד NX792041-H) מתוצרת חברת STORZ נמצא תקול והובהר כי אין יכולת לתקנו היות ואינו נתמך עוד טכנית ע"י היצרן. לפיכך הושבת.

רצ"ב הצעת חברת "ברסלויער" מס' 126253 לרכישת הדגם IMAGE 1 S H3-Z, אשר הינו הדגם עדכני המחליף של היצרן STORZ.

הפריט הנ"ל הינו מרכיב במגדל אנדוסקופי מתוצרת STORZ ולכן יש לראות ביצרן זה באמצעות נציגו, ספק יחיד לרכישה זו. למען הסר ספק, לא ניתן לשלב במגדל הקיים מרכיבים שאינם מתוצרת אותו היצרן.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל במוסד.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: ט. השבתה + הצעת מחיר

העתק: גב' לירון דניאלי