



23/07/23

לכבוד:

כלל המציעים:

**מכרז פומבי מס' 234116 לאספקת קונטיינרים, רשתות ומקבעים**

**למכשור סטרילי עבור המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי**

1. אומדן הקונטיינרים והסלסלות לרכישה הוא 350 קטים גדלים ואפיון מדויק יקבע בהמשך בהתאם לצרכי חדש ניתוח והאס"ם.
2. להלן התייחסות לשאלות/הבהרות למכרז שבנדון:

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1	ג'	עמוד 42 סעיף 3.4	האם נדרשים מכסים לקונטיינרים מפולימר או מאלומיניום?	הסעיף עודכן לנוסח הבא: " מכסה הקונטיינר עשוי מאלומיניום כל סוג של חומר אחר נדרש באישור מנהל מחלקת אס"ם"
2	ג'	עמוד 43 - סעיף 3.13.1	קיימים פילטרים שמתאימים ל- 5,000 - סבבים - יש לתקן	כמות הסבבים של הפילטרים שמוגדרת היא כמות מינימאלית. פילטרים שמאושרים ליותר סבבים ייזכו לניקוד איכות גבוה יותר, אשר ינתן באופן יחסי, כאשר ההצעה הכוללת פילטרים המאפשרים את מספר הסבבים הגבוה ביותר, תזכה לניקוד המירבי, ויתר ההצעות תנוקדנה ביחס להצעה זו. סעיף 43.1.2 - בתנאי המכרז עודכן.

<p>הצעת המחיר עודכנה – יש לתת מענה ע"ג ההצעה המעודכנת בדגש על שינויים בספרורי הפריטים ותוספות על הפריטים כמפורט להלן:</p> <p>אשכול א': 49.1-49.8  אשכול א': 82-86  אשכול ב': בוצע שינוי בספרור הפריטים והתווסף פריט נוסף בספרה 155  אשכול ד': בוצע שינוי בספרור הפריטים והתווסף פריט נוסף בספרה 181</p> <p>אשכול ו' מכיל את הפריטים שהוסרו מאשכול ג' בספרור 158,163,164,165 וסופרו באשכול ו' כפריטים: 189-192.</p>	<p>חסרה רשימת הסלסלות הרגילות החל מ: JF222R וכו</p>	<p>עמוד 34-35 סעיף 30</p>	<p>ב' חלק 2</p>	<p>3</p>
<p>רשימת האשכולות עודכנה</p>	<p>המציע יכול להציע הצעה לחלק מהאשכולות או לכל האשכולות. ככל והמציע הגיש הצעתו לאשכול, כלשהו, חובה עליו להגיש הצעה ביחס לכלל הפריטים באשכול וככל ולא יעשה כן הצעתו תפסל.</p> <p>נבקש את אישור הוועדה לאפשר הגשה חלקית באשכול ג'  4 פריטים באשכול ג' אינם זמינים</p>	<p>10</p>	<p>ב</p>	<p>4</p>
<p>המועד הסופי להגשת הצעות במכרז עודכן לתאריך 31/07/23 לא יאוחר מהשעה 12:00</p>	<p>נבקש דחייה של מועד ההגשה בשבועיים.</p>	<p>טבלת ריכוז מועדים</p>	<p>א'</p>	<p>5</p>
<p>הסעיף ייותר ללא שינוי</p>	<p>מבוקש להוסיף "אחרי שניתן לספק ההזדמנות להשמיע טענותיו"</p>	<p>5.5</p>	<p>ה'</p>	<p>6</p>
<p>הסעיף ייותר ללא שינוי</p>	<p>מבוקש להוסיף "בקשה להחלפתו תוכל להתקיים רק באישורו של הספק ולאחר שניתנה לו הזדמנות לתיקון"</p>	<p>9.13</p>	<p>ה'</p>	<p>7</p>
<p>הסעיף ייותר ללא שינוי</p>	<p>בסיפא של הסעיף, יש להוסיף שמועד האספקה בכפוף לאישור הספק.</p>	<p>13.1</p>	<p>ה'</p>	<p>8</p>
<p>הסעיף ייותר ללא שינוי</p>	<p>יש לקבוע מה סכום הפיצוי המוסכם שאינו עולה על שוויים של הטובין שהועברו למרת"א.</p>	<p>13.2</p>	<p>ה'</p>	<p>9</p>
<p>הסעיף ייותר ללא שינוי</p>	<p>מבוקש להגביל בזמן את אחריות הספק לליקוי או פגם.</p>	<p>13.3</p>	<p>ה'</p>	<p>10</p>
<p>הסעיף ייותר ללא שינוי</p>	<p>בדיקת הטובין על ידי מרת"א תתבצע בתוך 3 ימים מקבלת הסחורה על ידי הספק. כמו כן הספק יחליף את הטובין בתוך 3 ימים מדרשית מרת"א. מרת"א לא יהא רשאי לסלק את הסחורה אלא לאחר 7 ימים</p>	<p>14</p>	<p>ה'</p>	<p>11</p>

12	ה'	18.4	מבוקש לשנות – לספק תינתן התראה מוקדמת טרם מימוש הערבות וכן מימוש הערבות תהיה רק במקרים של הפרה יסודית ורק בסכום עלות הליקוי ואל בסכום הערבות כולה.  מבוקש שלא יתאפשר מימוש הערבות כנגד חוב של ספק אף אם לא הגיע מועד פירעונו.	הסעיף יוותר ללא שינוי
13	ה'	22.3	מבוקשת הבהרה לעניין אחסון רכושו של הספק.	רכוש הספק יאוחסן במחסני מרת"א
14	ה'	22.5	מבוקש להוסיף כי קיזוז מהתמורה יתבצע רק לאחר תגובתו של הספק ואפשרות לתיקון הליקוי ככל והיה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
15	ה	23.2 (כותרת)	מבוקש להוסיף לאחר המילים "ביטוח אחריות כלפי צד שלישי" את המילים – "משולב עם ביטוח חבות מוצר הכולל הרחבה לביטוח אחריות מקצועית בגבולות משותפים של \$ 3,000,000"	אין שינוי בנוסח הסעיף אולם מובהר כי ביטוח משולב בגבול אחריות דולרי שמומר לפי סכום גבולות האחריות נדרשו לכל ביטוח כאמור במכרז לכל הפחות ולפי שער יציג יהיה כאמור מקובל ובלבד שפרק האחריות כלפי צד ג' ופרק חבות המוצר לא יפחתו מתנאי "ביט" בכפוף לנדרש במכרז.
16	ה	23.2.5	מבוקש למחוק	הבקשה נדחית
17	ה	23.2.6	מבוקש למחוק	הבקשה נדחית.
18	ה	23.3 (כותרת)	מבוקש להוסיף לאחר המילים "ביטוח חבות המוצר" את המילים – "משולב עם ביטוח צד ג' הכולל הרחבה לביטוח אחריות מקצועית בגבולות משותפים של \$ 3,000,000"	אין שינוי בנוסח הסעיף אולם מובהר כי ביטוח משולב בגבול אחריות דולרי שמומר לפי סכום גבולות האחריות נדרשו לכל ביטוח כאמור במכרז לכל הפחות ולפי שער יציג יהיה כאמור מקובל ובלבד שפרק האחריות כלפי צד ג' ופרק חבות המוצר לא יפחתו מתנאי "ביט" בכפוף לנדרש במכרז.
	ה	23.3.1.1	הבהרה מטעם עורך המכרז	המילים "המתכלה מסוג: _____" תמחקנה ובמקומו יבוא: "נשוא הסכם ומכרז זה עבור המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי"

הבקשה מקובלת.	מבוקש למחוק את הפסקה: *כחלופה לכיסוי חבות היצרן בביטוח חבות המוצר של הספק, רשאי הספק להציג אישור ביטוח נפרד מטעם היצרן בגין ביטוחיו הכולל הבהרות לפיהן (א) שם המבוטח בפוליסה כולל גם את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי (ניתן בכפוף להרחב שיפוי שלהלן), (ב) סעיף "אחריות צולבת" (ג) סעיף ויתור על זכות התחלוף/שיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל- אביב ע"ש סוראסקי ועובדיהם (ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון) (ד) דין שיפוט וגבולות טריטוריאליים - כולל מדינת ישראל.	23.3.1	ה	19
הבקשה מקובלת.	מבוקש למחוק: "למעט ביטוח אחריות מקצועית" – ביטוח זה אינו נדרש	23.4.7	ה	20
הבקשה נדחית.	מבוקש למחוק "וכל עוד אחריותו קיימת" ולאחר "להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח", להוסיף: "ולעניין ביטוח חבות מוצר - למשך 3 שנים נוספות".	23.5	ה	21
במקום: "שבועיים" יבוא: "שבעה ימי עסקים".	מבוקש למחוק המילים "לכל המאוחר שבועיים".	23.6	ה	22
מקובל כי יבוא: "ואולם איחור של עד 10 במועד המצאת האישור מאת החידוש לא ייחשב הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם כוללים את התנאים הנדרשים לעיל".	מבוקש כי לאחר המילים "בהסכם זה" יבוא "ואולם איחור של עד 10 במועד המצאת האישור ככל שיתבקש לא ייחשב הפרה יסודית".	23.10	ה	23
מוסף ב' – יימחק במלואו. אישור ביטוח יופק בהתאם לפוליסות שהותאמו לפי המכרז, בהתאם להוראות הרגולציה בתוקף במועד הפקתו, בכל תקופה בנפרד.	מבוקש למחוק – ביטוח אחריות מקצועית – לא נדרש בסעיפי המכרז	אישור עריכת ביטוחים	עמ' 69 למכרז	24

<p>כמפורט בסעיף 11, נספח ב- (חלק 2): " המציע יוכל להגיש הצעות חלופיות ביחס לטובין המבוקשים ובלבד שהן עונות על כלל תנאי המכרז."</p>	<p>.. חובה להגיש הצעה ביחס לכלל הפריטים באשכול.. היות והפריטים באשכולות מוגדרים על פי מקטים של ספקים מסוימים לא סביר לדרוש מענה זהה-מלא, ברמת מקט מיצרן אחר. מפרט המוצרים של הספקים שלנו עונים על דרישות המפרט הטכני של אספקת קונטיינרים, רשתות ומקבעים למכשור סטרילי אך במפרט שונה. נבקש את האפשרות להגיש מפרט חלקי או אחר.</p>	<p>10</p>	<p>ב' (2)</p>	<p>25</p>
--	--	-----------	---------------	-----------

בכבוד רב,  
יוזם הלוי  
מנהל יחידת מכרזים