

20.07.2023

לכבוד:

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא  
תל השומר

לידי: גב' הלה עוקשי

Hella.Okashi@sheba.health.gov.il

הנדון: מכרז למערכת צנתורים דו מישורית עבור צנתורי ילדים

מכרז מס' 12399317

הננו מתכבדים להגיש בזאת שאלת הבהרה למסמכי הבקשה שבנדון, כדלקמן:

מס"ד	מסמך	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה
1.	נספח א' סעיף הגדרות כללי	2 – ח'	מבוקש להבהיר האם יש להציע מערכת זו (UPS) כחלק אינטגרלי מהמערכת או כאופציה? <b>אופציה</b>
2.	נספח א' אפיון טכני למערכת צנתורים זרועות	3.2.2.1	מבוקש לבטל את הדרישה כי "על הגלאי והצמצם לשמור על כיוון קבוע של ההדמיה בעת סיבוב הזרוע". <b>הבהרה – "יכולת הגלאי והצמצם לשמור על כיוון קבוע של ההדמיה בעת סיבוב הזרוע תהווה יתרון".</b>
3.	נספח א' אפיון טכני למערכת צנתורים שפורפרת הרנטגן	3.3.2	מבוקש להבהיר את כוונת סעיף זה <b>נדרש שהמערכת יכולה לעמוד בעומסי עבודה כבדים ובהספק מקסימלי ללא עצירות.</b>
4.	נספח א' אפיון טכני למערכת צנתורים גלאים	3.4	מבוקש להבהיר מהו גודל הגלאים המתבקש להציע במסגרת המכרז 20/12 או 20/15? <b>גלאים הכי גדולים בשתי הזרועות שהספק יכול להציע יינתן יתרון לגלאים הגדולים ביותר</b>

מס"ד	מסמך	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה
5.	נספח א' אפיון טכני למערכת צנתורים אביזרי עזר	3.9	מבוקש לקבל מפרט מדויק למנורה הנדרשת.  מנורת בדיקה תלויה מהתקרה עם זרוע ניידת, הניתנת לכיוון, דוגמת <b>Mach LED 130</b>
6.	נספח א' אפיון טכני למערכת צנתורים  מערכת המודינמיקה לניתור המטופל	3.10.3	מבוקש להסביר את הדרישה בסעיף זה  מערכת לניטור המטופל הכוללת דופק, אק"ג, סטורציה ומערכת לביצוע מדידות לחצים פולשניות
7.	נספח א' אפיון טכני למערכת צנתורים  מערכת המודינמיקה לניתור המטופל	3.10.4	מבוקש שלא לכלול דרישה זו במסגרת הגשת ההצעה במכרז. מומלץ להזמין מערכת דוחות מגורם חיצוני ובאופן ישיר מולו מאחר ומדובר בפיתוח דוח ספציפי התואם את דרישות הלקוח.  <b>יש צורך בתכנה לכתיבת דו"חות כחלק מהתקנת מערכת הצנתורים החדשה, כולל התקשרות עם המערכת ההמודינמיקה להעברת נתוני הצנתור וחשובים והפקת דו"חות המתאימים למומי לב מולדים, דוגמת תוכנת PedCath</b>
8.	נספח א' אפיון טכני למערכת צנתורים  מזרק אוטומטי	4	מבוקש להבהיר :  1. האם המזרק יהיה על גלגלים או שולחני? – <b>מזרק רצפתי. נא להכניס גם אופציה למזרק תקרתי.</b> 2. האם מסך הבקרה יהיה על גלגלים יחד עם המזרק או בחדר הבקרה? <b>שתי האפשרויות מתקבלות</b> 3. ישנם שני מתגי ידיים, הסטנדרטי (1.8 מ') שמגיע עם המערכת והאחר עם כבל ארוך יותר (3.7 מ'). מבוקש להבהיר איזו תצורה מתבקשת על ידיכם. <b>סטנדרטי</b>