



25/05/21

הנדון: מכרז פומבי מס' 213104 לאספקת 2 מערכות ארונות ממוחשבים לניהול וניפוק תרופות

רזרבה ע"י בית מרקחת – עדכון מסמכי מכרז

1. תנאי סף 9.2.4 לנספח א' במסמכי המכרז "ISO 13485" – מבוטל
2. תנאי סף 9.2.5 לנספח א' במסמכי המכרז " תקן FCC I CE" – ישונה לנוסח הבא: "תקן CE או FCC
3. סעיף 4.4 לנספח ג' ישונה לנוסח הבא: "ממשק ידידותי לטלפון הנייד ו/או טאבלט בעל תקשורת WIFI וגם סלולרית, אשר שיאפשר לרוקח כונן לנהל הקצאת תרופות מתועדת במערכת."
1. סעיף 10.5 לנספח ה' יעודכן לנוסח הבא: "המכשור יסופק למרת"א לא יאוחר מ-150 ימים ממועד ההזמנה אלא אם כן נקבע בהזמנה מועד אחר לאספקה."
2. סעיף 11.1 לנספח ה' יעודכן לנוסח הבא: "מבלי לפגוע בכל תנאי אחר מתנאי ההזמנה – מרת"א או בא כוחו, רשאי לבדוק את המכשור המוזמן בכל שלב משלבי ייצורו, או אספקתו לפני קבלתו, בשעת קבלתו, או אחרי קבלתו, והספק ירשה למרת"א לבדוק את המכשור בכל עת מתקבלת על הדעת. מרת"א רשאי לסרב לקבל את המכשור המוזמן כולו, או במקצתו - אם לדעתו אינו מתאים לדגמים ו/או המפרטים המפורטים במסמכי המכרז, או אם הוא יוצר לא מאותם החומרים שנמסרו לספק על ידי מרת"א. במקרה כזה, על הספק יהיה להתאים את המכשור המסופק להסכם זה, תוך פרק הזמן שיקבע על ידי מרת"א."
3. סעיפים 28.10.1 + 28.10.2 לספח ה':
 - 28.10.1 הספק יעביר למחלקת אבטחת המידע במרת"א מסמך 2 MDS עבור המכשור הרפואי.
 - 28.10.2 על פי המענה במסמך MDS2 ייתנו דרישות אבטחת מידע למכשיר הרפואי במסגרת הטמעתו במרת"א.

מבוטלים

בברכה,

יורם הלוי

מנהל יח' מכרזים