




מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לקהל המציעים שלום,

הנדון: מענה לשאלות הבהרה, מכרז פומבי 17/2021 לאספקה של גזים ולתחזוקת מערכות הגז

סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	תשובות המשרד
1	2.2.2	המימן אינו מיוצר בתהליך אלקטרוליזה, אלא תוצר לוואי מתהליך רפורמר.	המימן שיסופק להגה"צ הוא מימן אלקטרוליטי 99.999% קיימת אפשרות להזמנת מדחס מימן.
2	2.2.8	אצטילן נמדדת ביחידות ק"ג ולא מ"ק	במהלך השנה ישנה סבירות להזמנת מכשיר בליעה אטומית ולכן הגה"צ יצטרך להזמין בלוני אצטילן ב- מ"ק בדרגת ניקיון של 99.6%
3	2.2.16	מה המפרט של גז קונטרול? האם הכוונה לספריי לבדיקת נזילות? 	כן
4	1א2.2.1	ביקור שבועי (או בכל תדירות אחרת) של טכנאי גז – מחויב בתשלום עלות שעת טכנאי – 210 ₪ לשעה (כולל זמן נסיעה)	אין שינוי במסמכי המכרז. עלות אספקת הגז כוללת אל כלל שירותי התחזוקה לרבות כל הוצאות הזוכה במכרז.
5	1ג 2.2.1	הגלילים מסופקים עם תעודת התאמה COC תעודת אנליזה, כרוכה בתשלום מיוחד (298 ₪ לבדיקה והפקת תעודה)	ראה תשובה לשאלה 4. תעודות אנליזה לכל סוג של גז

בוצע סיור קבלנים כלל החלקים והחלפים כלולים יגולמו במחיר אספקת 1 ק"ג של גאז.	נדרש לבצע סיורים מקדימים בכל האתרים המבוקשים ע"מ לבצע הערכה לגבי מצב המערכת, דרישות הלקוח כדי להכין את התשתית הנדרשת כגון : מרכזיית הגז, סעפות, אביזרים צנרת ועוד. ולתת מענה לפי דרישה סעיף 4.ג.2.2.1 (אבטחה ונעילת הגלילים באתר הלקוח) למען הסר ספק, תיקון סעפות עמו החלפות ווסתים וכדומה – יחוייב בתשלום	2.3.1.	
אין שינוי במסמכי המכרז	זמן תגובה לתקלות דחופות – 12 שעות	2.3.4.5	6
תערובת 79 חנקן 21 חמצן תעשייתי	שורה 4 – אוויר סינטטי תערובת UPGRADE ZERO האם הכוונה לתערובת 79 חנקן 21 חמצן תעשייתי או לתערובת UZ אוויר ZERO 99.999 ? אבקש לצרף לקבל מפרט או דוגמא של אנליזה לתערובת הנ"ל	3	7
מצורף מפרט	שורה 2 – מימן 99.999 אבקש לצרף מפרט ל-99.999 אלקטרוליטי	3	8
ראה תשובה לשאלה 2	שורה 8 אצטילן. יש להמיר את י"מ לק"ג	3	9
ראה תשובה לשאלה 3	שורה 4 – גז קונטרול - ספריי לגילוי דליפות ציוד נילווה (400 גרם) ולא 8 מ"מ"ק	3	10
הכמויות בהתאם לצורך של המעבדות, המשרד יפעל לרכז את ההזמנות.	שאלות כללי: מה תדירות וכמויות הגלילים בכל משלוח הזמנות? האם מרכזים את ההזמנות מטעם המחלקות ?		11
הספק מחויב לספק את כל השירותים במכרז	חברתנו מוגדרת כמחסן משני לאספקת גלילי גפ"מ אין לחברתנו הרשאה לחיבור או ניתוק גלילי גפ"מ כמו שאין לחברתנו, הסמכה לטיפול טכנאי למערכות הולכת/סעפות גפ"מ אבקש להפריד שורות אלו ממכרז.	כללי	12
הבקשה נדחית	הסעיף יימחק. לחילופין אחרי המילים " צד שלישי" יירשם : " למעט החלק עליו פעל המבוטח במישרין"	סעיף 2(ו)-	13

<p>1. הבקשה נדחית 2. הבקשה מקובלת</p>	<p>1. אחרי המילים : " הפוליסה תכסה" יירשם: " את חבותו החוקית של המבוטח בגין". 2. כמו כן יימחקו המילים : " אחריות המוצר".</p>	<p>סעיף 3(ב)</p>	<p>14</p>
<p>הבקשה מקובלת</p>	<p>יימחקו המילים : " אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות הספק כלפי מדינת ישראל משרד החלקאות ופיתוח הכפר".</p>	<p>סעיף 3(ד)-</p>	<p>15</p>
<p>1. הבקשה נדחית. מדובר בשירותים שהינם בעלי סיכון גבוה לנזקים. 2. הבקשה נדחית</p>	<p>1. יימחקו המילים : "וחבות היצרן*". יצוין כי לרוב היצרנים הם גורמים מחו"ל וקיים קושי רב להשיג מהם אישורי ביטוח הכולל את התנאים הנדרשים בפסקה המסומנת בכוכבית. על כן נבקש להסתפק בביטוח המכסה את חבות הספק בלבד מכוח היותו משווק מורשה ובהרחבות שבו לטובת מדינת ישראל כמפורט בסעיף. 2. כמו כן בשלוש שורות האחרונות בסעיף א' יימחקו המילים: "אחסנה", "הובלה"</p>	<p>סעיף 4-</p>	<p>16</p>
<p>1. הבקשה נדחית 2. הבקשה נדחית</p>	<p>המילים: "כוונה ו/או" – יימחקו. בסוף הסעיף יירשם: " אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מחובות המבוטח ומזכויות המבטח על פי דין".</p>	<p>סעיף 6(ח)-</p>	<p>17</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>בפסקה המוגדשת : יימחק הקטע " ומתכונתו התמציתית הפיקוח עליהן". כמו כן יימחק המשפט האחרון בפסקה : "על הספק יהיה ללמוד... ללא הסתייגויות". כמו כן בסוף הסעיף יירשם: " הנ"ל לא יחול בקשר לביטוחי חביונות".</p>	<p>בסעיף 6(ג)</p>	<p>18</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>יימחקו קטע המילים: "ו/או על מנת שתוכל לבחון...סיבה אחרת".</p>	<p>בסעיף 6(ד)-</p>	<p>19</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>בסוף הסעיף יירשם: " ואולם אי המצאת אישור ביטוח במועד שנקבע לכך לא ייחשב הפרה של ההסכם אלא אם נתקבלה דרישה בכתב ואישור הביטוח לא הומצא בתוך 10 ימים ממועד הדרישה".</p>	<p>בסעיף 6(ו)-</p>	<p>20</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>מבקשים להוסיף לנספח הביטוח את ההוראות שלהלן: "מדינת ישראל- משרד החקלאות ופיתוח הכפר מתחייבת לערוך ולקיים ביטוח רכוש מפני הסיכונים המבוטחים בביטוח "אש מורחב" לרכושו המצוי בסביבת גלילי הגזים ו/או הצידוד שישופק (ככל ויסופק) ע"י הספק וכן לערוך ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש הנ"ל לתקופת שיפוי שלא תפחת מ- 12 חודשים. הביטוחים יכללו סעיף ויתור על תחלוף כלפי הספק והבאים מטעמו אך למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. כמו כן המזמין יערוך ביטוח צד ג' לכיסוי חבותו על פי דין בגבול אחריות בסך 4 מיליון ₪ אשר יכלול</p>		<p>21</p>

	<p>סעיף הרחבת שיפוי לטובת הספק בגין חבות שתוטל עליו בשל מעשי ו/או מחדלי המזמין. המזמין פוטר את הספק והבאים מטעמו מאחריות לנזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית, ביטוח חסר או אי תשלום פרמיה) על פי ביטוח הרכוש ואובדן תוצאתי לעיל, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.</p>		
--	---	--	--

סיכום פגש מציעים מכרז פומבי 17/2021 לאספקה של גזים ולתחזוקת מערכות הגז

נערך פגש מציעים ביום 09/05/2021 בשעה 10:00.

- א. נכחו בפגש מטעם המשרד:
1. מר משה חליאוה – נציג מחלקת מכרזים
 2. גב' דורית בלקר – נציגת יחידת השירותים להגנת הצומח
 3. מר שמעון- נציג השירותים להגנת הצומח.
 4. מר אייל זמיר - נציג השירותים הווטרינריים.
 5. מר יבגני זקרז'בסקי – נציג השירותים הווטרינריים

- ב. נכחו בפגש מטעם המציעים:
1. חברת סלם יעקב – מר קובי סלם.
 2. חברת מפעלי חמצן ארגון – גב' הילה קראדי

ג. להלן השאלות והתשובות שעלו במסגרת הפגש מציעים:

השאלה	התשובה
1 מה תדירות החלפת הגזים במעבדות הגנת הצומח והשירותים הווטרינריים? מה הכמות של גזים שמחליפים?	תדירות ההחלפה היא בהתאם לשימוש וסוג הגז, יש פעמים שמתבצעת החלפה פעם בשבועיים ואף פעם בחודש. במכרז יש את הכמות המוערכת בשנה.
2 מי מתריע על הביקורת של הגזים? מתי מבוצעות בדיקות תקופתיות של המערכות?	הביקורת צריכה להיות במעקב שלכם ונציג של המשרש גם יפקח על זה.
3 מי מלווה את הנהג בזמן ההחלפה?	נציג היחידה ילווה את הנהג בזמן ההחלפה (כאשר המשרד שולח בקשה להחלפת גזים יצינו את איש

הקשר שיתלווה לנהג של הספק הזוכה).		
--------------------------------------	--	--

המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה מחר 13/05/2021.

רושם:

אייל זמיר, מרכז מכרזים והתקשרויות

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין הנוסח המופיע במסמך זה לנוסח המופיע במכרז, יגבר הנוסח במסמך זה. המציע יחתום על מסמך זה על ידי מורשה החתימה מטעמו ויצרף אותו להצעתו.

בברכה,

משה חליאוה.

מחלקת מכרזים.

טלפון-03-9485207