

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הנב"א
יחידה מזמינה:	ח.פ.א.כ.כ.כ.
תאריך:	3/6/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095087482	(CARESCAPE B450 V3 (ATO MODEL
1	1095070504	מוניטור נייד דגם B450


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	לבנט
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510021884
מספר ספק בשיבא	1707
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$25,656 + מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387
1

23 במאי 2021
מספרנו: יש/2021-0230
תיק: 1120, 1001

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: התאוששות ח.נ. מרכזי – חו"ד לרכישת מוניטורים

בהתאוששות ח.נ. מרכזי מצויה מעי ניטור מרכזית תוצרת GE.

שלושה מוניטורים ישנים מדגם S5 LIGHT (2 יח) ו-AS3 LIGHT מתוצרת DATEX-GE הפסיקו פעילותם ואינם ניתנים לתיקון עקב חוסר תמיכה כלשהי מהיצרן. המוניטורים הושבתו (רצ"ב).

רצ"ב הצעת מחיר לרכישת מוניטור חלופי דגם B450 בכמות הנדרשת שהינו הדגם העדכני של היצרן ואשר כולל את המודול העדכני (PDM) של היצרן הכולל ניטור ECG, HR, NIBP, SpO2, Temp.

לנוכח העובדה כי על המוניטורים להשתלב במעי הניטור הקיימת שהינה כאמור מתוצרת GE, מחוייב להצטייד במוניטורים תוצרת יצרן המערכת הקיימת. לא ניתן לשלב מוניטורים מיצרן אחר כלשהו.

יש לממש הצעה כאשר ניתן לראות היצרן GE ונציגתו המקומית חב' לבנט ספק בלעדי לרכישה.

אחריות 24 חודשים. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

בברכה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תעודות השבתה

העתקים: פרופ' חיים ברקנשטט
ד"ר דינה אורקין
ד"ר יורם שדמי
גב' לירון דניאלי-פור