



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 21036

יחידה מזמינה: מעבדה אנדוקרינית

מהות הרכישה: קיטים לבדיקת רמת הורמונים בדם במכשיר IMMULITE 2000 XPI

סכום הרכישה מטבע ספק: 234,000 יורו כולל מע"מ.

ספק פוטנציאלי: פריגו

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 24 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 24 חודשים הינו 234,000 י"י על אף שהיה
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של 36 חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של 351,000 י"י באופן מצטבר.
3. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות להקטין או להגדיל את ההתקשרות בשיעור של עד 30% מהיקף ההתקשרות השנתית.
4. הוועדה התכנסה בתאריך 31.5.21 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il

יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883


חתימת המאשרים:

רון חרותי

רוני שירן

עו"ד רועי אדרי

אבי בן זקן

תאריך: 
31.5.21

לכבוד
וועדת המכרזים
כאן

הנדון: חוות דעת מקצועית להתקשרות עם ספק יחיד

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1
אנו מבקשים לרכוש ריאגנטים לביצוע בדיקות רמת הורמונים בסרום – להורמונים שונים,
המבוצעות באמצעות מכשיר IMMULITE 2000XPi תוצרת חברת SIMMENS המיוצגת
בארץ ע"י חברת פריגו ישראל סוכנויות בע"מ-טאיکو דיאגנוסטיקה.

חברת פריגו ישראל סוכנויות בע"מ-טאיکو דיאגנוסטיקה היא הנציג הבלעדי של היצרן הנ"ל בארץ
ולפיכך רק היא מסוגלת לספק את הריאגנטים המתאימים לביצוע בדיקות המעבדה באמצעות
המכשיר הנ"ל. מכשיר IMMULITE הוא מכשיר סגור ולכן אין ספקים נוספים בארץ שיכולים
לספק ריאגנטים מתאימים לביצוע הבדיקות במכשיר הנ"ל. בחירת הבדיקות המבוצעות במכשיר זה
בוצעה לאחר הליך אבולוציה ממושך, בו נבדקו אופציות אחרות. מכשיר זה מקובל בעול כולו
כמכשיר המועדף לביצוע בדיקות פוריות בפרט ובדיקות אנדוקריניות בכלל. חלק מהבדיקות
מבוצעות בקונצנסוס במכשיר זה בלבד.

בברכה,
ד"ר גבי שפר
מנהלת המעבדה האנדוקרינית

