



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 213208

יחידה מזמינה: מכון לרפואה גרעינית

מהות הרכישה: החלפת סט מקורות קינה מסוגר VQC PHANTOM GE-68

סכום הרכישה מטבע ספק: 89,229 ₪ כולל מע"מ.

ספק פוטנציאלי: גי אי מדיקל סיסטמס

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו 89229 ₪ (מ"א) ליד.
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של 36 חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של 267627 ₪ (מ"א) ליד, באופן מצטבר.
3. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות להקטין או להגדיל את ההתקשרות בשיעור של עד 30% מהיקף ההתקשרות השנתית.
4. הוועדה התכנסה בתאריך 31.5.21 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il

יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימת המאשרים:

רון חרותי

רוני שירן בן זאב

עו"ד רועי אדרי

אבי בן זקן

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

26 מאי 2021

סימוכין: 12-5

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

אדוניים נכבדים,

**הנדון: החלפת (רכישת מקורות קרינה מסוג (Spheres GE-68 , VQC phantom GE-68)
עבור מערכת PET MRI במכון רפואה גרעינית**

במכון לרפואה גרעינית מותקנת מערכת PET MRI, דגם: SIGNA, מס"ד ב"ח: 24277, יצרן: חב' G.E., שנרכש בשנת 2019
סוכן: G.E. HEALTHCARE, הכוללת מקורות קרינה מסוג: Spheres GE-68, VQC phantom GE-68.
במערכת PET MRI יש צורך להחליף מקורות קרינה עקב החלשות המקורות מסוג Spheres GE-68 , VQC phantom GE-68
שעל פי הוראות היצרן נדרש להחליפם .
המקור נדרש לכיול יומי, לכיול המערכת באופן כללי ולכיול במהלך טיפול מונע.
מדובר במערכת חיונית לעבודת בית חולים, כאשר חברת GE HEALTHCARE היכולת המקצועי של מתן שרותי
תחזוקה שוטפת, טיפולים תקופתיים טיפולי רחב וחלקי חילוף של היצרן, בהיותה הנציגה הבלעדית של היצרן
ובהיותה בעלת ידע מקצועי מוסמך ורחב וחלקי חילוף זמינים ומקוריים, לפיכך הריני מבקש לראות בה כספק יחיד

בברכה,

שמיר ירון
ראש צוות דימות

