

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הגריאטר	משרד:
לטן ק"ב	יחידה מזמינה:
13/5/21	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה ____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	8100082982	CARTRIDGE 402-03 HR-ACT
2	8100082974	CARTRIDGE 402-01 LR-ACT
1	1095087425	INSTRUMENT ACT200 ACT PLUS 220V

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

מדטרוניק טריידינג	שם הספק:
512833336	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
92941	מספר ספק בשיבא
_____ ספק יחיד	ספק זה הינו:
_____ ספק חוץ	

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



שיבא
תל השומר
עיר הבריאות של ישראל

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

ד ת ו ר

31 בינואר 2021
מספרנו: יש/2021-0045
תיק: 1128, 3-7006

לכבוד
מר גיל דר
גבי גלי נעים
מח' חכש

הנדון: מכון הלב/יח' צינתורים – חו"ד על מכשיר בדיקת קרישה

א. דוא"ל פרופ' ברבש מיום 21.10.2020
ב. דוא"ל חבי מדטרוניק מיום 31.1.2021

בהמשך לסימוכין א' הובהר כי דגם ACT PLUS הקרוי גם ACT 200 מתוצרת מדטרוניק הינו הדגם היחיד בשוק העונה לדרישות הצוות הרפואי של הצינתורים.

מאחר וייצור הדגם הופסק ע"י היצרן, ניתנה התחייבות היצרן מיום 10.11.2020 לגיבוי מלא בשרות לפחות לתקופה של 7 שנים.

לנוכח העובדה כי אין כל יכולת לפי שעה לקבל בשוק מכשיר שנתוניו עונים לדיוק הנדרש בצינתורים, הוחלט על דעת כל הגורמים המקצועיים המכותבים כי תמומש עיסקה של 6 מכשירים כאשר 4 יהיו בשימוש בצינתורים + מכשיר לגיבוי מידי (צורך בלתי מתפשר) ומכשיר נוסף ישמש את צינתורי ילדים.

מעבר לכך התחייבה חבי מדטרוניק לשמור עוד 2 מכשירים במלאי החברה בארץ לצורך גיבוי מידי בעת הצורך (תקלה ביותר ממכשיר בודד).

לתנאים אלה הגישה החברה הצעה לעסקת מתכלים (ליסינג) למשך 3 שנים, תקופה בה המכשור יהיה בבעלות החברה לכל דבר ועניין (טיפול שבר ו-PM כנדרש) כאשר לא תהיה הפרעה כלשהי בפעילות יח' הצינתורים עקב בעיות במכשור – גיבוי מידי.

יש לממש המוצע ע"י החברה כאשר המסגרת המוצעת מקובלת על כל הגורמים המקצועיים המכותבים.

המכשור מצוי במלאי החברה בארץ ומוכן להעברה מיידית לשימוש בצינתורים בתנאי שיאושר ההסכם הרציני.

לטיפולך המידי.

בברכה,
ד"ר יורם שדמי
מנחל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת

העתקים: פרופ' עמית שגב
פרופ' ויקטור גויטע
פרופ' ישראל ברבש
ד"ר יורם שדמי