



אוגיסיטיקפ 100 לב



- בלמס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
מדור רכש טכנולוגי
טלפון: 08-9124011
ג' בתמוז, התשפ"א
13 יוני 2021
סימוכין: 57232821

הנדון: מכרז 66-2021 מערכת MPS לבדיקות פורנזיות - עדכון מס' 1

1. סעיף 6.1.1.2 במפרט דורש כי: "הרכיב לא ישמור נתונים על אמצעי אחסון לא נדיפים (דיסק ניח וכדו)": נבקש להבהיר כי סעיף זה מתייחס אל "הרכיב" כמכשיר בלבד ולא מכליל בתוכו את המחשב של אותו מכשיר.
- 1.1. כמו כן נעדכן כי כל אמצעי אחסון בלתי נדיף, מחויב להישאר במעבדת מז"פ ולא להוציא מתחומי המעבדה, גם לא במקרה של תיקון תקלה או גריטה של המכשיר.
2. אנו מאריכים את המועד האחרון לביקור במעבדה עד לתאריך 17.6.2021 שעה 15:00
3. המועד האחרון להפניית שאלות הבהרה ובקשות לשינויים נדחה לתאריך 30.6.2021 שעה 15:00
4. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 11.07.2021 שעה 15:00
5. מצ"ב מסמכי מכרז ומפרט מעודכנים
6. ביתר תנאי המכרז לא חל כל שינוי

בברכה,

שחר מנשה, סניצ
רמ"ד רכש טכנולוגי את"ל