

דף משלים מכרז לרכישת מד לחץ דם אוטומטי משדר משולב סטורציה וטמפרטורה

(מכרז מס' 12199351)

1. הרינו מבקשים הצעות מחיר לרכישת מד לחץ דם אוטומטי משדר משולב סטורציה וטמפרטורה עבור המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל השומר.
2. את הצעת המחיר יש להגיש בדפי "הצעת המחיר" המצורפים.
3. הצעתכם תהיה בתוקף לפחות – 6 – חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעה.
4. יש לשים לב לדרישות המופיעות בנספח א' במסמכי המכרז.
5. תינתן העדפה של המחיר לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר ההצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת 15% ובתנאי שיצרף אישור ר"ח בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה - 1995 בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.
6. על המציע לצרף את המסמכים הבאים (סעיפים א' – ד הם דרישות סף):
 - א. ערבות בנקאית בגובה 35,000 ₪ ותהיה בתוקף עד לתאריך 09.12.2021
לא יתקבלו תחליפים לערבות הבנקאית כגון: צ'ק, מזומן או "הקפאת כספים".
 - ב. אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומים חובת מס) תשנ"ו 1976.
 - ג. אישור אמ"ר בתוקף או פטור ממנו בעת הגשת הצעה. במידה והוגשה בקשה לחידוש רישום, יש לצרף אישור קודם וטופס אישור קליטת הבקשה באמ"ר.
 - ד. יש להגיש אישור על עמידות הדגם המוצע בתקן בטיחות חשמלית למכשור רפואי בהתאם לתקן הבינלאומי IEC 60601-1-2, הכולל גם עמידות לתאומות אלקטרומגנטית (חסינות בפני הפרעות למכשור רפואי).
 - ה. מסמכי המכרז כוללים – 3 – דפי "תנאים כללים לאספקת טובין" על מגיש הצעה לחתום על הדף האחרון בצרוף חותמת החברה.
 - ו. אישור ר"ח בדבר שיעור המרכיב הישראלי במחיר ההצעה, אם יש.
7. אנו ננהג לפי אמות המידה (נספח ב'): עלות- 70%
חוו"ד משתמש קצה- 30%
8. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם לתקנה 7(א) ו/או לקיים הליך תחרותי נוסף בהתאם לתקנה 17'ה' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (היה והפער הכספי בין ההצעות המובילות יהיה קטן מ 10%, או תהיה חריגה מהאומדן שנקבע) וכן שומר המזמין לעצמו את הזכות לפצל את הרכישה בין מספר ספקים.