

## אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 213222

יחידה מזמינה: מחשוב

מהות הרכישה: הסבת סיכומי בדיקות קרדיולוגיות ממערכת CARDDAS של GE למערכת נמ"ר

סכום הרכישה מטבע ספק: 26,970 יורו כולל מע"מ.

ספק פוטנציאלי: GE

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 18 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 18 חודשים הינו 26970 (כ"ו מ"א) ל"ד.
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של \_\_\_\_\_ חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של \_\_\_\_\_, באופן מצטבר.
3. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות להקטין או להגדיל את ההתקשרות בשיעור של עד 30% מהיקף ההתקשרות השנתית.
4. הוועדה התכנסה בתאריך 24.6.21 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

דוא"ל להגשת השגות: [tenders@tlvmc.gov.il](mailto:tenders@tlvmc.gov.il)

יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': **03-6974883**

חתימת המאשרים:

  
רון חרותי

  
רויח שידי בן זאב

  
עו"ד רועי אדרי

  
אבי בן זקן



IT DEP.

אגף מחשב ומערכות מידע

לכ'

ועדת מכרזים

יוני 2021

שלום רב,

**הנדון: GE כספק יחיד להסבת סיכומי בדיקות קרדיולוגיות ממערכת Carddas של חברת GE שיצאה מכלל שימוש אל מערכת נמר**

מערכת מידע במערך קרדיולוגי Carddas של חברת GE פעלה באיכילוב משנת 2010 עד לשנת 2017. עם הפעלתה נבנה תהליך מחייב של שליחת סיכומי בדיקות רפויית: צנתורים, אקו לב, קוצבים ובדיקות אלקטרו פיזיולוגיות אל מערכת המידע המרכזות את מסמכי התיק הרפואי של המטופל - נמ"ר (יחד עם מערכת קמיליון)

בשנת 2017, מערכת Carddas הוכרזה על ידי היצרן כמערכת במצב של סוף חיי המוצר (EOL). חברת GE הפסיקה לפתח את המערכת ומשנת 2018 הפסיקה גם לתמוך/לתחזק אותה. למעשה בשנת 2018 מערכת Carddas הושבתה ומשך הופסק שידור דוחות/סיכומים בדיקות קרדיולוגיות אל נמ"ר.

בשנת 2018 בית חולים פרסם מכרז לבחירת מערכת מידע קרדיולוגי (דימותי וקליני) זכתה בו חברת Esoate עם מערכת CVIS ( Cardio Vascular Information System ) של

בתהליך ההטמעה של מערכת CVIS החדשה בוצעה אינטגרציה של בדיקות קרדיולוגיות עם מערכת GE PACS אך לא בוצע אינטגרציה של נתונים קרדיולוגיים קליניים המאוחסנים במערכת Carddas

בפועל הנתונים שנשמרו במערכת CARDAS לא הועברו למערכות הקיימות והן חסרות לצוות הרפואי לטיפול במטופלים מחד ולצרכי עמידה בכללי שמירת נתוני המטופלים מאידך. כיום, בהיעדר נגישות להיסטוריה רפואית של המטופלים השמורה במערכת CARDAS עולה בעיה של ממש לתהליך רציפות הטיפול ועולה גם סוגיה משמעותית מהיבט של ניהול סיכונים הטמון במצב זה.

עלינו איפוא לתקן את המצב הנוצר וליבא את הנתונים ממערכת CARDAS אל המערכות הקיימות – דבר שלא בוצע בעבר.

חברת GE הינה יצרן ובעלת הידע היחידה של מערכת Carddas המושבתת). בעזרתם הצלחנו ללבן תהליך המאפשר שידור חוזר של סיכומי בדיקות קליניות המאוחסנים ב Carddas לנמ"ר, כך שתתאפשר יכולת צפייה בסיכומי בדיקות החסרות.

נדגיש, שרק חברת GE מסוגלת לבצע את העבודה ומשך מבקש לראות בה כספק יחיד לביצוע העבודה הנדרשת וזאת על מנת לאפשר לצוות המטפל יכולת מתן טיפול רציף במטופלים.

הצעת המחיר התקלבה לאחר עבודה מאומצת ושיקול משותף של שעות העבודה הנדרשות לבניית התהליך במערכת Carddas שכאמור כבר אינה נתמכת פורמלית על ידי החברה (Head Quarter).

בברכה,

איל קלנר

מנהל אגף מיחשוב מידע ותקשורת